



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΕΡΜΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τ.Κ. 22131 ΤΡΙΠΟΛΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Προμηθειών

ΤΗΛ: 2713 601737

FAX : 2710-234373

ΤΡΙΠΟΛΗ: 14/11/2025

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 24434

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση σχετικά με τη Διακήρυξη της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με αρ. Διακηρ.: 21148/12-11-2025 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 380526.

ΣΧΕΤ:

Σχετ: 1. Το από 14/11/2025 (αριθμός πρωτ. εισερχόμενου 24431/14-11-2025) έγγραφο για Παροχή Διευκρινίσεων.

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 24431/14-11-2025 ανωτέρω εγγράφου για παροχή διευκρινίσεων που αφορά την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία κάτω των ορίων για προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV: 33141320-9) του ΓΠΝ Τρίπολης (Αρ. Διακ. 21148/12-11-2025- α/α ΕΣΗΔΗΣ: 380526), που αφορά το είδος με α/α 20(ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ·31GX4MM, ·31GX5MM, ·32GX4MM, ·32GX5MM), σας διευκρινίζουμε ότι ο στη στήλη των τεχνικών προδιαγραφών εκ παραδρομής έχει γραφτεί : «Να είναι αποστειρωμένες, μιας χρήσεως, μη τοξική, ελεύθερων πυρετογόνων παραγόντων, χωρίς latex, με επίστρωση σιλικόνης, μεγέθους 31G και 8mm, 31G και 5mm, 32G και 8mm, 32G και 5mm.» , ενώ το σωστό είναι: **Να είναι αποστειρωμένες, μιας χρήσεως, μη τοξική, ελεύθερων πυρετογόνων παραγόντων, χωρίς latex, με επίστρωση σιλικόνης, μεγέθους 31G και 4mm, 31G και 5mm, 32G και 4mm, 32G και 5mm. Και επιπλέον απαιτείται για το συγκεκριμένο είδος η διάθεση άυλων darcodes.**
»

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ