



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>η</sup> ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  
«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/ση :Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, ΤΚ: 22  
131, Τρίπολη  
Πληροφορίες :Γομάτου Νικολέττα  
Τηλέφωνο :2713 601741, -713  
E-MAIL: ngomatou@panarkadiko.eu

α. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ, ΑΦΜ:095029193  
β. ΠΝΟΗ Α.Ε., ΑΦΜ:095632467

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια **Monitors α. ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ\_ΠΙΕΣΕΩΣ** και **β. ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (CPV:3933195100-4 Monitors Συστήματα παρακολούθησης)**, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, (κατ'εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 118 του ν. 4412/2016), εκτιμώμενης αξίας **12.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 15.872,00€ με Φ.Π.Α. (24%)** για τις ανάγκες του Π. Γ. Ν. Τρίπολης και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, δυνάμει του άρθρου 118 του ν.4412/2016.

Το Π.Γ.Ν. Τρίπολης έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** (Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- τις διατάξεις του **π.δ. 80/2016** (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".
- τις διατάξεις του **ν. 4605/2019** (Α'52) Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4412/2016.
- τις διατάξεις του **ν. 4782/2021** (Α'36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας κα της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
- την υπ'αριθμ. **76928/09-06-2021** (Τ.Β. 3075/13-07-2021) Κ.Υ.Α. σχετικά με ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
- την υπ' αριθ. **20041/16-09-2026** (ΑΔΑ: **9ΡΡΤ469Η2Π-ΦΔΡ** και ΑΔΑΜ: **26REQ019802540**) Απόφαση Διοικήτριας σχετικά με έγκριση σκοπιμότητας και της σχετικής δαπάνης, για την προμήθεια **Monitors α. ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ\_ΠΙΕΣΕΩΣ** και **β. ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (CPV:3933195100-4 Monitors Συστήματα παρακολούθησης)**, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, (κατ'εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 118 του ν. 4412/2016), εκτιμώμενης αξίας **12.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 15.872,00 € με Φ.Π.Α. (24%)** για τις ανάγκες του Π. Γ. Ν. Τρίπολης.
- την υπ' αριθ. **20041/16-09-2026** (ΑΔΑ: **9ΡΡΤ469Η2Π-ΦΔΡ** και ΑΔΑΜ: **26REQ019802540**) Απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίσθηκε η επιτροπή αξιολόγησης της Πρόσκλησης.

8. το υπ' αριθ. **15445/14-07-2026** έγγραφο της προϋσταμένης του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας για την προμήθεια οκτώ (8) **Monitors** για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με συνημμένες τις τεχνικές προδιαγραφές τους.
9. την υπ' αριθ. **1159/17-09-2026**, α/α: 7, ΑΔΑ: **ΨΔ2Κ469Η2Π-ΗΥ8**, ΑΔΑΜ: **26REQ019802636** Απόφασης Δέσμευσης έτους 2026 Κ.Α.Ε.: 7131.

#### ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

πρόσκληση στις εταιρείες **1. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ, ΑΦΜ:095029193** και **2. ΠΝΟΗ Α.Ε., ΑΦΜ:095632467** για την προμήθεια **Monitors α. ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ\_ΠΙΕΣΕΩΣ** και **β. ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (CPV:3933195100-4 Monitors Συστήματα παρακολούθησης)**, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, (κατ'εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 118 του ν. 4412/2016), εκτιμώμενης αξίας **12.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 15.872,00€ με Φ.Π.Α. (24%)** για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Τρίπολης και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

#### 1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ)

| Α.Α                                     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ            | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α (24%) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----|----------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1.                                      | ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ-ΠΙΕΣΕΩΣ          | ΤΕΜ | 4        | 1.300,00€                 | 5.200,00 €                  | 6.448,00 €                     |
| 2.                                      | ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ | ΤΕΜ | 4        | 1.900,00€                 | 7.600,00€                   | 9.424,00€                      |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α    |                             |     |          |                           | <b>12.800,00 €</b>          |                                |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α (24%) |                             |     |          |                           |                             | <b>15.872,00 €</b>             |

- **Κριτήριο κατακύρωσης:** Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει της τιμής.
- **Προσφορές υποβάλλονται** για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.
- **Η συνολική προσφερόμενη τιμή** της οικονομικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη της Πρόσκλησης.
- **Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στην πρόσκληση.**

#### 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

##### **Α/Α 1: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MONITOR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ & ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ (τέσσερα (4) τεμ.)**

Να είναι καινούργιας τεχνολογίας και αμεταχειρίιστα

1. Να διαθέτει την δυνατότητα μέτρησης της αναίμακτης πίεσης και της οξυμετρίας .
2. Να λειτουργεί σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά.

3. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις όπου να απεικονίζονται ταυτόχρονα:

- Η συστολική –διαστολική-μέση πίεση
- Η οξυμετρία. Να διαθέτει και μπάρα ένδειξης της ποιότητας σήματος της οξυμετρίας
- Η καρδιακή συχνότητα.

4. Να διαθέτει και ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη τύπου LCD τουλάχιστον 3.5”, στην οποία να απεικονίζονται η κυματομορφή της οξυμετρίας, Trends όλων των μετρήσεων (NIBP/SPO2) υπό μορφή πίνακα και γραφήματος, κατάσταση μπαταρίας, συναγερμοί, τύπο ασθενή υπό παρακολούθηση (ενήλικα παιδί, νεογνό), ώρα, ρυθμίσεις και διάφορα μηνύματα.

5. Η πηγή της καρδιακής συχνότητας να προέρχεται αρχικά από την οξυμετρία ενώ σε περίπτωση απώλειας σήματος αυτόματα να αλλάζει στον ενισχυτή πίεσης.

6. Να διαθέτει διάφορα φυσικά κομβία άμεσων λειτουργιών όπως έναρξη χειροκίνητης μέτρησης πίεσης, σίγαση συναγερμών, αλλαγή τύπου ασθενή, είσοδο στα TRENDS.

7. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς ρυθμιζόμενους συναγερμούς για όλες τις παραμέτρους. Να διαθέτει και ενσωματωμένο φανό ο οποίος να διαθέτει διαφορετικές χρωματικές ενδείξεις ανάλογα το επίπεδο συναγερμού.

8. Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση 12.000 μετρήσεων τουλάχιστον.

9. Να διαθέτει θύρα δικτύου για σύνδεση με κεντρικό σταθμό. Να μπορεί να δεχτεί και ασύρματο δέκτη WIFI. Να προσφερθεί προς επιλογή.

10. Να διαθέτει θύρα USB για σύνδεση με εξωτερικές συσκευές.

11. Να δύναται να μεταφερθεί μέσω ενσωματωμένης χειρολαβής και το βάρος του να είναι περίπου 3 kg.

12. Να λειτουργεί με τάση δικτύου αλλά και με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για δέκα (10) ώρες τουλάχιστον. Να δύναται να αναβαθμιστεί με μεγαλύτερη μπαταρία ώστε να λειτουργεί το μόνιτορ για τις διπλάσιες ώρες. Να προσφερθεί προς επιλογή.

13. Να δύναται να δεχτεί μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας ,καταγραφικό και barcodes scanner. Να προφερθούν προς επιλογή.

14. Να διαθέτει τροχήλατη βάση του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

15. Να διαθέτει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά ανά παράμετρο:

#### **A. Αναίμακτη πίεση:**

1. Η λήψη να γίνεται με την ταλαντωσυμμετρική μέθοδο.
2. Η ακρίβεια των μετρήσεων να είναι σύμφωνη με το ISO 81060-2.
3. Η λήψη να γίνεται, αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα από τον χρήστη μεταξύ 1-480 λεπτά και συνεχόμενα σε διάρκεια 5 λεπτών. Να διαθέτει επιπλέον λειτουργία μέσης τιμής με τον χρήστη να μπορεί να ρυθμίσει τον αριθμό των μετρήσεων υπολογισμού της μέσης τιμής (πχ. 3 μετρήσεις).
4. Το φούσκωμα την περιχειρίδας να υπολογίζεται βάσει της προηγούμενης μέτρησης για ποιο γρήγορη μέτρηση.
5. Το εύρος μετρήσεων να είναι μεταξύ 0—300mmHg.
6. Να διαθέτει σύστημα προστασίας υπερπίεσης.
7. Να παραδοθεί με τρεις (3) περιχειρίδες ενηλίκων (medium, Large και XL) και σωλήνα σύνδεσης.

#### **B. Οξυμετρία :**

1. Η λήψη να γίνεται μέσω αισθητήρα δακτύλου .
2. Η ακρίβεια μέτρησης να είναι + - 2%.
3. Το εύρος μετρήσεων να είναι μεταξύ 0%--100%.
4. Να παραδοθεί με αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων.

#### ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στην προσφορά του πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά **σήμανσης CE**. Να κατατεθούν α) πιστοποιητικό **ISO 13485** του προμηθευτή β) πιστοποιητικό **ISO 13485** για τον κατασκευαστικό οίκο.
2. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την **ΔΥ86/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».**
3. Να δοθεί **εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη**. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή προληπτικές, τακτικές συντηρήσεις καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιασθεί στον εξοπλισμό με αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.
4. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο **τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service** με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά / βεβαιώσεις.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει **έγγραφο βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα**, με επίσημη μετάφραση σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή, για την δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του μηχανήματος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή αυτού, ακόμα και στις περιπτώσεις: α) διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του προμηθευτή.
6. Ο εξοπλισμός θα **εγκατασταθεί** με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών.
7. Η προμηθευτρια εταιρεία υποχρεώνεται και δεσμεύεται μαζί με τον εξοπλισμό να παραδώσει σε πρωτότυπα:
  - **service manual (και στην Ελληνική γλώσσα)**
  - **operator's manual (και στην Ελληνική γλώσσα)**
8. Ο προμηθευτής, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση, αναλαμβάνει να **εκπαιδεύσει** στο χώρο εγκατάστασης το προσωπικό που θα χειρίζεται τον εξοπλισμό μόλις αυτός εγκατασταθεί.
9. Να κατατεθεί **φύλλο συμμόρφωσης** των τεχνικών προδιαγραφών με αντίστοιχες παραπομπές μόνο στα επίσημα τεχνικά εγχειρίδια (prospectus, operating manuals κ.α.) του κατασκευαστικού οίκου και όχι σε βεβαιώσεις.

#### **Α/Α 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (τέσσερα (4) τεμ.)**

1. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά, καινούργιο και αμεταχείριστο.
2. Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz. και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία ενσωματωμένη στο μόνιτορ για τέσσερις (4) ώρες τουλάχιστον. Να δύναται να δεχτεί μπαταρία μεγαλύτερης χωρητικότητας για λειτουργία οκτώ (8) ώρες τουλάχιστον. Να προσφερθεί προς επιλογή.
3. Να λειτουργεί χωρίς ανεμιστήρα προς αποφυγή συσσώρευσης σκόνης και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

4. Η οθόνη να είναι έγχρωμη, αφής 13'' τουλάχιστον, ανάλυσης 1024x600 τουλάχιστον. Να είναι υπό κλίση 100° τουλάχιστον για βέλτιστη θέαση από κοντινή απόσταση
  5. Να απεικονίζονται:
    - Οκτώ (8) κυματομορφές τουλάχιστον ταυτόχρονα.
    - Τιμές των υπό παρακολούθηση παραμέτρων.
    - Μεγάλες ψηφιακές ενδείξεις, ώστε να είναι ορατές από απόσταση.
    - Τρέχον γράφημα TREND των παραμέτρων χωρίς να υπερκαλύπτει τις σε πραγματικό χρόνο κυματομορφές ή τιμές των παραμέτρων.
  6. Να αποθηκεύονται δέκα (10) προφίλ τουλάχιστον ρυθμίσεων από τον χρήστη διαμορφωμένα.
  7. Να δύναται ο χρήστης να παγώσει τις κυματομορφές, ώστε να τις επισκοπήσει προς τα πίσω τα τελευταία δύο (2) λεπτά τουλάχιστον.
  8. Οι ρυθμίσεις και η απεικόνιση των διαφόρων μενού να εκτελούνται μέσω της οθόνης αφής, πλήκτρα επί της οθόνης για άμεση πρόσβαση σε προγράμματα του μόνιτορ, και περιστρεφόμενου κομβίου.
  9. Στην μνήμη να αποθηκεύονται:
    - TRENDS των παραμέτρων των τελευταίων 240 ωρών τουλάχιστον με ανάλυση ανά 1 λεπτό. Να μπορούν εξαχθούν τα δεδομένα και σε επεξεργάσιμη μορφή σε H/Y.
    - Πλήρη επισκόπηση (FULLDISCLOSURE) κυματομορφών 48 ωρών τουλάχιστον.
    - Συναγερμοί 1.500 τουλάχιστον. Να απεικονίζεται και η κυματομορφή έως και 16 δευτ. πριν και μετά από το οποιοδήποτε επιλεγμένο συμβάν.
    - 1.500 μετρήσεις τουλάχιστον NIBP.
- Να δύναται ο χρήστης να επισκοπήσει δεδομένα προηγούμενων ασθενών
10. Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο HL7 για επικοινωνία με νοσοκομειακό σύστημα διαχείρισης δεδομένων.
  11. Να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα οπτικοακουστικών συναγερμών, τόσο για ιατρικούς όσο και για τεχνικούς συναγερμούς, με ρυθμιζόμενα ανώτερα και κατώτερα όρια των υπό παρακολούθηση παραμέτρων, και να διαθέτει οπτική ένδειξη η οποία να ενεργοποιείται σε περίπτωση συναγερμού. Να διαθέτει και αυτόματη ρύθμιση των ορίων των συναγερμών ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση του ασθενή (να αναφερθούν οι παράμετροι με αυτή την δυνατότητα).
  12. Να εκτελεί διάφορους υπολογισμούς (Φαρμάκων, Αιμοδυναμικών, αναπνευστικών κλπ.).
  13. Να διαθέτει λειτουργία νυκτός για την μη όχληση των υπόλοιπων ασθενών στο δωμάτιο.
  14. Να προστατεύεται έναντι εκφόρτισης ενέργειας απινίδωσης και χειρουργικής διαθερμίας.
  15. Να δέχεται θερμικό εκτυπωτή ενσωματωμένο στο μόνιτορ, τριών (3) καναλιών, τριών (3) ταχυτήτων, ο οποίος να προσφερθεί προς επιλογή.
  16. Να επικοινωνεί με κεντρικό σταθμό μέσω θύρας δικτύου αλλά και ασύρματα μέσω κεραίας WIFI. Να προσφερθεί προς επιλογή η κεραία.
  17. Να προσφερθεί με τροχήλατη βάση του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.
  18. Να παρακολουθεί τις παρακάτω ζωτικές παραμέτρους:
    - Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, αναπνοής.
    - Αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης
    - Οξυμετρίας
    - Θερμοκρασίας
  19. Το βάρος του να μην ξεπερνάει τα 3.5kg.

20. Για κάθε παράμετρο που παρακολουθείται να καλύπτονται οι κάτωθι απαιτήσεις :

**A. Ηλεκτροκαρδιογράφημα:**

1. Να μπορεί να δεχθεί 3- πολικό, 5- πολικό. Να αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο καλωδίου που έχει συνδεθεί. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 6/10-πολικό καλώδιο για την παρακολούθηση-απεικόνιση 8/12 απαγωγών. Να προσφερθεί προς επιλογή.
  2. Να απεικονίζονται ταυτόχρονα 7 απαγωγές με την χρήση 5-πολικού καλωδίου.
  3. Να ρυθμίζονται οι κυματομορφές σε:
    - Έξι (6) επίπεδα ευαισθησίας τουλάχιστον αλλά και αυτόματα.
- Τέσσερις (4) ταχύτητες τουλάχιστον.
4. Να διαθέτει δύο (2) φίλτρα τουλάχιστον αποκοπής παρασίτων.
  5. Να διαθέτει:
    - Ανάλυση του διαστήματος του ST για επτά (7) απαγωγές τουλάχιστον. Να διαθέτει και συναγερμό σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων. Να μπορεί ο χρήστης να ρυθμίσει εκ νέου το σημείο ST για τον επαν' υπολογισμό του ST.
    - Ανίχνευση και ανάλυση 33 αρρυθμιών τουλάχιστον συμπεριλαμβανομένης της Κολπικής Μαρμαρυγής (AF). Η ανάλυση να γίνεται από τέσσερις (4) απαγωγές τουλάχιστον για μεγαλύτερη ακρίβεια.
    - Ανίχνευση παλμού βηματοδότη με δυνατότητα εμφάνισης τους στην οθόνη.
  6. Σε περίπτωση αποκόλλησης μιας απαγωγής να έχει την δυνατότητα να μεταπηδά σε άλλη απαγωγή ώστε να μην χάνεται ο υπολογισμός του ΚΡ.
  7. Να εκδίδεται αναφορά με στατιστικά (HR, ST, αρρυθμιών) προς αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενή για τις τελευταίες 24 ώρες.
  8. Να απεικονίζεται η κυματομορφή και η αριθμητική τιμή των αναπνοών και να διαθέτει ρυθμιζόμενο συναγερμό άπνοιας.
  9. Να παραδοθεί με 5- πολικό καλώδιο.

**B. Αναίμακτη πίεση:**

1. Η μέτρηση να γίνεται με την ταλαντωσυμμετρική μέθοδο.
2. Η λήψη να γίνεται κατ' εντολή του χειριστή: χειροκίνητα, αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα από 1 – 480 λεπτά καθώς και συνεχόμενα σε διάρκεια πέντε (5) λεπτών. Να διαθέτει επιπλέον και λειτουργία αλληλουχίας, με τον χρήστη να δύναται να επιλέξει τον αριθμό των φάσεων τεσσάρων (4) τουλάχιστον, το χρονικό διάστημα μεταξύ των φάσεων 1-480 λεπτών και τον αριθμό των μετρήσεων ανά φάση.
3. Να διαθέτει λογισμικό ανάλυσης το οποίο να προσφέρει στατιστικά στον χρήστη για την κατάσταση του ασθενή τις τελευταίες 24 ώρες.
4. Να διαθέτει ειδικό αλγόριθμο με τον οποίο ο χρόνος μέτρησης να μην ξεπερνάει τα 15 δευτ. ως αποτέλεσμα τη μη δημιουργία δυσφορίας στον ασθενή. Να αποδεικνύεται σε φυλλάδια ή εγχειρίδια χρήσης και όχι σε βεβαιώσεις του κατασκευαστή.
5. Να παραδοθεί με τρεις (3) περιχειρίδες ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων.

**Γ. Οξυμετρία:**

1. Να απεικονίζεται η κυματομορφή και η τιμή του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε Οξυγόνο. Να παρέχεται επίσης ο καρδιακός παλμός.

2. Να ρυθμίζεται η αυτόματη απενεργοποίηση του συναγερμού σε περίπτωση χαμηλής αιμάτωσης κατά την ταυτόχρονη λήψη αναίμακτης πίεσης στο ίδιο χέρι.
3. Να διαθέτει ειδικό αλγόριθμο για βελτιωμένη λήψη μέτρησης σε περιπτώσεις κίνησης και χαμηλής αιμάτωσης του ασθενή. Να αποδεικνύεται σε φυλλάδια ή εγχειρίδια χρήσης και όχι σε βεβαιώσεις του κατασκευαστή.
4. Να παραδοθεί με δυο (2) αισθητήρες δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων.

#### **Δ. Θερμοκρασία:**

1. Να μετρά συγχρόνως δύο θερμοκρασίες και τη διαφορά αυτών ΔΤ, από διάφορα σημεία του σώματος όπως το σώμα και τον οισοφάγο/ορθό.
2. Να απεικονίζεται στην οθόνη το σημείο που γίνεται η μέτρηση.
3. Να παραδοθεί με αισθητήρα σώματος.

#### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στην προσφορά του πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης **CE**. Να κατατεθούν α) πιστοποιητικό **ISO 13485** του προμηθευτή β) πιστοποιητικό **ISO 13485** για τον κατασκευαστικό οίκο.
2. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την **ΔΥ86/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων»**.
3. Να δοθεί **εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη**. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή προληπτικές, τακτικές συντηρήσεις καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιασθεί στον εξοπλισμό με αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.
4. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά / βεβαιώσεις.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει **έγγραφο βεβαίωση του κατασκευαστή** ή του **εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα**, με επίσημη μετάφραση σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή, για την δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του μηχανήματος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή αυτού, ακόμα και στις περιπτώσεις: α) διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του προμηθευτή.
6. Ο εξοπλισμός θα **εγκατασταθεί** με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών.
7. Η προμηθευτρια εταιρεία υποχρεώνεται και δεσμεύεται μαζί με τον εξοπλισμό να παραδώσει σε πρωτότυπα:
  - **service manual (και στην Ελληνική γλώσσα)**
  - **operator's manual (και στην Ελληνική γλώσσα)**
8. Ο προμηθευτής, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση, αναλαμβάνει να **εκπαιδεύσει** στο χώρο εγκατάστασης το προσωπικό που θα χειρίζεται τον εξοπλισμό μόλις αυτός εγκατασταθεί.

9. Να κατατεθεί **φύλλο συμμόρφωσης** των τεχνικών προδιαγραφών με αντίστοιχες παραπομπές μόνο στα επίσημα τεχνικά εγχειρίδια ( prospectus, operating manuals κ.α.) του κατασκευαστικού οίκου και όχι σε βεβαιώσεις.

### 3. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

| ΤΟΠΟΣ<br>ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                                                                                          | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ<br>ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ<br>ΚΗΜΔΗΣ | ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ<br>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ<br>ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ<br>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Πρωτόκολλο<br>Παναρκαδικού Γενικού<br>Νοσοκομείου Τρίπολης<br>στο email :<br><a href="mailto:promitheies@panarkadiko.eu">promitheies@panarkadiko.eu</a> | 17/09/2026                            | 29/09/2026<br>ΤΡΙΤΗ<br>14:00μ.μ                 | 30/09/2026<br>ΤΕΤΑΡΤΗ<br>11:00 π.μ.      |

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου ηλεκτρονικά στο email : [promitheies@panarkadiko.eu](mailto:promitheies@panarkadiko.eu) μέχρι τις **29-09-2026**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **14:00** μ.μ. με συνημμένο αρχείο ZIP. Το αρχείο να είναι κλειδωμένο με κωδικό πρόσβασης. Η επιτροπή την ημέρα της αποσφράγισης θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες τον κωδικό με τον οποίο θα μπορέσουν να ανοίξουν την προσφορά τους.

**Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται.**

Η πρόσκληση θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, ΤΚ 22131, Τρίπολη, στις **30-09-2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00** π.μ. από την Επιτροπή αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας που έχει ορισθεί με την υπ' αριθ. **20041/16-09-2026** (ΑΔΑ: **9ΡΡΤ469Η2Π-ΦΔΡ** και ΑΔΑΜ: **26REQ019802540**) Απόφαση Διοικήτριας του Νοσοκομείου μας.

### 4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): [www.panarkadiko.eu/ns/](http://www.panarkadiko.eu/ns/)

### 5. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (**120**) **ημερών** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

### 6. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, στην ελληνική γλώσσα, με βάση τις απαιτήσεις της πρόσκλησης για την ζητούμενη προμήθεια. Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε **σφραγισμένο φάκελο** (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς Π.Γ.Ν. Τρίπολης

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ .....**

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : η επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης οι επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)]

**Για την πρόσκληση προμήθεια Monitors α. ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ\_ΠΙΕΣΕΩΣ και β. ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (CPV:3933195100-4 Monitors Συστήματα παρακολούθησης) Αριθμός Πρόσκλησης :**

**Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ**

(Δ/ση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ.22131, Τρίπολη)

**Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 29-09-2026 ώρα 14:00 μ.μ**

Εναλλακτική προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Επίσης δεν γίνεται δεκτή, προσφορά που ξεπερνά τον προϋπολογισμό.

Η προσφέρουσα εταιρεία δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή της.

Η προσφέρουσα εταιρεία θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά της ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

**Ο κυρίως φάκελος προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει 3 ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφάκελους, οι οποίοι θα φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.**

1. Τον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής (παράγραφο 6.1).
2. Τον υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» με την τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας (παράγραφο 6.2).
3. Τον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», με την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (παράγραφο 6.3).

## **6.1. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»**

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, να μας αποσταλούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

**1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86** του προσφέροντος οικονομικού φορέα, (σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.

- Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

**2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86** του προσφέροντος οικονομικού φορέα στην οποία δηλώνεται ότι:

- δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθρο 74).
- δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

**3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου** ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του αρ.73 του Ν.4412/2016, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψη αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

**α)** στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,

**β)** στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

**γ)** στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

**δ)** σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

**Εναλλακτικά, είναι επιτρεπτή η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού.**

**Μεταβατικά έως τη σύσταση και λειτουργία ποινικού μητρώου νομικών προσώπων/ οντοτήτων):**

Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024:

ένορκη βεβαίωση του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024 (βλ. και υπ' αριθμ. 5868/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΑ10ΞΤΒ-ΗΩ0) έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης»).

**4. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας**, για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του, διαφορετικά

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.

**5. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας**, για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του, διαφορετικά στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.

Επιπλέον, **Υπεύθυνη δήλωση** του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ.

**6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο **ΓΕΜΗ**, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από **υπεύθυνη δήλωση** του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

**Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά**, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:**

**οι υπεύθυνες δηλώσεις**, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

## 6.2 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιέχει την τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα πρόσκληση και στην οποία ο προσφέρων θα περιγράφει ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα.

#### ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, όπου θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο και οι παραπομπές να είναι σε πρωτότυπα φυλλάδια, εσώκλειστα prospectus, manual του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των ισχυριζόμενων (π.χ. «βλέπετε prospectus Νο .....σελίδα.....»). Εάν η προσφορά έχει αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα αναφέρονται αναλυτικά οι αποκλίσεις αυτές. Το φύλλο συμμόρφωσης θα συνταχθεί με την παρακάτω μορφή:

#### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| A/A             | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ                                                                                           | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ                                                                             |
|-----------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (Αύξων αριθμός) | (της διακήρυξης)  | ΝΑΙ      | (Η απάντηση του προσφέροντα σχετικά με τη συμφωνία ή μη με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης) | (Σαφής παραπομπή στα επισυναπτόμενα έγγραφα-εγχειρίδια προς τεκμηρίωση της απάντησης) |
|                 |                   | ΝΑΙ      |                                                                                                    |                                                                                       |
|                 |                   | ΝΑΙ      |                                                                                                    |                                                                                       |

### 6.3 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι οικονομικοί φορείς θα επισυνάψουν (στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά») το έντυπο της οικονομικής προσφοράς τους (βλέπε πίνακα 1).

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομική προσφορά που είναι ανώτερη από τις τιμές Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, απορρίπτεται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α'/02.03.2011).

#### ΠΙΝΑΚΑΣ 1 . ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α |
|-----|------------------|-----------------|----------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1.  |                  |                 |          |                        |                           |                        |

### 7. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ

Οι τιμές των προσφορών θα δίδονται σε ευρώ.

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

- α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
- β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
- γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα πρόσκληση.

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.

Η τιμή προσφοράς για την υλοποίηση της ανάθεσης, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

**Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της υπό ανάθεσης προμήθειας. Δεν γίνεται δεκτή οικονομική προσφορά ανώτερη της εκτιμώμενης αξίας της πρόσκλησης.**

Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα πρόσκληση/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

## **8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών δηλ. η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει ενιαία και θα συνταχθεί ένα ενιαίο πρακτικό (νοείται ότι σε κάθε στάδιο αξιολόγησης όποιος οικονομικός φορέας αποκλείεται δεν θα προάγεται στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης). **Η επιτροπή την ημέρα της αποσφράγισης θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες τον κωδικό με τον οποίο θα μπορέσουν να ανοίξουν την προσφορά τους.**

## **9. ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ**

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών, των οικονομικών φορέων.

## **10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

**(ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)**

## **11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μετά την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν.

Ο **Κωδικός για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση**, στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, είναι: **1015.E00148.0001**

## **12. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Ο «Ανάδοχος» υποχρεώνεται να παραδώσει στο Νοσοκομείο την προμήθεια με δικό του μεταφορικό μέσο και εργατικά, με έξοδα και ευθύνη του, στις αντίστοιχες ποσότητες σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης.

Η παραλαβή τους θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή με την σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον Προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

## **13. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, **θέτοντάς του προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών** από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

## **14. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται **από την υπογραφή της και για διάρκεια 11 εβδομάδων**.

## **15. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

## **16. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Π.Γ.Ν. Τρίπολης και στο τηλέφωνο 2713-601 741 και -713 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

**Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση ισχύει ο Ν.4412/2016 που την διέπει.**

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ  
«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

Ακριβές Αντίγραφο  
Κεντρικό Πρωτόκολλο  
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ  
Δημιουργός Ακρ. Αντιγράφου