



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Δ/νση: Διοικητικού –Οικονομικού
Υποδ/νση: Οικονομικού
Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
ΤΚ: 22131
Πληροφορίες: Σωτηροπούλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2713 601709
e-mail: promitheies@panarkadiko.eu

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 507146

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«Επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης, για την κάλυψη αναγκών δύο (2) ετών».

Συνολικής εκτιμώμενης αξίας για δύο έτη: 701.974,06 € χωρίς Φ.Π.Α. και 870.447,84 € με Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει της τιμής, για δύο (2) έτη.

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	2
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.....	3
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.....	4
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	7
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	9
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.....	9
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ	10
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	11
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	11
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης	11
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης	11
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων.....	11
2.1.4 Γλώσσα.....	12
2.1.5 Εγγυήσεις.....	12
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων	13
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	13
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής.....	13
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής	13
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού	16
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.....	20
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα (διατηρείται για λόγους αρίθμησης).....	21
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.....	21
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία	22
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων	22
2.2.8.2. Υπεργολαβία.....	22
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής.....	22
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών.....	23
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα	24
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	29
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης:	29
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών: (ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)	29
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: (ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)	29
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	29
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών.....	29
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών.....	30
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»	32
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής.....	32
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά.....	33
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών.....	34
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών.....	34
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών.....	35
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	36
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	36
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών	36
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών	36
3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	38
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	39
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	40
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.....	43
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	44
4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	44
4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.....	44
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	45

4.4	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	45
4.5	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ	46
4.6	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	46
5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	47
5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	47
5.2	ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ	47
5.3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	48
5.4	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	49
6.	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	50
6.1	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	50
6.2	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	50
6.3	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	50
6.4	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	51
6.5	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ	52
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	53
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	53
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	53
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	56
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)-	107
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	107
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	107
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ	108

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	999127620
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης	1015. Ε00148.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	Γ.Π.Ν. Τρίπολης, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Πόλη	Τρίπολη
Ταχυδρομικός Κωδικός	22131
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS	EL651
Τηλέφωνο	2713 601709
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	promitheies@panarkadiko.eu
Αρμόδιος για πληροφορίες	Μ. Σωτηροπούλου
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.panarkadiko.eu/ns/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)	www.panarkadiko.eu/ns/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης αποτελεί μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα στο Υπουργείο Υγείας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και το κοινοτικό όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία διακήρυξης του διαγωνισμού.

Στοιχεία Επικοινωνίας

- Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Για απευθείας πρόσβαση στα συνοπτικά στοιχεία και τα συνημμένα αρχεία της σύμβασης στο URL <https://neppssearch.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/507146>.
- Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση και από το Τμήμα Προμηθειών του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης www.panarkadiko.eu/ns/.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης. Η δαπάνη της σύμβασης βαρύνει την Κ.Α.Ε : 0887 /Α.Λ.Ε. 2.4.2.03.04.001.0001 και την Κ.Α.Ε.: 0889/ Α.Λ.Ε.2.4.2.03.89.001.0001, σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2027,2028 και 2029 του Νοσοκομείου μας.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 19760/14-9-2026 (ΑΔΑ: 91Σ1469Η2Π-ΕΚΛ, ΑΔΑΜ: 26REQ019779872) για τα οικον. έτη 2027, 2028 και

2029 και η υπ' αριθ. 19786/14-9-2026 (ΑΔΑ:Ψ7ΜΛ469Η2Π-ΔΔ9) βεβαίωση του άρθρου 67 του Ν. 4270/2014.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: Η επισκευή και συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και η επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης για δύο (2) έτη.

Συνολικής εκτιμώμενης αξίας για δύο έτη **701.974,06 € χωρίς Φ.Π.Α. και 870.447,84 € με Φ.Π.Α. 24%**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει της τιμής.

Η παρούσα σύμβαση διαιρείται στα παρακάτω τμήματα που κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:

A/A	ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CPV: 50421000-2 Κ.Α.Ε : 0887 /Α.Λ.Ε. 2.4.2.03.04.001.0001	ΕΚΤΙΜΩΝΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ	ΕΚΤΙΜΩΝΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΝΙΚΚΙΣΟ (6 τεμ) ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ	21.169,35	26.249,99
2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ FRESENIUS (8 τεμ) S/N: 5VSAX921-922-923-924-925 & 9VSAKV08-9VSAKV09-9MUG4693 ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	48.000,00	59.520,00
3	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ FRESENIUS (7 τεμ) ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	42.000,00	52.080,00
4	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ GETINGE	8.467,74	10.500,00
5	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ HEINEN LOWENSTEIN LEON PLUS (4 τεμ)	15.241,94	18.900,01
6	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C-ARM SIAS ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	9.822,58	12.180,00
7	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C-ARM ZIEHM VISION ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	13.548,39	16.800,00
8	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ GE LOGIQ S8 ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	7.451,61	9.240,00
9	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ OLYMPUS MINI-ETD2PAA	12.532,26	15.540,00
10	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	7.282,26	9.030,00
11	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ CISA ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	11.854,84	14.700,00
12	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ INNOVA IGS 520 OMEGA, ΕΓΧΥΤΗ MEDRADMARK, CENTRICITY CA 1000, SPECIALSLAB IT 6-9-3	77.000,00	95.480,00
13	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ MEDUMAT ST2 (3 ΤΕΜ.) S/N:11785 (1.227,60), S/N:14782&14783(1.909,60)	5.504,03	6.825,00
14	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ OXYLOG VE 300 (4 τεμ) ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ASME 0080, ASME 0081, ASME 0082, ASME 0089)	10.161,29	12.600,00
15	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ CARESCAPE M.E.Θ. WBRZ 201728-WBRB 00395-WBRB 00387-CBRZ 85527-CBRA 00374	10.584,68	13.125,00
16	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ATLAN A350 ΜΕ MONITOR VISTA 120 ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	7.197,58	8.925,00
17	OCT ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	16.000	19.840
18	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (DR 600) 2 ΤΕΜ. & ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DRYSTAR 5503	54.838,70	68.000

19	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ PHILIPS INTELLIVUE INFORMATION CENTER PIC IX ENTERPRIS ΚΑΙ 8 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ MONITOR PHILIPS INTELLIVUE MX750	13.717,74	17.010,00
20	ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ VIVID 95	12.532,26	15.540,00
21	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ CNS-6201K ΚΑΙ 4 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ MONITOR CU-152RK Life Scope G5 + 4 ενισχυτές AY-663P ΚΑΙ 4 ΘΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ GZ-130P	15.750,00	19.530,00
22	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ELISA 500	2.879,03	3.570,00
23	ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	4.741,94	5.880,01
24	Συστήματος μαγνητικής Τομογραφίας τύπου OPTIMA MR360 ADVANCE/5433265 του Οίκου GE Medical Systems	64.000,00	79.360,00
25	ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ VIVID IQ (S/N: 622797WΧΟ & 6212079WΧΟ	17.782,26	22.050,00
26	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ LEICA M350	7.620,97	9.450,00
27	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ IOLMASTER 700	5.758,06	7.139,99
28	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ	8.891,13	11.025,00
29	ΣΥΣΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ NKV-330 (2 ΤΕΜ.)	11.008,06	13.649,99
30	ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ UVDI 360 (3 ΤΕΜ.)	17.782,26	22.050,00
31	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΙΝΩΝ LINET ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.	29.298,39	36.330,00
32	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ GANSHORN	6.350,81	7.875,00
33	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ LEICA PROVEO 8 με S/N:081123002	24.400,00	30.256
34	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) CD ROBOT (ΣΥΣΤΗΜΑ MiPublisher του Οίκου MILLENSYS)	16.000,00	19.840
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)		637.170,16	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)			790.091,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV:50710000-5 Κ.Α.Ε.: 0889/ Α.Λ.Ε.2.4.2.03.89.001.0001			
35	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	10.838,10	13.439,24
36	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν. ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	25.179,00	31.221,96
37	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ, ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	6.169,80	7.650,55
38	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ	22.617,00	28.045,08
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)		64.803,90	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			80.356,84
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)		701.974,06 €	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (24%) (ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)			870.447,84 €

Οι οικονομικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα τμήματα, για συγκεκριμένο αριθμό τμημάτων ή για ένα μόνο τμήμα.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει της τιμής.

Η διάρκεια των συμβάσεων είναι δύο (2) έτη.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337,
- του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,
- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α' 150).
- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,
- της υπ' αριθμ. της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,
- της υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β' 5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,
- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, : "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 3075) η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 4968/22-1-2026 (ΦΕΚ 334/2-2-2026 Τ.Β') κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Η υπ' αριθμ. 61267/2026 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β' 4578/24.07.2026) με θέμα "Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Τροποποίηση της υπ' αρ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας".
- της υπ' αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,

- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 Ε=2021(Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44),
- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β' 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).
- **[Άλλο θεσμικό πλαίσιο]**
 - Τις διατάξεις του π.δ. 118/2007 (Α' 150), περί υποχρέωσης δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 4 (όπως διατηρούνται σε ισχύ με την παραγ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 5218/2025 (ΦΕΚ Τα' 125)
 - του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,
 - του ν. 4914/2022 (Α' 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»,
 - του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
 - του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 - της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 - του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
 - του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 - του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1, 2, 7, 11 και 13 έως 15,
 - του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
 - του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 - του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
 - του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία,
 - του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119 .
- **[Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης]**
 - Ο διαγωνισμός συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο προγραμματισμό συμβάσεων 2026 του Νοσοκομείου μας CPV: 50421000-2 & CPV: 507100000-5.

- Την υπ' αριθ. 18516/28-8-2026 (ΑΔΑ:ΠΕ89469Η2Π-ΥΧΟ) Απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου μας , με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών.
- Την υπ' αριθ. 19524/10-9-2026 (ΑΔΑ: 9Ψ5Ω469Η2Π-4ΘΝ, ΑΔΑΜ: 26REQ019779836) Απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου μας *σχετικά με την έγκριση προκήρυξης του διαγωνισμού.*
- Τις υπ' αριθ. 19524/10-9-2026 (ΑΔΑ: 9Ψ5Ω469Η2Π-4ΘΝ, ΑΔΑΜ: 26REQ019779836) Απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου μας *σχετικά με τον ορισμό της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού.*
- Την υπ' αρ. πρωτ. 19760/14-9-2026 (ΑΔΑ: 91Σ1469Η2Π-ΕΚΛ 26REQ019779872) απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (οικ ετών 2027, 2028 & 2029) Κ.Α.Ε : 0887 /Α.Λ.Ε. 2.4.2.03.04.001.0001 και Κ.Α.Ε.: 0889/ Α.Λ.Ε.2.4.2.03.89.001.0001, σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2027,2028 και 2029 του Νοσοκομείου μας.
- Η υπ' αριθ. 19786/14-9-2026 (ΑΔΑ:Ψ7ΜΛ469Η2Π-ΔΔ9) βεβαίωση του άρθρου 67του Ν. 4270/2014 περί μη υπέρβασης των ορίων του προϋπολογισμού δαπανών κατ' έτος του Νοσοκομείου μας.
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η **22/10/2026 και ώρα 15:00**

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) του ως άνω συστήματος στις **23/10/2025** ημέρα Παρασκευή και ώρα **09:00 π.μ.**

1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 15/9/2026 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προκήρυξη έλαβε αριθμό δημοσίευσης προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 637621-2026 (διαγωνισμός), Αριθμός τεύχους EE S:179/2026, ημερομηνία δημοσίευσης: 16/9/2026 (ΑΔΑΜ:26PROC019789350.).

B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 507146 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Για απευθείας πρόσβαση σε συνοπτικά στοιχεία και συνημμένα αρχεία της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας χρησιμοποιείτε το URL <https://nepss-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/507146>.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο (ημερήσιες τοπικές εφημερίδες Νομού Αρκαδίας) , σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 μετά από την ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: **ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ για δημοσίευση στις 17/9/2026.**

Η παρούσα Διακήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 5218/2025 (ΦΕΚ Α' 125/14.07.2025), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.panarkadiko.eu/ns/ στη διαδρομή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ► ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ , στις **16/9/2026**.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α' 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

- α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
- β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
- γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. 637621-2026 (διαγωνισμός), Αριθμός τεύχους ΕΕ S: 179/2026, ημερομηνία δημοσίευσης: 16/9/2026, Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 26PROC019789350), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Το URL: <https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/507146>, παρέχει απευθείας πρόσβαση σε στοιχεία και έγγραφα της Δημόσιας Σύμβασης της ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας στο ΕΣΗΔΗΣ Π&Υ.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, **το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών** και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλον τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
- β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάρπτωσης αυτής, το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου ζ' δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον .

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που **ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 2% της εκτιμώμενης αξίας κάθε τμήματος εκτός ΦΠΑ.**

Συγκεκριμένα, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για κάθε τμήμα είναι:

Α/Α	ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2% ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΝΙΚΚΙΣΟ (6 τεμ) ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ	21.169,35	423,39	Τετρακόσια είκοσι τρία ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά

2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ FRESENIUS (8 τεμ) S/N: 5VSAX921-922-923-924-925 & 9VSAKV08-9VSAKV09-9MUG4693 ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	48.000,00	960,00	Εννιακόσια εξήντα ευρώ
3	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ FRESENIUS (7 τεμ) ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	42.000,00	840,00	Οχτακόσια σαράντα ευρώ
4	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ GETINGE	8.467,74	169,35	Εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες και τριάντα πέντε λεπτά
5	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ HEINEN LOWENSTEIN LEON PLUS (4 τεμ)	15.241,94	304,84	Τριακόσια τέσσερα ευρώ και οδόντα τέσσερα λεπτά
6	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C-ARM SIAS ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	9.822,58	196,45	Εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά
7	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C-ARM ZIEHM VISION ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	13.548,39	270,97	Διακόσια εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά
8	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ GE LOGIQ S8 ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	7.451,61	149,03	Εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και τρία λεπτά
9	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ OLYMPUS MINI-ETD2PAA	12.532,26	250,65	Διακόσια πενήντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά
10	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	7.282,26	145,65	Εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά
11	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ CISA ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	11.854,84	237,10	Διακόσια τριάντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά
12	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ INNOVA IGS 520 OMEGA, ΕΓΧΥΤΗ MEDRADMARK, CENTRICITY CA 1000, SPECIALSLAB IT 6-9-3	77.000,00	1.540,00	Χίλια πεντακόσια σαράντα ευρώ
13	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ MEDUMAT ST2 (3 ΤΕΜ.) S/N:11785 (1.227,60), S/N:14782&14783(1.909,60)	5.504,03	110,08	Εκατόν δέκα ευρώ και οχτώ λεπτά
14	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ OXYLOG VE 300 (4 τεμ) ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ASME 0080, ASME 0081, ASME 0082, ASME 0089)	10.161,29	203,23	Διακόσια τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά
15	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ CARESCAPE Μ.Ε.Θ. WBRZ 201728-WBRB 00395-WBRB 00387-CBRZ 85527-CBRA 00374	10.584,68	211,69	Διακόσια έντεκα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά
16	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ATLAN A350 ΜΕ MONITOR VISTA 120 ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	7.197,58	143,95	Εκατόν σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά
17	OCT ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	16.000	320,00	Τριακόσια είκοσι ευρώ
18	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (DR 600) 2 ΤΕΜ. & ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DRYSTAR 5503	54.838,70	1.096,77	Χίλια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά
19	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ PHILIPS INTELLIVUE INFORMATION CENTER PIC IX ENTERPRIS ΚΑΙ 8 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ MONITOR PHILIPS INTELLIVUE MX750	13.717,74	274,35	Διακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
20	ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ VIVID 95	12.532,26	250,65	Διακόσια πενήντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά
21	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ CNS-6201K ΚΑΙ 4 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ MONITOR CU-152RK Life Scope G5 + 4 ενισχυτές AY-663P ΚΑΙ 4 ΘΛΑΜΕΤΡΙΕΣ GZ-130P	15.750,00	315,00	Τριακόσια δεκαπέντε ευρώ
22	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ELISA 500	2.879,03	57,58	Πενήντα επτά ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά
23	ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	4.741,94	94,84	Ενενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα

				τέσσερα λεπτά
24	Συστήματος μαγνητικής Τομογραφίας τύπου OPTIMA MR360 ADVANCE/5433265 του Οίκου GE Medical Systems	64.000,00	1.280,00	Χίλια διακόσια ογδόντα ευρώ
25	ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ VIVID IQ (S/N: 622797WΧΟ & 6212079WΧΟ	17.782,26	355,65	Τριακόσια πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά
26	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ LEICA M350	7.620,97	152,42	Εκατόν πενήντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά
27	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ IOLMASTER 700	5.758,06	115,16	Εκατόν δέκα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτά
28	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ	8.891,13	177,82	Εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά
29	ΣΥΣΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ NKV-330 (2 TEM.)	11.008,06	220,16	Διακόσια είκοσι δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτά
30	ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ UVDI 360 (3 TEM.)	17.782,26	355,65	Τριακόσια πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά
31	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ENNEA (9) ΚΛΙΝΩΝ LINET ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.	29.298,39	585,97	Πεντακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά
32	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ GANSHORN	6.350,81	127,02	Εκατόν είκοσι επτά ευρώ και δύο λεπτά
33	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ LEICA PROVEO 8 με S/N:081123002	24.400,00	488,00	Τετρακόσια ογδόντα οχτώ ευρώ
34	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) CD ROBOT (ΣΥΣΤΗΜΑ MiPublisher του Οίκου MILLENSYS)	16.000,00	320,00	Τριακόσια είκοσι ευρώ
35	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	10.838,10	216,76	Διακόσια δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά
36	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν. ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	25.179,00	503,58	Πεντακόσια τρία ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά
37	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ, ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	6.169,80	123,40	Εκατόν είκοσι τρία ευρώ και σαράντα λεπτά
38	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ	22.617,00	452,34	Τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίζει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτης βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελεωειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνωριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 15^{ης} Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

-στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

-στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 α) Κατ' εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

2.2.3.5. α

Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· ή

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.»

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.2.3.8. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, καθώς και στην υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «*Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016*».

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία αποστέλλονται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει αίτημα για παράταση της ως άνω

προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασής.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί **μετά** την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β' αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε, κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή. Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κυρώσεις των άρθρων 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220, συνολικού ύψους που δεν ξεπερνά τις δύο εκατοστιαίες μονάδες (2%), επί της αξίας της σύμβασης στο πλαίσιο της οποίας επιβλήθηκαν για την πλημμελή εκτέλεση απαίτησης σε οικονομικό φορέα δεν θεωρούνται σοβαρή πλημμέλεια για την εφαρμογή της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 73, εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει εξοφλήσει το σύνολο του ποσού στην αναθέτουσα αρχή.

Η παράλειψη της δήλωσης των παραπάνω κυρώσεων στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της περ. ζ) του άρθρου 73. Για τον υπολογισμό των δύο εκατοστιαίων μονάδων (2%) του πρώτου εδαφίου δεν υπολογίζονται οι κυρώσεις για τις οποίες τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβαν οι οικονομικοί φορείς έχουν κριθεί επαρκή από την αρμόδια Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την

έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα (διατηρείται για λόγους αρίθμησης).

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) Εντός των τριών (3) τελευταίων ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον μία (1) σύμβαση σε υγειονομική μονάδα (Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο) παροχής υπηρεσιών σε παρόμοιο έργο με την παρούσα σύμβαση ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, ύψους τουλάχιστον ίσο με το 50% της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α, έτσι ώστε να τεκμαίρεται η εμπειρία του υποψήφιου αναδόχου ως προς τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζει.

β) οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: να διαθέτουν και να καταθέσουν για κάθε υπηρεσία που θα λάβουν μέρος το σύνολο των αδειών / πιστοποιητικών κλπ που απαιτούνται και αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα II των Τεχνικών Προδιαγραφών και πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των υπηρεσιών, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας όπως αναλύονται ανά τμήμα στις τεχνικές απαιτήσεις.

Στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται για κάθε τμήμα που θα υποβάλουν προσφορά να καταθέσουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά (η άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά) που αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα

μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται, κατά την υποβολή της προσφοράς με το ΕΕΕΣ, Μσύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης, με την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Τα αποδεικτικά μέσα που γίνονται αποδεκτά κατά την παρ. 12 του άρθρου 80 του Ν. 4412/20216 όπως ισχύει θεωρείται ότι ισχύουν και κατά τον χρόνο υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή, αυτεπαγγέλτως, ή έτερος οικονομικός φορέας που συμμετέχει στην οικεία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, με την άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το Βιβλίο IV, αποδείξει ότι τα αναφερόμενα σε αυτά δεν ίσχυαν κατά τον χρόνο υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Σ..

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του συμφωνητικού επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διατάξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του, ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016), αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί, εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας, δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β' αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει:

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή, επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α με βάση την οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω, δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση της περ. α και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με την λήψη, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (αναφέρονται) στην συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η δήλωση του οικονομικού φορέα περί μη ρωσικής εμπλοκής, περιλαμβάνεται σε διακριτή υπεύθυνη δήλωση ή, εναλλακτικά, στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ. Το περιεχόμενο της δήλωσης προβλέπεται στο Παράρτημα XII της παρούσας.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

A. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

B.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και χρόνο υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι και τους ζητηθούν σύμφωνα με την παρ. 12^α του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.2 της παρούσας, από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

(Μεταβατικά έως τη σύσταση και λειτουργία ποινικού μητρώου νομικών προσώπων/ οντοτήτων):

Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024: ένορκη βεβαίωση του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024 (βλ. και υπ' αριθμ. 5868/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩΟ) έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης»).

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ)

ζ) για την παράγραφο 2.2.3.5α, υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι καταστάσεις ρωσικής εμπλοκής που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο (υπόδειγμα του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΧΙΙ της παρούσας Διακήρυξης). Η

υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016.

Β. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα (διατηρείται για λόγους αρίθμησης).

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν **κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν** εντός των τριών (3) τελευταίων ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με αναφορά της αντίστοιχης υπηρεσίας, ποσού (αξία) και της ημερομηνίας παράδοσης του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.

Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6. και ορίζονται και απαιτούνται στο Παράρτημα Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.

Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση B.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

B.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

B.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους

συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζομένου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.

B.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

B.11.Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Τα αποδεικτικά μέσα που γίνονται αποδεκτά κατά την παρ. 12 του άρθρου 80 του Ν. 4412/20216 όπως ισχύει θεωρείται ότι ισχύουν και κατά τον χρόνο υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή, αυτεπαγγέλτως, ή έτερος οικονομικός φορέας που συμμετέχει στην οικεία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, με την άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το Βιβλίο IV, αποδείξει ότι τα αναφερόμενα σε αυτά δεν ίσχυαν κατά τον χρόνο υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Σ..

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών: (ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: (ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα II της Διακήρυξης, για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα και θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε τμήματος για το οποίο λαμβάνει μέρος ο προμηθευτής.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά δηλώνεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος II. Ενότητα Α)

είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. Για την υπογραφή της προδικαστικής προσφυγής από τον εκπρόσωπο / συντονιστή της ένωσης απαιτείται ρητή εξουσιοδότηση. Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α), είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, είτε στα έγγραφα συμφωνίας των οικονομικών φορέων για συμμετοχή στο διαγωνισμό ως ένωση, είτε στα πρακτικά των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των μελών της ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθεισών αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστούς φάκελους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η αναθέτουσα αρχή του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, καθώς και

β) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α' 188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την

επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β' του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης το φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: **α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)**, όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και **τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση**, με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, **β) την εγγύηση συμμετοχής**, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (<https://espd.eprocurement.gov.gr/>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.]

γ. Υπεύθυνη δήλωση από τους προσφέροντες (θα υποβληθεί σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2. 5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF) με το εξής περιεχόμενο :

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα δηλώνω ότι :

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία.

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου .

(γ) ούτε ο υπεύθυνος δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο(α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

Η τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ, θα ληφθούν υπόψη από το παράρτημα τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Οι Οικονομικούς Φορείς πρέπει να συμπληρώσουν, να υπογράψουν ηλεκτρονικά και να αναρτήσουν σε μορφή.pdf στην ηλεκτρονική προσφορά τους τα έντυπα του Παραρτήματος “Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς” ” της παρούσας διακήρυξης.

Η τεχνική προσφορά θα συμπεριλαμβάνει, επί ποινή απορρίψεως, συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης της διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να έχει ψηφιακή υπογραφή. όπου θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος II. Εάν η προσφορά έχει αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα αναφέρονται αναλυτικά οι αποκλίσεις αυτές.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται, για τις ομάδες που θα υποβληθεί προσφορά.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης **βάσει της τιμής**, όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V της διακήρυξης:

Τιμές

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης.

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και η δαπάνη για τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της προκήρυξης. Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν της τιμής της προσφοράς του.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι προσφορές των οικονομικών φορέων που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά:

α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης, αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης που έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας Διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την **23/10/2026 και ώρα 09:00.**

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

[Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις/ συμπληρώσεις, κατ'εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016, ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»:

- είτε από την Επιτροπή, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς τη σύνταξη διακριτού εγγράφου
- είτε, με αποστολή διακριτού εγγράφου της Επιτροπής, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να απαιτείται περαιτέρω έγκρισή του από το αποφαινόμενο όργανο.

Σημειώνεται ότι, όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι την αποστολή των σχετικών πρακτικών της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού, προς έκδοση των σχετικών αποφάσεων, οι διευκρινίσεις ζητούνται από την Επιτροπή και δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του αποφαινόμενου οργάνου.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, εκ μέρους της Επιτροπής και τη διαβίβαση των σχετικών πρακτικών προς το αποφαινόμενο όργανο, το τελευταίο, δύναται, κατά την κρίση

του, να ζητεί διευκρινίσεις, από τους προσφέροντες, για στοιχεία των προσφορών, για τα οποία δεν ζητήθηκαν, είτε ακόμη και για στοιχεία, για τα οποία έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικώς η Επιτροπή.

Το αποφαινόμενο όργανο διατηρεί το δικαίωμα να αναπέμψει στην Επιτροπή προς εξέταση και περαιτέρω διευκρινίσεις οποιοδήποτε ζήτημα, κατά την κρίση της, χρήζει διευκρινίσεων/ συμπληρώσεων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων-συμπληρώσεων, σε περιπτώσεις ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, καθώς και στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου].

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. [Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση]

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. [Επισημαίνεται, ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην κατωτέρω ενιαία απόφαση]

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ως άνω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίο προκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. **Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες, δεν αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.**

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής, με επισύναψη στον αντίστοιχο (υπο) φάκελο της ηλεκτρονικής περιοχής της απάντησής του (υπό) φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά κατακύρωσης».

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η αναθέτουσα αρχή, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις κατά το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει προς την αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών, όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως προβλέπεται ανωτέρω. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσηκούσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες (μεταβολές) είτε επήλθαν, είτε έλαβε γνώση αυτών μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας Διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση (ανά τμήμα) για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα των προς προμήθεια αγαθών κάθε τμήματος, από αυτή που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη σε ποσοστό και ως εξής: εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α' & β' της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθιστάται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

- α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,
- β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
- γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και
- δ) ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

- (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, ή,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά διακήρυξης, διαγωνισμού επιτρέπεται μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για κάθε τροποποίηση της διακήρυξης διαγωνισμού.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΕΑΔΗΣΥ. Σε περίπτωση **τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ**, η οποία ανακοινώνεται και πιστοποιείται εκ των προτέρων, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναστέλλονται για το αντίστοιχο διάστημα οι σχετικές προθεσμίες. Σε περίπτωση αιφνίδιας τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ, το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται και η προσφυγή κατατίθεται στην ΕΑΔΗΣΥ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δε τεχνική αδυναμία πιστοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του τρίτου εδαφίου, εκ των υστέρων. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της (Άρθρο 362 του ν. 4412/2016).

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η έκταση της προσφυγής δεν υπερβαίνει το όριο των είκοσι πέντε (25) σελίδων. Υπέρβαση του ορίου των σελίδων δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως ιδίως, αν με την προσφυγή αμφισβητείται η πλήρωση πλήθους τεχνικών προδιαγραφών. Το Κλιμάκιο εξέτασης της προσφυγής μπορεί να ζητήσει, με πράξη του Προέδρου του, τον περιορισμό της αδικαιολόγητης έκτασής της. Αν ο προσφεύγων δεν συμμορφωθεί με την πράξη του προηγούμενου εδαφίου, καταβάλλει παράβολο ίσο προς το διπλάσιο του παραβόλου που προβλέπεται για την άσκηση της προσφυγής (Άρθρο 362 του ν. 4412/2016).

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., μετά από άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το Μέρος Β', περί προδικαστικής προσφυγής για την κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης, εκτός εάν η ΕΑΔΗΣΥ, κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 366 του ν. 4412/2016, αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 366.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου της Τρίπολης. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ , την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ένδικου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως अपαράδεκτη. Το διατακτικό της

δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

Γ. Οι προθεσμίες των άρθρων 365, 366 και 367 του ν. 4412/2016 για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, αναστέλλονται κατά το διάστημα από τις 5 μέχρι και τις 20 Αυγούστου. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής οι προδικαστικές προσφυγές, τα αιτήματα αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας και τα αιτήματα λήψης προσωρινών μέτρων που αφορούν κατεπείγουσες περιπτώσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή διαγωνιστικές διαδικασίες συναπτόμενες με υπηρεσίες ή προμήθειες, που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξετάζονται από Κλιμάκια Διακοπών της ΕΑΔΗΣΥ, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της¹, εντός των προθεσμιών των άρθρων 365, 366 και 367.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιαστικά και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

¹Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 2 ν. 5043/2023 (Α' 91/13-04-2023)

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται **σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης**, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και επιπλέον τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό της/τους μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο [Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄](#).

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, αφότου λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής, [στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση](#), ισχύουν για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, απαιτεί την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου της.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για τους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο τμήμα της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της πρόσκλησης. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης ο ανάδοχος τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος που θα βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας,

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,1 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. **Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται**

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού.

5.1.3. Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου:

3) Η απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 19760/14-9-2026 (ΑΔΑ: 91Σ1469Η2Π-ΕΚΛ, ΑΔΑΜ: 26REQ019779872) για τα οικον. έτη 2027, 2028 και 2029 .

Είναι υποχρεωτική η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση: 1015.E00148.0001.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 περί διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 4.5 τ με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών

από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

- α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
- β)

δ) Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπíπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις [η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την έκδοση του προβλεπόμενου π.δ/τος]

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύναται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν εις βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβληθείσες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν αυτή απορριφθεί από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται

οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο τηρείται υποχρεωτικά η ενδικοφανής διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την θα διενεργηθεί από την επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ ή του Διοικητή η οποία θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο –Διοικητικό Συμβούλιο- για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από τη σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο, σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο, στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, ο οποίος μπορεί να σημειώσει επ' αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στην έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια.

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Εάν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Εάν οι υπηρεσίες παρασχεθούν, από υπαιτιότητα του αναδόχου, μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

6.3.3 Εάν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, στο οποίο αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης, και γνωμοδοτεί ως προς το εάν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς εάν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των οικείων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Εάν, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220.

6.3.5 Εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Εάν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Εφόσον συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, τροποποίησης της συναφθείσας σύμβασης και αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής, υπό την τήρηση και των λοιπών σωρευτικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 132 και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις.

6.6 Αντικατάσταση/ προσθήκη μελών ομάδας έργου κατά την εκτέλεση της σύμβασης

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει ο Ν. 4412/2016 που την διέπει.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
« Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής.
	Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17/9/2026 και Ώρα: 07:00 π.μ. Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22/10/2026 και Ώρα: 15:00 μ.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 23/10/2026 και Ώρα: 09:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	«Επισκευή και συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης, σε ετήσια βάση».
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	50421000-2 & 50710000-5
ΚΑΕ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Βαρύνει τους ΚΑΕ: 0887 , 0889, του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Τρίπολης για τα έτη 2027, 2028 και 2029
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ	Συνολικής εκτιμώμενης αξίας 701.974,06 € χωρίς Φ.Π.Α. και 870.447,84 € με Φ.Π.Α. 24%.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΥΟ (2) ΕΤΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ –ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ	Θα δημοσιευθεί στις 17/9/2026
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Όλες οι νόμιμες κρατήσεις

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

A/A	ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CPV: 50421000-2 Κ.Α.Ε : 0887 /Α.Λ.Ε. 2.4.2.03.04.001.0001	ΕΚΤΙΜΩΝΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ	ΕΚΤΙΜΩΝΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΝΙΚΚΙΣΟ (6 τεμ) ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ	21.169,35	26.249,99
2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ FRESENIUS (8 τεμ) S/N: 5VSAX921-922-923-924-925 & 9VSAKV08-9VSAKV09-9MUG4693 ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	48.000,00	59.520,00
3	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ FRESENIUS (7 τεμ) ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	42.000,00	52.080,00
4	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ GETINGE	8.467,74	10.500,00
5	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ HEINEN LOWENSTEIN LEON PLUS (4 τεμ)	15.241,94	18.900,01
6	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C-ARM SIAS ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	9.822,58	12.180,00
7	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C-ARM ZIEHM VISION ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	13.548,39	16.800,00
8	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ GE LOGIQ S8 ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	7.451,61	9.240,00
9	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ OLYMPUS MINI-ETD2PAA	12.532,26	15.540,00
10	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	7.282,26	9.030,00
11	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ CISA ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	11.854,84	14.700,00
12	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ INNOVA IGS 520 OMEGA, ΕΓΧΥΤΗ MEDRADMARK, CENTRICITY CA 1000, SPECIALSLAB IT 6-9-3	77.000,00	95.480,00
13	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ MEDUMAT ST2 (3 ΤΕΜ.) S/N:11785 (1.227,60), S/N:14782&14783(1.909,60)	5.504,03	6.825,00
14	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ OXYLOG VE 300 (4 τεμ) ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ASME 0080, ASME 0081, ASME 0082, ASME 0089)	10.161,29	12.600,00
15	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ CARESCAPE Μ.Ε.Θ. WBRZ 201728-WBRB 00395-WBRB 00387-CBRZ 85527-CBRA 00374	10.584,68	13.125,00
16	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ATLAN A350 ΜΕ MONITOR VISTA 120 ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	7.197,58	8.925,00
17	OCT ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	16.000	19.840
18	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (DR 600) 2 ΤΕΜ. & ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DRYSTAR 5503	54.838,70	68.000
19	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ PHILIPS INTELLIVUE INFORMATION CENTER PIC IX ENTERPRIS ΚΑΙ 8 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ MONITOR PHILIPS INTELLIVUE MX750	13.717,74	17.010,00
20	ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ VIVID 95	12.532,26	15.540,00
21	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ CNS-6201K ΚΑΙ 4 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ MONITOR CU-152RK Life Scope G5 + 4 ενισχυτές AY-663P ΚΑΙ 4 ΘΛΕΜΕΤΡΙΕΣ GZ-130P	15.750,00	19.530,00
22	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ELISA 500	2.879,03	3.570,00
23	ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	4.741,94	5.880,01
24	Συστήματος μαγνητικής Τομογραφίας τύπου OPTIMA MR360 ADVANCE/5433265 του Οίκου GE Medical Systems	64.000,00	79.360,00
25	ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ VIVID IQ (S/N: 622797WXO & 6212079WXO	17.782,26	22.050,00

26	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ LEICA M350	7.620,97	9.450,00
27	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ IOLMASTER 700	5.758,06	7.139,99
28	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ	8.891,13	11.025,00
29	ΣΥΣΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ NKV-330 (2 ΤΕΜ.)	11.008,06	13.649,99
30	ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ UVDI 360 (3 ΤΕΜ.)	17.782,26	22.050,00
31	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΙΝΩΝ LINET ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.	29.298,39	36.330,00
32	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ GANSHORN	6.350,81	7.875,00
33	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ LEICA PROVEO 8 με S/N:081123002	24.400,00	30.256
34	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) CD ROBOT (ΣΥΣΤΗΜΑ MiPublisher του Οίκου MILLENSYS)	16.000,00	19.840
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)		637.170,16	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)			790.091,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV:50710000-5 Κ.Α.Ε.: 0889/ Α.Λ.Ε.2.4.2.03.89.001.0001			
35	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	10.838,10	13.439,24
36	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν. ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	25.179,00	31.221,96
37	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ, ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	6.169,80	7.650,55
38	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ	22.617,00	28.045,08
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)		64.803,90	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			80.356,84
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)		701.974,06 €	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (24%) (ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)			870.447,84 €

Η οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ και αφορά το σύνολο της ποσότητας για κάθε υπηρεσία.

Οι οικονομικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα τμήματα, για συγκεκριμένο αριθμό τμημάτων ή για ένα μόνο τμήμα.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει της τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για δύο έτη ανέρχεται στο ποσό των **701.974,06 € χωρίς Φ.Π.Α. και 870.447,84 € με Φ.Π.Α. 24%**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι δύο (2) έτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δεν έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο ΕΣΗΔΗΣ οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Θα συμπληρωθεί φύλλο συμμόρφωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα της διακήρυξης το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να έχει ψηφιακή υπογραφή.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (38) ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ.

1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΝΙΚΚΙΣΟ

1. Αντικείμενο Συντήρησης

Η συντήρηση και επισκευή **για δύο έτη** των έξι (6) Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού του κατασκευαστικού οίκου ΝΙΚΚΙΣΟ. Οι τύποι των μηχανημάτων είναι οι εξής:

DBB-05 - 65114-05

DBB-05 - 65159-01

DBB-05 - 65159-02

DBB-05 - 65159-03

DBB-05 - 65159-04

DBB-05 - 65159-05

2. Υποχρεώσεις Συντηρητή

α) Ο Συντηρητής θα εκτελέσει δύο (2) προληπτικές συντηρήσεις το χρόνο, μία ανά εξάμηνο, με ελέγχους, ρυθμίσεις, καθαρισμό των μηχανημάτων και αλλαγές εξαρτημάτων – ανταλλακτικών, αν διαπιστωθεί ανάγκη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου.

β) Περιλαμβάνονται απεριόριστος αριθμός εκτάκτων κλήσεων και απεριόριστος αριθμός εκτάκτων επισκέψεων για την αντιμετώπιση προβλήματος με ανταπόκριση το αργότερο 24 ωρών από την τηλεφωνική κλήση από τον Υπεύθυνο Ιατρό ή την Προϊσταμένη της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

γ) Στις εργασίες συντήρησης και επισκευής συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως εξαρτήματα - ανταλλακτικά που πιθανόν χρειαστούν και για τα οποία το Νοσοκομείο δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

δ) Ο Συντηρητής μετά από το τέλος κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίου επίσκεψης με περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν και των ανταλλακτικών που αντικαταστάθηκαν.

ε) Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Σε περίπτωση που η επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής καταστεί αδύνατη λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης των απαιτούμενων υλικών, η σύμβαση θα λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Παράλληλα ο Συντηρητής θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την αδυναμία αυτή και να διακόψει την τιμολόγηση από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης

στ) Ο Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες εξουσιοδοτήσεις ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή άδειες διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητά του αλλά και την καταλληλότητά του να αναλάβει την εν λόγω συντήρηση.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ FRESENIUS

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η συντήρηση και επισκευή για δύο έτη των οχτώ (8) Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού του κατασκευαστικού οίκου FRESENIUS MEDICAL CARE. Οι τύποι των μηχανημάτων είναι οι εξής:

1. 5008S 5VSA X921
2. 5008S 5VSA X922
3. 5008S 5VSA X923
4. 5008S 5VSA X924
5. 5008S 5VSAX925 &
6. 5008S 9VSAKV08
7. 5008S 9VSAKV09
8. 5008S 9MUG4693

2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

α) Ο Συντηρητής θα εκτελέσει όσες προληπτικές συντηρήσεις προβλέπονται και απαιτούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

β) Περιλαμβάνονται απεριόριστος αριθμός εκτάκτων κλήσεων και απεριόριστος αριθμός εκτάκτων επισκέψεων για την αντιμετώπιση προβλήματος με ανταπόκριση το αργότερο 24 ωρών από την τηλεφωνική κλήση από τον Υπεύθυνο Ιατρό ή την Προϊσταμένη της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

γ) Στις εργασίες προληπτικής συντήρησης και επισκευής συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως εξαρτήματα - ανταλλακτικά που πιθανόν χρειαστούν και για τα οποία το Νοσοκομείο δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

δ) Ο Συντηρητής μετά από το τέλος κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίου επίσκεψης με περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν και των ανταλλακτικών που αντικαταστάθηκαν.

ε) Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Σε περίπτωση που η επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής καταστεί αδύνατη λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης των απαιτούμενων υλικών, η σύμβαση θα λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Παράλληλα ο Συντηρητής θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την αδυναμία αυτή και να διακόψει την τιμολόγηση από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης

στ) Ο Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες εξουσιοδοτήσεις ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή άδειες διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητά του αλλά και την καταλληλότητά του να αναλάβει την εν λόγω συντήρηση.

3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ FRESENIUS

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η συντήρηση και επισκευή για δύο έτη για επτά (7) μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού αιμοδιήθησης αιμοδιαδιήθησης και on line μεθόδων τύπου 5008 S CORDIAXτου οίκου FRESENIUS MEDICAL CARE Γερμανίας. Τα S/N των μηχανημάτων είναι οι εξής:

1. 4VSAS320
2. 4VSAS321
3. 4VSAS322

4. 4VSAS323

5. 4VSAS324

6. 4VSAS325

7. MULTIFILTRATE S/N:9MUG4693

2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

α) Ο Συντηρητής θα εκτελέσει όσες προληπτικές συντηρήσεις προβλέπονται και απαιτούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

β) Περιλαμβάνονται απεριόριστος αριθμός εκτάκτων κλήσεων και απεριόριστος αριθμός εκτάκτων επισκέψεων για την αντιμετώπιση προβλήματος με ανταπόκριση το αργότερο 24 ωρών από την τηλεφωνική κλήση από τον Υπεύθυνο Ιατρό ή την Προϊσταμένη της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

γ) Στις εργασίες προληπτικής συντήρησης και επισκευής συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως εξαρτήματα - ανταλλακτικά που πιθανόν χρειαστούν και για τα οποία το Νοσοκομείο δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

δ) Ο Συντηρητής μετά από το τέλος κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίου επίσκεψης με περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν και των ανταλλακτικών που αντικαταστάθηκαν.

ε) Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Σε περίπτωση που η επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής καταστεί αδύνατη λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης των απαιτούμενων υλικών, η σύμβαση θα λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Παράλληλα ο Συντηρητής θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την αδυναμία αυτή και να διακόψει την τιμολόγηση από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης

στ) Ο Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες εξουσιοδοτήσεις ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή άδειες διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητά του αλλά και την καταλληλότητά του να αναλάβει την εν λόγω συντήρηση.

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ GETINGE

1. Αντικείμενο Συντήρησης

Η συντήρηση και επισκευή **για δύο έτη** του κλιβάνου ατμού GETINGE model GE 2612 EN AR-2/2111 της κεντρικής αποστείρωσης του Νοσοκομείου.

2. Υποχρεώσεις Συντηρητή

α) Ο Συντηρητής θα προβαίνει σε προγραμματισμένη συντήρηση, ανά τρίμηνο, του κλιβάνου η οποία περιλαμβάνει εκτός από τους κοινούς καθαρισμούς και ελέγχους τα εξής :

Έλεγχος και ρυθμίσεις της λειτουργίας των θυρών του κλιβάνου.

Έλεγχος της ορθής λειτουργίας του καταγραφικού.

Καθαρισμός όλων των ατμοπαγίδων και ανεπίστροφων βαλβίδων.

Έλεγχος και ρύθμιση όπου απαιτείται, του αισθητήρα θερμοκρασίας με ανεξάρτητο σύστημα μέτρησης (με ειδικό «διακριβωμένο» όργανο ελέγχου).

Έλεγχος και ρύθμιση, όπου απαιτείται, του αισθητήρα πίεσης με ανεξάρτητο όργανο μέτρησης keller (με ειδικό «διακριβωμένο» όργανο ελέγχου).

Έλεγχος των συστημάτων interlock (σύστημα ασφαλούς λειτουργίας).

Ρύθμιση των παραμέτρων ψύξης.

Ρύθμιση της αντλίας κενού (παράμετροι ECO).

Έλεγχος των λειτουργιών PACS 2000 (πλήκτρα, ενδεικτικές λυχνίες).

Έλεγχος όλων των ηλεκτρολογικών συνδέσεων.

Έλεγχος διαρροών και καθαρισμός των εναλλακτών θερμότητας (αν η σκληρότητα του νερού είναι μεγαλύτερη από 4°dH).

Τρέξιμο όλων των προγραμμάτων και έλεγχος όλων των παραμέτρων τους (πίεση, θερμοκρασία, χρόνος, καταγραφή).

β) Περιλαμβάνονται έως και δύο (2) έκτακτες κλήσεις για αντιμετώπιση προβλήματος και επισκευή.

Ανταπόκριση εντός 24 ωρών από την κλήση. Παραπάνω έκτακτες κλήσεις δεν περιλαμβάνονται και για τις οποίες ο Συντηρητής θα υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλληλη προσφορά.

γ) Ο Συντηρητής υποχρεούται, καθ' όλη την περίοδο της διάρκειας της συμβάσεως, να παρέχει στο Νοσοκομείο, όλα τα απαραίτητα υλικά, ανταλλακτικά και αναλώσιμα, που απαιτούνται για την επαρκή και σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, συντήρηση και επισκευή.

Ο Συντηρητής θα αναλάβει την υποχρέωση να διατηρεί πλήρες απόθεμα υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τη συντήρηση και επισκευή, σε κάθε ζήτηση του Νοσοκομείου καθώς επίσης και αναλυτικό τιμοκατάλογο.

Σε περίπτωση που η επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής καταστεί αδύνατη λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης των απαιτούμενων υλικών, η σύμβαση θα λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Παράλληλα ο Συντηρητής θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την αδυναμία αυτή και να διακόψει την τιμολόγηση από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης.

δ) Στις εργασίες συντήρησης και επισκευής δεν συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά και τυχόν ανταλλακτικά που χρειαστούν για την αποκατάσταση προβλήματος και έχουν υποστεί φθορά λόγω κανονικής λειτουργίας. Αν προκύψει ανάγκη αντικατάστασης των υλικών αυτών, ο Συντηρητής θα υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλληλη προσφορά.

ε) Στο τέλος κάθε συντήρησης ή επισκευής, ο Συντηρητής θα εκδίδει βεβαίωση συντήρησης ή επισκευής, η οποία θα υπογράφεται αρμοδίως και από το Νοσοκομείο. Στη βεβαίωση συντήρησης ή επισκευής θα αναφέρονται τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και τοποθετήθηκαν κατά τη συντήρηση ή επισκευή, καθώς και ο χρόνος απασχόλησης του Συντηρητή.

στ) Ο Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες εξουσιοδοτήσεις ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή άδειες διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητά του αλλά και την καταλληλότητά του να αναλάβει την εν λόγω συντήρηση.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ HEINEN LOWENSTEIN LEON PLUS

1. Αντικείμενο Συντήρησης

Η συντήρηση **για δύο έτη** των τεσσάρων (4) αναισθησιολογικών μηχανημάτων LeonPlus του κατασκευαστικού οίκου HeinenLowenstein.

2. Υποχρεώσεις Συντηρητή

α) Ο Συντηρητής θα πραγματοποιεί μία φορά το έτος την προληπτική συντήρηση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας των τεσσάρων (4) αναισθησιολογικών μηχανημάτων, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει για το κάθε μηχάνημα:

Ετήσιο kit συντήρησης

Αλλαγή φίλτρου αναρρόφησης

Αλλαγή μπαταριών αυτονομίας, όποτε απαιτηθεί

β) Επιπλέον ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τα οποία κατά τη συντήρηση διαπιστωθεί ανάγκη αντικατάστασης δεν περιλαμβάνονται. Ο Συντηρητής για τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα αυτά θα υποβάλλει σχετική προσφορά στο Νοσοκομείο. Η εργασία τοποθέτησης των ανταλλακτικών και αναλώσιμων αυτών θα γίνεται χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για το Νοσοκομείο.

γ) Έκτακτες κλήσεις για την αποκατάσταση προβλήματος δεν περιλαμβάνονται και για τις οποίες ο Συντηρητής θα υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλληλη προσφορά.

δ) Ο Συντηρητής οφείλει να προσέρχεται στο Νοσοκομείο για τη συντήρηση ή την αποκατάσταση προβλήματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 έως 16.00.

ε) Ο Συντηρητής μετά από το τέλος κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίου επίσκεψης με περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν.

στ) Σε περίπτωση βλάβης που είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του Συντηρητή με δικά του μέσα και έξοδα.

ζ) Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Σε περίπτωση που η επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής καταστεί αδύνατη λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης των απαιτούμενων υλικών, η σύμβαση θα λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Παράλληλα ο Συντηρητής θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την αδυναμία αυτή και να διακόψει την τιμολόγηση από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης.

η) Όποιες αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού οίκου για τη διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστο λειτουργικό επίπεδο θα γίνονται από το Συντηρητή χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

θ) Ο Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες εξουσιοδοτήσεις ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή άδειες διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητά του αλλά και την καταλληλότητά του να αναλάβει την εν λόγω συντήρηση.

Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες ετησίως. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα στη συντηρήτρια εταιρεία παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες αζημίως για το Νοσοκομείο. Ο χρόνος ακινητοποίησης παύει να μετράει :

Για το διάστημα που ο Ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο δανεικό μηχάνημα ίδιου ή παρόμοιου τύπου.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Στο χρόνο ακινητοποίησης δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος των προληπτικών συντηρήσεων και οι βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση των μηχανημάτων ή σε παρέμβαση τρίτων, μη εξουσιοδοτημένων από τη συντηρήτρια εταιρεία.

Ρητά συμφωνείται ότι τα ανταλλακτικά και η εργασία αποκατάστασης βλάβης που θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Νοσοκομείο.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM SIAS OPERDIGIT 9

1. Αντικείμενο Συντήρησης

Η συντήρηση και η επισκευή **για δύο έτη** του ακτινοσκοπικού συστήματος C-ARM Operdigit 9 του κατασκευαστικού οίκου SIAS.

2. Υποχρεώσεις Συντηρητή

α) Ο Συντηρητής θα πραγματοποιεί ανά τετράμηνο την προληπτική συντήρηση του ακτινοσκοπικού συστήματος που θα περιλαμβάνει ποιοτικό έλεγχο και ρύθμιση όλων των επί μέρους τμημάτων του, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του κατασκευαστικού οίκου.

β) Περιλαμβάνεται απεριόριστος αριθμός κλήσεων για την αντιμετώπιση προβλήματος. Ανταπόκριση εντός 24 ωρών από την κλήση.

γ) Οποιαδήποτε ανταλλακτικά ή αναλώσιμα απαιτηθούν κατά την προληπτική συντήρηση ή την αποκατάσταση βλάβης επιβαρύνουν το Συντηρητή. Εξαιρούνται η ακτινολογική λυχνία, τα υλικά που περιέχουν λυχνίες (ενισχυτής εικόνας, μόνιτορ), τα οποία σε περίπτωση αντικατάστασης θα χρεωθούν ξεχωριστά μετά από υποβολή σχετικής προσφοράς του Συντηρητή στο Νοσοκομείο.

δ) Στο τέλος κάθε συντήρησης ή επισκευής, ο Συντηρητής θα εκδίδει βεβαίωση συντήρησης ή επισκευής, η οποία θα υπογράφεται αρμοδίως και από το Νοσοκομείο.

ε) Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Σε περίπτωση που η επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής καταστεί αδύνατη λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης των απαιτούμενων υλικών, η σύμβαση θα λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Παράλληλα ο Συντηρητής θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την αδυναμία αυτή και να διακόψει την τιμολόγηση από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης.

στ) Όποιες αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού οίκου για τη διατήρηση του μηχανήματος σε άριστο λειτουργικό επίπεδο θα γίνονται από το Συντηρητή χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

ζ) Ο Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες εξουσιοδοτήσεις ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή άδειες διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητά του αλλά και την καταλληλότητά του να αναλάβει την εν λόγω συντήρηση.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C-ARM ZHIEM VISION

1. Αντικείμενο Συντήρησης

Η εργασία για τη συντήρηση και η εργασία για την αποκατάσταση βλαβών, καθώς και όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά **για δύο έτη** του ακτινοσκοπικού συστήματος C-ARM VISION του κατασκευαστικού οίκου ZHIEM.

2. Υποχρεώσεις Συντηρητή

α) Η συντήρηση θα πραγματοποιείται μία φορά ετησίως και θα περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων, όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για τη διατήρηση του μηχανήματος σε άριστη λειτουργική κατάσταση, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

β) Ο Συντηρητής επιβαρύνεται για κάθε παρεχόμενη εργασία προληπτικής συντήρησης, ρυθμίσεων κ.λπ., καθώς και για την εργασία αποκατάστασης οποιασδήποτε ενδεχόμενης βλάβης, μετά από σχετική κλήση που θα λάβει από το Νοσοκομείο. Ανταπόκριση εντός 24 ωρών από την σχετική κλήση.

γ) Οποιοδήποτε απαραίτητο ανταλλακτικό απαιτηθεί για την αποκατάσταση βλάβης συμπεριλαμβανομένων ακτινολογικής λυχνίας και ενισχυτή εικόνας θα αντικαθίσταται δωρεάν. Δεν περιλαμβάνονται αναλώσιμα, καλώδια και οτιδήποτε άλλο που θα προέλθει από κακή χρήση.

Η εργασία και τα ανταλλακτικά για την αποκατάσταση βλάβης που θα οφείλεται σε κακή χρήση του μηχανήματος ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που η μη λειτουργία του συστήματος οφείλεται σε γεγονός ανώτερης βίας ή μη ορθής λειτουργίας των συστημάτων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

Πυρκαγιά

Πλημμύρα

Σεισμό

Πόλεμο

Διακοπή ρεύματος ή διακυμάνσεις της τάσης εκτός των προβλεπόμενων ορίων

Ραδιενεργό μόλυνση

Προσβολή των μηχανημάτων από διάφορα υγρά (νερά, καφέδες κλπ.)

Κακή λειτουργία του κτιρίου, Υδραυλικών- Αποχετευτικών δικτύων

Μη ορθή χρήση του λογισμικού

Κακή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων ή εκτός των υποδεικνυόμενων ορίων λειτουργία του συστήματος ψύξης, η αποκατάσταση των ζημιών που θα προκληθούν, καθώς και τα υλικά και η εργασία που θα απαιτηθούν, θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Νοσοκομείο.

δ) Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Σε περίπτωση που η επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής καταστεί αδύνατη λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης των απαιτούμενων υλικών, η σύμβαση θα λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Παράλληλα ο Συντηρητής θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την αδυναμία αυτή και να διακόψει την τιμολόγηση από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης.

ε) Στο τέλος κάθε συντήρησης ή επισκευής, ο Συντηρητής θα εκδίδει βεβαίωση συντήρησης ή επισκευής, η οποία θα υπογράφεται αρμοδίως και από το Νοσοκομείο.

στ) Όποιες αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού οίκου για τη διατήρηση του συστήματος σε άριστο λειτουργικό επίπεδο θα γίνονται από το Συντηρητή χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

ζ) Ο Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες εξουσιοδοτήσεις ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή άδειες διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητά του αλλά και την καταλληλότητά του να αναλάβει την εν λόγω συντήρηση.

Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες ετησίως. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα στη συντηρήτρια εταιρεία παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες αζημίως για το Νοσοκομείο. Ο χρόνος ακινητοποίησης παύει να μετράει :

Για το διάστημα που ο Ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο δανεικό μηχάνημα ίδιου ή παρόμοιου τύπου.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Στο χρόνο ακινητοποίησης δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος των προληπτικών συντηρήσεων και οι βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση των μηχανημάτων ή σε παρέμβαση τρίτων, μη εξουσιοδοτημένων από τη συντηρήτρια εταιρεία.

Ρητά συμφωνείται ότι τα ανταλλακτικά και η εργασία αποκατάστασης βλάβης που θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Νοσοκομείο.

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ GE LOGIQ S8

1. Αντικείμενο Συντήρησης

Η προληπτική συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών, ως αναλύονται ακολούθως, για δύο έτη του υπερηχοτομογράφου LOGIQ S8 του κατασκευαστικού οίκου GE.

2. Υποχρεώσεις Συντηρητή

α) Η προληπτική συντήρηση θα πραγματοποιείται μία φορά ετησίως, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, προκειμένου να διατηρείται το μηχάνημα σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

β) Περιλαμβάνονται απεριόριστος αριθμός εκτάκτων κλήσεων και απεριόριστος αριθμός εκτάκτων επισκέψεων για την αντιμετώπιση προβλήματος μετά από τηλεφωνική κλήση του Νοσοκομείου. Χρόνος ανταπόκρισης η επόμενη εργάσιμη ημέρα εφόσον η αναγγελία βλάβης γίνει μέχρι τις 11.00 π.μ., διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι η αναγγελία έγινε την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

γ) Περιλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση βλαβών (με επιστροφή των αφαιρούμενων ανταλλακτικών στο Συντηρητή). Περιλαμβάνεται και η αξία αντικατάστασης μιας (1) ηχοβόλου κεφαλής (4D ή 2D), σε περίπτωση βλάβης, υπό την προϋπόθεση επιστροφής της χαλασμένης κεφαλής στο Συντηρητή.

δ) Στις υποχρεώσεις του Συντηρητή δεν περιλαμβάνονται:

Παντός είδους ηχοβόλες κεφαλές (πλην της 1 συμβατικής 4D ή 2D κεφαλής)

Παντός είδους αναλώσιμα (χαρτί εκτύπωσης, μελάνι, gels, CD/DVD, καλώδια ΗΚΓ, οπτικοακουστικά μέσα αποθήκευσης, CD/DVD, κεφαλές εκτυπωτών και συσκευών βίντεο, προφυλακτικά κεφαλών, κιτ βιοψίας, μπαταρίες, απολυμαντικά μαντιλάκια) Περιφερειακά συστήματα (εκτυπωτές, καταγραφικό, echoras, μόνιτορ, συσκευές εγγραφής βίντεο, UPS)

και τα εξαρτήματα αυτών Μπαταρίες και εργασίες για τη διατήρηση αρχείου ασθενών – εικόνων εξετάσεων καθώς και εργασίες ανάκτησης δεδομένων Ομοιώματα βαθμονόμησης (phantoms)

Περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως βίαιη καταστροφή,

όλες οι επίσημα αναγνωριζόμενες περιπτώσεις ανώτερης βίας, μη σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή χρήση

ε) Ο Συντηρητής οφείλει να προσέρχεται στο Νοσοκομείο για τη συντήρηση ή την αποκατάσταση προβλήματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 έως 16.00.

στ) Στο τέλος κάθε συντήρησης ή επισκευής, ο Συντηρητής θα εκδίδει βεβαίωση συντήρησης ή επισκευής, η οποία θα υπογράφεται αρμοδίως και από το Νοσοκομείο.

ζ) Σε περίπτωση βλάβης που είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του Συντηρητή με δικά του μέσα και έξοδα.

η) Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Σε περίπτωση που η επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής καταστεί αδύνατη λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης των απαιτούμενων υλικών, η σύμβαση θα λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Παράλληλα ο Συντηρητής θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την αδυναμία αυτή και να διακόψει την τιμολόγηση από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης.

θ) Όποιες αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού οίκου για τη διατήρηση του μηχανήματος σε άριστο λειτουργικό επίπεδο θα γίνονται από το Συντηρητή χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

ι) Ο Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες εξουσιοδοτήσεις ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή άδειες διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητά του αλλά και την καταλληλότητά του να αναλάβει την εν λόγω συντήρηση.

9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ OLYMPUS

1. Αντικείμενο Συντήρησης

Η προληπτική συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών, ως αναλύονται ακολούθως, για **δύο έτη** του πλυντηρίου ενδοσκοπίων MINI-ETD2PAA του κατασκευαστικού οίκου OLYMPUS.

2. Υποχρεώσεις Συντηρητή

α) ο Συντηρητής αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση (εργασία και ανταλλακτικά) του μηχανήματος, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, προκειμένου να διατηρείται το μηχάνημα σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

β) Στις υποχρεώσεις του Συντηρητή περιλαμβάνονται απεριόριστος αριθμός επισκέψεων στο χώρο του Νοσοκομείου για την αποκατάσταση βλαβών μετά από σχετική κλήση του Νοσοκομείου. Ανταπόκριση εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη σχετική κλήση. Κάθε ξεχωριστή βλάβη περιλαμβάνει απεριόριστο αριθμό επισκέψεων μέχρι την επιδιόρθωση αυτής. Το κόστος αντικατάστασης ανταλλακτικών για την αποκατάσταση της βλάβης επιβαρύνει το Νοσοκομείο και για την οποία ο Συντηρητής θα υποβάλλει κάθε φορά σχετική προσφορά. Στις υποχρεώσεις του Συντηρητή δεν περιλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά χρήσης όπως απολυμαντικά υγρά, λυχνία UV, χαρτί εκτύπωσης.

γ) Στο τέλος κάθε συντήρησης ή επισκευής, ο Συντηρητής θα εκδίδει βεβαίωση συντήρησης ή επισκευής, η οποία θα υπογράφεται αρμοδίως και από το Νοσοκομείο.

δ) Σε περίπτωση βλάβης που είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του Συντηρητή με δικά του μέσα και έξοδα.

ε) Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Σε περίπτωση που η επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής καταστεί αδύνατη λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης των απαιτούμενων υλικών, η σύμβαση θα λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Παράλληλα ο Συντηρητής θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την αδυναμία αυτή και να διακόψει την τιμολόγηση από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης.

στ) Όποιες αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού οίκου για τη διατήρηση του μηχανήματος σε άριστο λειτουργικό επίπεδο θα γίνονται από το Συντηρητή χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

ζ) Ο Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες εξουσιοδοτήσεις ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή άδειες διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητά του αλλά και την καταλληλότητά του να αναλάβει την εν λόγω συντήρηση.

10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ SOLUSCOPE

1. Αντικείμενο Συντήρησης

Η προληπτική συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών, ως αναλύονται ακολούθως, για **δύο έτη** του πλυντηρίου ενδοσκοπίων SOLUSCOPE SERIE 3 του κατασκευαστικού οίκου SOLUSCOPE.

2. Υποχρεώσεις Συντηρητή

α) ο Συντηρητής αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση (εργασία και ανταλλακτικά) του μηχανήματος, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, προκειμένου να διατηρείται το μηχάνημα σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

β) Στις υποχρεώσεις του Συντηρητή περιλαμβάνονται απεριόριστος αριθμός επισκέψεων στο χώρο του Νοσοκομείου για την αποκατάσταση βλαβών μετά από σχετική κλήση του Νοσοκομείου. Ανταπόκριση εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη σχετική κλήση. Κάθε ξεχωριστή βλάβη περιλαμβάνει απεριόριστο αριθμό επισκέψεων μέχρι την επιδιόρθωση αυτών.

γ) Το κόστος αντικατάστασης ανταλλακτικών ανεξαρτήτου αιτίας επιβαρύνει αποκλειστικά το Συντηρητή.

Δεν περιλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά χρήσης όπως υγρά, φίλτρα, χαρτί εκτύπωσης.

δ) Στο τέλος κάθε συντήρησης ή επισκευής, ο Συντηρητής θα εκδίδει βεβαίωση συντήρησης ή επισκευής, η οποία θα υπογράφεται αρμοδίως και από το Νοσοκομείο.

ε) Σε περίπτωση βλάβης που είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του Συντηρητή με δικά του μέσα και έξοδα.

στ) Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Σε περίπτωση που η επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής καταστεί αδύνατη λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης των απαιτούμενων υλικών, η σύμβαση θα λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Παράλληλα ο Συντηρητής θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την αδυναμία αυτή και να διακόψει την τιμολόγηση από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης.

ζ) Όποιες αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού οίκου για τη διατήρηση του μηχανήματος σε άριστο λειτουργικό επίπεδο θα γίνονται από το Συντηρητή χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

η) Ο Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες εξουσιοδοτήσεις ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή άδειες διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητά του αλλά και την καταλληλότητά του να αναλάβει την εν λόγω συντήρηση.

11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ CISA

Αντικείμενο της **διετούς συντήρησης** είναι η συντήρηση και επισκευή ενός (1) κλιβάνου αποστείρωσης CISA, Τύπος:6412 (S/N:27598) της Κεντρικής Αποστείρωσης.

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον οίκο κατασκευής για τη διενέργεια της συντήρησης και επισκευής.

Ετήσια πλήρη συντήρηση, η οποία περιλαμβάνει:

Απεριόριστο αριθμό κλήσεων

Τρεις (3) προληπτικές συντηρήσεις ετησίως όπως ορίζει η κατασκευάστρια εταιρεία και με το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις συντηρήσεις να μην ξεπερνά τους τέσσερις (4) μήνες.

Απεριόριστο αριθμό βλαβών

Αναλώσιμα και ανταλλακτικά

Ανταπόκριση για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης εντός 24 ωρών

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου από ειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας.

Σε κάθε επίσκεψη υποχρεούται η εταιρεία να ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και να αναγράφει την εργασία που εκτέλεσε σε σχετικό έντυπο (Δελτίο Εργασίας Τεχνικού) στο οποίο θα υπογράψει μαζί με τον αρμόδιο τεχνικό ή ιατρό χειριστή ή την προϊσταμένη του τμήματος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Σε περίπτωση που η επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής καταστεί αδύνατη λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης των απαιτούμενων υλικών, η σύμβαση θα λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλόμενους. Παράλληλα ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την αδυναμία αυτή και να διακόψει την τιμολόγηση από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης.

12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ GE

1. Αντικείμενο Συντήρησης

Η συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών για **δύο έτη** του συστήματος αγγειογραφίας τύπου INNOVA IGS 520 OMEGA (H2097VAS07), του εγχυτή MEDRAD MARK (H2097INJ08), του σταθμού επεξεργασίας CENTRICITY CA 1000 (H2097IIS09) και του σταθμού επεξεργασίας SPECIALSLABIT 6-9-3 του κατασκευαστικού οίκου GE Healthcare.

2. Υποχρεώσεις Συντηρητή

α) Ο Συντηρητής θα εκτελεί τις εργασίες προληπτικής συντήρησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που ορίζει ο οίκος κατασκευής.

β) Στη διάρκεια του έτους περιλαμβάνεται απεριόριστος αριθμός εκτάκτων κλήσεων και απεριόριστος αριθμός εκτάκτων επισκέψεων για την αντιμετώπιση βλαβών από συνήθη χρήση.

γ) Στις εργασίες συντήρησης και επισκευής συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως εξαρτήματα - ανταλλακτικά που πιθανόν χρειαστούν για τη διενέργεια των συντηρήσεων και αποκατάσταση βλαβών από συνήθη χρήση συμπεριλαμβανομένων ακτινολογικών λυχνιών και ψηφιακού ανιχνευτή.

Δεν περιλαμβάνονται:

Παντός είδους αναλώσιμα υλικά (φίλμ, χαρτί εκτύπωσης, μαγνητο-οπτικοί δίσκοι αποθήκευσης, αναλώσιμα της laser cameras και του laser module, πληκτρολόγιο, ποντίκι, σύριγγες εγχυτή, γραμμή σύνδεσης εγχυτή, 10πολικό καλώδιο ΗΚΓ με σετ αποσπώμενων απολήξεων, καλώδιο αναίμακτης πίεσης, πετάσματα ακτινοπροστασίας, καλώδιο σύνδεσης αισθητήρα οξυμετρίας, bathprobe καρδιακής παροχής),

Περιφερειακά συστήματα (monitor, εκτυπωτές φίλμ και χαρτιού, πολυκαταγραφικό σύστημα

αιμοδυναμικών παραμέτρων) και των εξαρτημάτων τους πλην του σταθμού εργασίας και του εγχυτή

Πετάσματα ακτινοπροστασίας και αφρώδη στηρίγματα ασθενών

Περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων κι αισθητήρα οξυμετρίας ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων

δ) Ο Συντηρητής υποχρεούται να ανταποκριθεί για έλεγχο της βλάβης εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την αναγγελία της βλάβης στο βλαβοληπτικό κέντρο του εντός εργάσιμου ωραρίου.

ε) Η προληπτική συντήρηση γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που ορίζει ο οίκος κατασκευής και ισχύει για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 – 16:00), εξαιρούμενων Σαββατοκύριακων και επίσημων αργιών του κράτους.

στ) Ο Συντηρητής μετά από το τέλος κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίου επίσκεψης με περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν και των ανταλλακτικών που αντικαταστάθηκαν.

ζ) Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Σε περίπτωση που η επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής καταστεί αδύνατη λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης των απαιτούμενων υλικών, η σύμβαση θα λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Παράλληλα ο Συντηρητής θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την αδυναμία αυτή και να διακόψει την τιμολόγηση από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης.

η) Από τις υποχρεώσεις του Συντηρητή εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από αυτόν παράγοντες όπως ζημία, βλάβη ή καταστροφή οφειλόμενη σε βαριά αμέλεια ή δόλο, αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ενδεικτικά πλημμύρες, σεισμός, πυρκαγιά, πόλεμος), βλάβη των συστημάτων κλιματισμού και ψύξης και της συνέπειας της βλάβης αυτής της μη τήρησης των απαιτούμενων συνθηκών του χώρου λειτουργίας του συστήματος.

Ειδικότερα κατ' ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, οι παρεχόμενες από το Συντηρητή υπηρεσίες τεχνικής κάλυψης δεν θα καλύπτουν ιδίως τις εξής περιπτώσεις:

Τεχνικές δυσλειτουργίες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αναπαραχθούν ενώπιον του αρμοδίου

προσωπικού συντήρησης του Συντηρητή (υπαλλήλων ή τρίτων κατάλληλων βοηθητικών προσώπων της επιλογής του).

Ελαττώματα τα οποία προκαλούνται ή προκύπτουν λόγω κακής χρήσης του συστήματος όπως ιδίως η χρήση του σε μη ενδεδειγμένο περιβάλλον, η έκθεσή του σε ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή αερισμού, η εγκατάστασή του σε χώρο με μαγνητική ή άλλη βλαπτική παρεμβολή, η χρήση ακατάλληλης πηγής ηλεκτρικής ισχύος (χωρίς γείωση, με τάση άλλη από την προβλεπόμενη κλπ) και γενικά κάθε ελάττωμα που οφείλεται σε χρήση η οποία δεν προβλέπεται από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου του συστήματος.

Ελαττώματα τα οποία οφείλονται σε υπαίτιες ή κακόβουλες ενέργειες των υπαλλήλων ή προστεθέντων του Νοσοκομείου ή τρίτων (καταστροφή, βανδαλισμός, εμπρησμός, αμέλεια της ενδεδειγμένης προληπτικής συντήρησης κλπ).

Ελαττώματα τα οποία οφείλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ισχύος.

Θ) Ο Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες εξουσιοδοτήσεις ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή άδειες διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητά του αλλά και την καταλληλότητά του να αναλάβει την εν λόγω συντήρηση.

13. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ MEDUMAT ST2

Αντικείμενο της διετούς συντήρησης είναι η συντήρηση και επισκευή τριών (3) αναπνευστήρων Medumat ST2 (S/N:11785, 14782, 14783)

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον οίκο κατασκευής για τη διενέργεια της συντήρησης και επισκευής.

Ετήσια συντήρηση, η οποία περιλαμβάνει:

Μια προληπτική συντήρηση ετησίως όπως ορίζει η κατασκευάστρια εταιρεία

Servicekit

Μια κεντρική μπαταρία

Τις υποχρεωτικές βελτιώσεις ή τεχνικές μετατροπές που εκδίδει το εργοστάσιο κατασκευής

Δεν περιλαμβάνονται επιπλέον ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τα οποία κατά τη συντήρηση θα διαπιστωθεί ανάγκη αντικατάστασης. Για τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα αυτά θα υποβάλει ο ανάδοχος σχετική προσφορά. Η εργασία τοποθέτησης των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων αυτών θα γίνεται χωρίς καμία επιπλέον χρέωση στο Νοσοκομείο.

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου από ειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας.

Σε κάθε επίσκεψη υποχρεούται η εταιρεία να ενημερώνει το Τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου και να αναγράφει την εργασία που εκτέλεσε σε σχετικό έντυπο (Δελτίο Εργασίας Τεχνικού) στο οποίο θα υπογράφει μαζί με τον αρμόδιο τεχνικό ή ιατρό χειριστή ή την προϊσταμένη του τμήματος.

Ο ανάδοχος οφείλει να προσέρχεται στο Νοσοκομείο για τη συντήρηση ή την αποκατάσταση του προβλήματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 16:00.

Σε περίπτωση βλάβης που είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του Συντηρητή με δικά του μέσα και έξοδα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Σε περίπτωση που η επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής καταστεί αδύνατη λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης των απαιτούμενων υλικών, η σύμβαση θα λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφότερους τους συμβαλλόμενους. Παράλληλα ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την αδυναμία αυτή και να διακόψει την τιμολόγηση από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης.

14. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ OXYLOG VE300 PLUS (DRAGER)

Αντικείμενο της διетуός συντήρησης είναι η συντήρηση και επισκευή τεσσάρων (4) αναπνευστήρων μεταφοράς

Oxylog VE300 Plus (S/N: ASME-0080, ASME-0081, ASME-0082, ASME-0089).

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον οίκο κατασκευής για τη διενέργεια της συντήρησης και επισκευής.

Ετήσια πλήρη συντήρηση, η οποία περιλαμβάνει:

Απεριόριστο αριθμό κλήσεων

Μια προληπτική συντήρηση ετησίως όπως ορίζει η κατασκευάστρια εταιρεία

Απεριόριστο αριθμό βλαβών

Servicekits και ανταλλακτικά

Τις υποχρεωτικές βελτιώσεις ή τεχνικές μετατροπές που εκδίδει το εργοστάσιο κατασκευής

Δεν περιλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά, καθώς και αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε υπαιτιότητα χρήστη ή σε εξωγενείς παράγοντες

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου από ειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας.

Σε κάθε επίσκεψη υποχρεούται η εταιρεία να ενημερώνει το Τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου και να

αναγράφει την εργασία που εκτέλεσε σε σχετικό έντυπο (Δελτίο Εργασίας Τεχνικού) στο οποίο θα υπογράφει μαζί με τον αρμόδιο τεχνικό ή ιατρό χειριστή ή την προϊσταμένη του τμήματος.

Ο ανάδοχος οφείλει να προσέρχεται στο Νοσοκομείο για τη συντήρηση ή την αποκατάσταση του προβλήματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 16:00.

Σε περίπτωση βλάβης που είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του Συντηρητή με δικά του μέσα και έξοδα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Σε περίπτωση που η επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής καταστεί αδύνατη λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης των απαιτούμενων υλικών, η σύμβαση θα λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφότερους τους συμβαλλόμενους. Παράλληλα ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την αδυναμία αυτή και να διακόψει την τιμολόγηση από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης.

15. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ CARE SCAPÉ

Αντικείμενο της διетуός συντήρησης είναι η συντήρηση και επισκευή πέντε (5) αναπνευστήρων CARE SCAPÉ :

WBRZ 201728

WBRB 00395

WBRB 00387

CBRZ 85527

CBRA 00374

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον οίκο κατασκευής για τη διενέργεια της συντήρησης και επισκευής.

Ετήσια πλήρη συντήρηση, η οποία περιλαμβάνει:

Απεριόριστο αριθμό κλήσεων

Προληπτική συντήρηση ετησίως όπως ορίζει η κατασκευάστρια εταιρεία

Απεριόριστο αριθμό βλαβών

Servicekits και ανταλλακτικά

Τις υποχρεωτικές βελτιώσεις ή τεχνικές μετατροπές που εκδίδει το εργοστάσιο κατασκευής

Δεν περιλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά, καθώς και αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε υπαιτιότητα χρήστη ή σε εξωγενείς παράγοντες

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου από ειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας.

Σε κάθε επίσκεψη υποχρεούται η εταιρεία να ενημερώνει το Τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου και να αναγράφει την εργασία που εκτέλεσε σε σχετικό έντυπο (Δελτίο Εργασίας Τεχνικού) στο οποίο θα υπογράφει μαζί με τον αρμόδιο τεχνικό ή ιατρό χειριστή ή την προϊσταμένη του τμήματος.

Ο ανάδοχος οφείλει να προσέρχεται στο Νοσοκομείο για τη συντήρηση ή την αποκατάσταση του προβλήματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 16:00.

Σε περίπτωση βλάβης που είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του Συντηρητή με δικά του μέσα και έξοδα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Σε περίπτωση που η επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής καταστεί αδύνατη λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης των απαιτούμενων υλικών, η σύμβαση θα λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφότερους τους συμβαλλόμενους. Παράλληλα ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την αδυναμία αυτή και να διακόψει την τιμολόγηση από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης.

16.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΤΗ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (1) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Atlan A350 ΚΑΙ (1) MONITOR Vista 120 (DRAGER)

Αντικείμενο της διетуός συντήρησης είναι η συντήρηση και επισκευή ενός (1) αναισθησιολογικού μηχανήματος DragerAtlan A350 (S/N:ASNH-0117) και ενός (1) μόνιτορ Drager Vista 120 (S/N:VGSNE2042).

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον οίκο κατασκευής για τη διενέργεια της συντήρησης και επισκευής.

Ανά έτος η πλήρη συντήρηση, η οποία περιλαμβάνει:

Απεριόριστο αριθμό κλήσεων

Μια προληπτική συντήρηση ετησίως όπως ορίζει η κατασκευάστρια εταιρεία

Απεριόριστο αριθμό βλαβών

Service kits και ανταλλακτικά

Τις υποχρεωτικές βελτιώσεις ή τεχνικές μετατροπές που εκδίδει το εργοστάσιο κατασκευής

Δεν περιλαμβάνονται αναλώσιμα και κλιβανιζόμενα υλικά, καθώς και αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε υπαιτιότητα χρήστη ή σε εξωγενείς παράγοντες

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου από ειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας.

Σε κάθε επίσκεψη υποχρεούται η εταιρεία να ενημερώνει το Τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου και να αναγράφει την εργασία που εκτέλεσε σε σχετικό έντυπο (Δελτίο Εργασίας Τεχνικού) στο οποίο θα υπογράφει μαζί με τον αρμόδιο τεχνικό ή ιατρό χειριστή ή την προϊσταμένη του τμήματος.

Ο ανάδοχος οφείλει να προσέρχεται στο Νοσοκομείο για τη συντήρηση ή την αποκατάσταση του προβλήματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 16:00.

Σε περίπτωση βλάβης που είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του Συντηρητή με δικά του μέσα και έξοδα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Σε περίπτωση που η επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής καταστεί αδύνατη λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης των απαιτούμενων υλικών, η σύμβαση θα λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφότερους τους συμβαλλόμενους. Παράλληλα ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την αδυναμία αυτή και να διακόψει την τιμολόγηση από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης.

17. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ (OCT) ΟΡΤΟΝΥΕ AVANTI – ANGIOVUE

1. Αντικείμενο Συντήρησης

Η προληπτική συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών, ως αναλύονται ακολούθως, για **δύο έτη** του μηχανήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) AVANTI – ANGIOVUE (RTVue XR System) του κατασκευαστικού οίκου ΟΡΤΟΝΥΕ.

2. Υποχρεώσεις Συντηρητή

α) Η προληπτική συντήρηση θα πραγματοποιείται μία φορά ετησίως και θα περιλαμβάνει βαθμονόμηση του μηχανήματος με χρήση μετρητή ενέργειας laser και φακών βαθμονόμησης, καθαρισμό του μηχανήματος εσωτερικά και εξωτερικά, λίπανση των ηλεκτροκινητήρων, έλεγχο της καλής λειτουργίας του λογισμικού και επιδιόρθωση τυχόν προβλημάτων, λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, προκειμένου να διατηρείται το μηχάνημα σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

β) Στις υποχρεώσεις του Συντηρητή περιλαμβάνονται: απεριόριστος αριθμός επισκέψεων στο χώρο του Νοσοκομείου για την αποκατάσταση βλαβών, καθώς και όλα τα ανταλλακτικά που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μετά από σχετική κλήση του Νοσοκομείου. Ανταπόκριση εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη σχετική κλήση.

Δεν περιλαμβάνεται τα ανταλλακτικά και το κόστος εργασίας που προκλήθηκαν από κακή χρήση, από φυσικές καταστροφές ή από τεχνική παρέμβαση τρίτου.

γ) Στο τέλος κάθε συντήρησης ή επισκευής, ο Συντηρητής θα εκδίδει βεβαίωση συντήρησης ή επισκευής, η οποία θα υπογράφεται αρμοδίως και από το Νοσοκομείο.

δ) Σε περίπτωση βλάβης που είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του Συντηρητή με δικά του μέσα και έξοδα.

ε) Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Σε περίπτωση που η επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής καταστεί αδύνατη λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης των απαιτούμενων υλικών, η σύμβαση θα

λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Παράλληλα ο Συντηρητής θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την αδυναμία αυτή και να διακόψει την τιμολόγηση από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης.

στ) Όποιες αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού οίκου για τη διατήρηση του μηχανήματος σε άριστο λειτουργικό επίπεδο θα γίνονται από το Συντηρητή χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

ζ) Ο Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες εξουσιοδοτήσεις ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή άδειες διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητά του αλλά και την καταλληλότητά του να αναλάβει την εν λόγω συντήρηση.

18. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ AGFA DR 600 (2 TEM.) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ DRYSTAR 5503

Αντικείμενο θα είναι η πλήρη συντήρηση των κατωτέρω αναφερομένων μηχανημάτων **για δύο έτη**

Τύπος Μηχανήματος

DR 600 Fully Automatic S/N:1341 1 15/04/2022 1

Dr 17e C Derector S/N:VE20209, S/N:VE20223 2 12/04/2022

NX-MW HP ENGAGE RAID 1 WIN 10PC S/N:CZC1479H8L 1 12/04/2022

DR 600 Fully Automatic S/N:1345 1 24/05/2022 1

Dr 17e C Derector S/N:VE20209, S/N:VE20223 2 19/05/2022

NX-MW HP ENGAGE RAID 1 WIN 10PC S/N:CZC147FR6 1 24/05/2022

ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ DRYSTAR 5503 4DP 10471 S/N:25047 1

Τύπος Σύμβασης: Προγραμματισμένες συντηρήσεις

Περιγραφή εργασιών Παροχές

Προγραμματισμένες συντηρήσεις NAI

Έκτακτες επισκευές, Εργασία και μετάβαση τεχνικού ΕΚΠΤΩΣΗ 100%

Ανταλλακτικά επισκευής και μπαταρίες ΕΚΠΤΩΣΗ 100%

Εγκατάσταση / Εφαρμογή MANDATORY SERVICE BULLETIN NAI

Προτεραιότητα ανταπόκρισης στις επισκευές NAI

Προσπάθεια επίλυσης βλαβών τηλεφωνικώς NAI

Ιστορικό Αρχείου του Μηχανήματος NAI

Ενημέρωση λογισμικού (updates) NAI

Αναβαθμίσεις συστήματος (upgrades) ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

Αρχεία ασφάλειας λογισμικού λειτουργικού συστήματος NAI*(όχι ανάκτηση

αποθηκευμένων εξετάσεων) Χρόνος απόκρισης σε βλάβη (από την αναγγελία της βλάβης

μέσω email-απομακρυσμένη πρόσβαση-remotelysupport) 4 h εργάσιμες ώρες & ημέρες

Χρόνος απόκρισης σε βλάβη (από την αναγγελία της βλάβης μέσω email-φυσική παρουσία-helpdesk.gr@gfa.com) 8h εργάσιμες ώρες & ημέρες**

Η σύμβαση θα περιλαμβάνει:

**** ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΙΣΙΜΗΣ Ή ΕΠΕΙΓΟΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.**

Ορισμός προτεραιότητας

1-Κρίσιμο

- Υπάρχει πραγματική ή πιθανή βλάβη σε ασθενή/χρήστη.
- Ένας μεγάλος αριθμός ασθενών επηρεάζεται ή ένας τύπος εξέτασης/διαδικασίας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του τμήματος.

2-Επείγουσα

- Διασπαστικό σφάλμα που επηρεάζει τη φροντίδα του ασθενούς, αλλά όλες οι συνήθειες εξετάσεις/διαδικασίες είναι διαθέσιμες εντός του τμήματος.
- Οι γρήγορες ενέργειες θα μπορούσαν να αποτρέψουν την πιθανότητα μεγαλύτερης ζημιάς.

Υπηρεσία της επόμενης εργάσιμης ημέρας μόνο για Κρίσιμες ή Επείγουσες κλήσεις.

Σημαντικές και χαμηλές κλήσεις eng. άφιξη εντός 3 εργάσιμων ημερών.

3-Σημαντικό

- Αξιοσημείωτη επίδραση στην ικανότητα χρήσης εξοπλισμού, αλλά ο εξοπλισμός παραμένει σε χρήση με περιορισμένο αντίκτυπο στη φροντίδα των ασθενών.
- Απαιτείται ρύθμιση παραμέτρων ή ενημέρωση λογισμικού με σημαντικό αντίκτυπο στη ροή εργασιών.
- Ζημιά που δεν αποτελεί κίνδυνο για τους ασθενείς/χρήστη.

4- Χαμηλό

- Πρόβλημα που προκαλεί μικρές επιπτώσεις στην ικανότητα χρήσης εξοπλισμού.
- Απαιτείται ρύθμιση παραμέτρων ή ενημέρωση λογισμικού με μικρό αντίκτυπο στη ροή εργασίας.
- Καλλυντικές ή μικρές βλάβες που δεν αποτελούν κίνδυνο υγιεινής ή τραυματισμού.

2. Από την παρούσα σύμβαση δεν καλύπτονται τα εξής:

2.1.1.Ανταλλακτικά/εξαρτήματα φθαρμένα από μη φυσιολογική χρήση ή βλάβη από φωτιά, πλημμύρα, σεισμό κλπ. Η αξιολόγηση της φθοράς των ανταλλακτικών και ο χαρακτηρισμός των βλαβών (λόγω πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμού, καιρικών συνθηκών, κακής χρήσης, κλπ.) θα γίνεται από προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας – Τμήμα Βι.Τ. του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με τεχνικό της εταιρείας.

2.1.2 Πάνελ, οθόνες, καθώς τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια των Η.Υ θεωρούνται αναλώσιμα και δεν καλύπτονται.

2.2Ειδικότερα για τον φορητό ψηφιακό ανιχνευτή DR 17Ec σε ότι αφορά τις αντικαταστάσεις ισχύουν οι κάτωθι εξαιρέσεις:

2.2.1. Απώλεια ή κλοπή ανιχνευτή

2.2.2. Συντήρηση ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό

2.2.3. Αισθητικές ζημιές (γρατζουνιές, ξεφλούδισμα, κλπ)

2.2.4. Διείσδυση βιολογικού υγρού ως αιτία βλάβης/καταστροφής του ανιχνευτή

2.2.5. Χρήση πέραν των οριζόμενων από τον κατασκευαστή περιβαλλοντικών και τεχνικών προδιαγραφών

2.2.6. Η σύμβαση δεν καλύπτει οπουδήποτε ζημιά η δυσλειτουργία που προκύπτει από,πτώση. κακή χρήση ή κακή χρήση του ανιχνευτή. ανεξάρτητα από το εάν τέτοια περιστατικά συμβαίνουν κατά λάθος ή με άλλο τρόπο.

3. Εργασίες Προγραμματισμένων Συντηρήσεων

Οι προγραμματισμένες συντηρήσεις θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς του αναδόχου και θα περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες που καθορίζονται από τον Οίκο του κάθε

συστήματος σε συχνότητα τουλάχιστον ίση με αυτήν που προβλέπει ο κατασκευαστής ως ελάχιστη απαιτητή.

3.1. Ελάχιστη συχνότητα συντήρησης Ακτινολογικού Μηχανήματος DR600

(σύμφωνα με τον κατασκευαστή):

3.1.1 Έλεγχος Γενικής Κατάστασης Συστήματος

- καταγραφή θεμάτων/προβλημάτων από τον πελάτη
- έλεγχος καλωδίωσης, Γεννήτριας, Οθόνης, Σταθμού Εργασίας στο δωμάτιο χειρισμού (controlroom)
- ποιότητα εικόνας
- Καθαρισμός μηχανικών μερών
- Φρένα, κινήσεις, ρουλεμάν, αντίβαρα, λίπανση και έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των επιμέρους τμημάτων του συστήματος
- Έλεγχος κινήσεων
- Λίπανση μηχανικών μερών, έλεγχος λειτουργίας διαφραγμάτων και φωτεινού πεδίου επικεντρωτήρα, έλεγχος κινήσεων

3.1.2. Ακρίβεια Στοιχείων Ακτινολογικής Λειτουργίας – Ρύθμιση Γεννήτριας

- Τάση KV
- Ρεύμα mA
- Χρόνος ms
- Καθαρισμός και έλεγχος τροφοδοσίας γεννήτριας
- Διακρίβωση-Βαθμονόμηση γεννήτριας (DigitalmA Loop Open & X-Ray Tube Calibration)

3.1.3. Ακρίβεια Στοιχείων Ακτινολογικής Λειτουργίας – Ποιοτικός έλεγχος στοιχείων

εξέτασης

- Σάρωση σε ομοίωμα phantom και έλεγχος αποτελεσμάτων
- Έλεγχος και ρύθμιση banding-clipping level

3.1.4 Έλεγχος σταθμού εργασίας και Η/Υ

- Έλεγχος καλής λειτουργίας λογισμικού και τμημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (κεντρική μονάδα, οθόνη, ποντίκι, πληκτρολόγιο)
- Update λογισμικού σε περίπτωση ύπαρξης νέας αναβάθμισης

Γενικά θα περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι και ρυθμίσεις των μηχανημάτων ώστε να ευρίσκονται πάντα εντός των προδιαγραφών που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος (περιλαμβάνεται το maintenance checklist).

4. Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντήρησης του μηχανήματος κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης:

4.2. Η προγραμματισμένη συντήρηση θα εκτελείται με απόλυτη επιμέλεια και κατά τρόπο τεχνικώς άρτιο, περιλαμβάνει δε όλες τις εργασίες που προβλέπονται από τα εγχειρίδια και γενικά τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή.

4.3. Η προγραμματισμένη συντήρηση θα γίνεται εντός κανονικού ωραρίου της εταιρείας που είναι Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 έως 16.00, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών.

4.4. Τα ανταλλακτικά επισκευής επιβαρύνουν την εταιρεία .

4.5.Κάθε έκτακτη επίσκεψη για επίλυση βλαβών πέραν των προγραμματισμένων συντηρήσεων θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

4.6 Ο ανάδοχος να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται όσο το δυνατό καλύτερα στις συμβατικές υποχρεώσεις.

4.8. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας (βλάβης) μηχανήματος, ο ανάδοχος υποχρεούται

εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ωρών από την αναγγελία της βλάβης μέσω email να συνδεθεί

απομακρυσμένα με το εκάστοτε σύστημα ή εντός οκτώ (8) εργάσιμων ωρών από την αναγγελία της βλάβης, να ανταποκριθεί και να αποκαταστήσει αυτή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, εφόσον δε συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

5.Μη συμπεριλαμβανόμενες υπηρεσίες

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται πιο κάτω δεν καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση. Εάν το Νοσοκομείο ζητήσει την παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, η προκύπτουσα δαπάνη θα χρεώνεται ιδιαιτέρως, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου της εταιρείας.

5.1. Αποδεδειγμένα κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση του μηχανήματος από υπαλλήλους του Νοσοκομείου ή τρίτους ή χρησιμοποίηση του μηχανήματος από μη εκπαιδευμένο προσωπικό.

5.2.Επεμβάσεις στο μηχάνημα από τους υπαλλήλους του Νοσοκομείου ή τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Εταιρία.

5.3. Εργασίες απεγκατάστασης και μετεγκατάστασης των μηχανημάτων σε νέους χώρους.

5.4.Περιπτώσεις ζημιάς ή καταστροφής του μηχανήματος, προκαλούμενης από θεομηνίες (σεισμούς, πλημμύρες κ.λ.π) ή από ανθρώπινες ενέργειες, τρομοκρατικές η μη (πυρκαγιές, εκρήξεις κ.λ.π.).

5.5.Η τεχνική εργασία εκτελείται στο χώρο του Νοσοκομείου. Εάν παραστεί ανάγκη, ο τεχνικός διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αποστολή του μηχανήματος στο εργαστήριο του Συντηρητή, εφόσον η επιτόπια επιδιόρθωση για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή. Η αποστολή και η επιστροφή του μηχανήματος γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Νοσοκομείου. Η αποσύνδεση και επανασύνδεση του μηχανήματος θα γίνεται από τον τεχνικό της εταιρείας.

5.6 Για τον εκτυπωτή DRYSTAR 5503 η συντήρηση να περιλαμβάνει μια (1) ετήσια προληπτική συντήρηση, καθώς και τηλεφωνική/remote τεχνική υποστήριξη. Για τυχόν απαιτούμενα ανταλλακτικά θα χρεώνονται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο και θα παρέχονται κατόπιν έγκρισης του Νοσοκομείου.

6. Υποχρεώσεις του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναλαμβάνει τις κάτωθι υποχρεώσεις έναντι της εταιρείας:

6.1. Την πιστή τήρηση του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος των συντηρήσεων. Στην περίπτωση που θα υπάρξει αίτημά σας για μετάθεση ημερομηνίας συντήρησης θα πρέπει να το γνωστοποιεί μέσω email τουλάχιστον 3 μέρες νωρίτερα. Σε διαφορετική περίπτωση η ευθύνη της αναβολής της συντήρησης θα είναι του Νοσοκομείου.

6.2. Έλεγχος και καθαρισμός του μηχανήματος που σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού Οίκου προβλέπονται ότι γίνονται από τον χειριστή του μηχανήματος.

6.3. Να χρησιμοποιεί τα μηχανήματα προσεκτικά και να γίνεται χειρισμός αυτών από το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

6.4. Να προφυλάσσει τα μηχανήματα από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα υπαλλήλων του Νοσοκομείου ή σε κλιματολογικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, υπερβολική ζέστη κ.λ.π.).

6.5. Να γνωστοποιεί στην Εταιρεία οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας του μηχανήματος, χωρίς να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη – παρέμβαση ή τροποποίηση στο μηχάνημα, αλλαγή εξαρτημάτων κ.λ.π. παρά μόνον έπειτα από προηγούμενη σχετική συνεννόηση με την Εταιρία.

6.8.Το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να αναθέτει οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επισκευής, επέκτασης ή μετατόπισης του συγκροτήματος μόνο στον Συντηρητή, ρητά συμφωνημένου ότι

οποιαδήποτε επέμβαση τρίτου στο μηχανισμό του συγκροτήματος, θα συνεπάγεται πλήρη απαλλαγή του Συντηρητή από τις ευθύνες της παρούσας σύμβασης.

6.9. Το Νοσοκομείο και το προσωπικό του είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις υποδείξεις του Συντηρητή όσον αφορά τον καλό χειρισμό του συγκροτήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή.

6.10. Να προβαίνει στις απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου, τις υποδείξεις των τεχνικών της εταιρείας και των τεχνικών εγχειριδίων του μηχανήματος.

19. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ PHILIPS ΚΑΙ MONITOR

Αντικείμενο συντήρησης: ΕΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ PHILIPS ΚΑΙ MONITOR

Η Συντήρηση να περιλαμβάνει πλήρη κάλυψη με ανταλλακτικά εξαιρούμενων των μπαταριών εναλλακτικής τροφοδοσίας

Πίνακας μηχανημάτων

Α/Α Είδος Περιγραφή Σειριακός αριθμός

1 PHILIPS MONITOR INTELLIVUE MONITOR INTELLIVUE MX750 PHILIPS DE71342076

2 PHILIPS MONITOR INTELLIVUE MONITOR INTELLIVUE MX750 PHILIPS DE71342078

3 PHILIPS MONITOR INTELLIVUE MONITOR INTELLIVUE EMX750 PHILIPS DE71342114

4 PHILIPS MONITOR INTELLIVUE MONITOR INTELLIVUE MX750 PHILIPS DE71342268

5 PHILIPS MONITOR INTELLIVUE MONITOR INTELLIVUE MX750 PHILIPS DE71342296

6 PHILIPS MONITOR INTELLIVUE MONITOR INTELLIVUE MX750 PHILIPS DE71342298

7 PHILIPS MONITOR INTELLIVUE MONITOR INTELLIVUE MX750 PHILIPS DE71341961

8 PHILIPS MONITOR INTELLIVUE MONITOR INTELLIVUE MX750 PHILIPS DE71342340

9 PHILIPS MONITOR INTELLIVUE MONITOR INTELLIVUE X3, PHILIPS DE752T2460

10 PHILIPS MONITOR INTELLIVUE MONITOR INTELLIVUE X3, PHILIPS DE752T9692

11 PHILIPS MONITOR INTELLIVUE MONITOR INTELLIVUE X3, PHILIPS DE752T9747

12 PHILIPS MONITOR INTELLIVUE MONITOR INTELLIVUE X3, PHILIPS DE752T9764

13 PHILIPS MONITOR INTELLIVUE MONITOR INTELLIVUE X3, PHILIPS DE752T9819

14 PHILIPS MONITOR INTELLIVUE MONITOR INTELLIVUE X3,PHILIPS DE752T9841

15 PHILIPS MONITOR INTELLIVUE MONITOR INTELLIVUEX3,PHILIPS DE752T9843

16 PHILIPS MONITOR INTELLIVUE MONITOR INTELLIVUE X3,PHILIPS DE752T9881

17 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ PHILIPS SERVER ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣΤΑΘΜΟΥ PHILIPS US433G4883

Πίνακα βυσματούμενων μονάδων

Α/Α Είδος Περιγραφή Ποσότητα

1 ΒΥΣΜΑΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΥΣΜΑΤΟΥ ΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΑΡΔ.ΠΑΡΟΧΗΣ/PICCO 1

2 ΒΥΣΜΑΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΥΣΜΑΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ SVO2,PHILIPS 1

3 ΒΥΣΜΑΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΥΣΜΑΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ BIS,PHILIPS 1

4 ΒΥΣΜΑΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΥΣΜΑΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 2

5 ΒΥΣΜΑΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΥΣΜΑΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ IBP,M1006B PHILIPS 1

6 ΘΗΚΗ ΒΥΣΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ FMXΜΕΣΥΝΔΜΜΧ, PHILIPS 8

7 UPS UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΤΑΘΜΟΥ PHILIPS 1

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής περιλαμβάνουν:

☒ Προγραμματισμένη συντήρηση

Όλες τις εργασίες προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους. Η προληπτική συντήρηση ορίζεται σε (1) ανά έτος για το σύνολο των μηχανημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και τις ανάγκες των μηχανημάτων.

Οι εν λόγω συντηρήσεις θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί τη βάση ενός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί μεταξύ του νοσοκομείου και της εταιρείας μας.

☒ Επανορθωτικές ενέργειες

Στη σύμβαση θα καλύπτονται όλες οι εργασίες αποκατάστασης βλάβης στα μηχανήματα ή σε μέρος ή μέρη αυτών. Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών με χρήση όλων των απαραίτητων πιστοποιημένων ανταλλακτικών μετά από κλήση του νοσοκομείου.

Σε περίπτωση κλήσης για βλάβη Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 -14:00,η απόκριση τεχνικού μας θα γίνεται εντός 24 ωρών από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ειδοποίησης του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες. Επιπλέον σε περίπτωση κλήσης για βλάβη για όλες τις υπόλοιπες μέρες και ώρες συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών, η εταιρεία θα ανταποκρίνεται με αποστολή τεχνικού προς αποκατάσταση της βλάβης το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ειδοποίησης. Επιπλέον βλάβες που προέρχονται από μη ορθή χρήση των μηχανημάτων δεν καλύπτονται, για τις οποίες θα ενημερώνεστε με οικονομική προσφορά μετά από επίσκεψη του τεχνικού μας.

☒ Ανταλλακτικά

Τα παρεχόμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά θα είναι γνήσια και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Η εισαγωγή των υλικών/ανταλλακτικών στο Νοσοκομείο θα γίνεται μέσω της αποθήκης ή του τμήματος ΒΙΤ με την αντίστοιχη προσκόμιση των συνοδευτικών νόμιμων εγγράφων

(ΔελτίωνΑποστολήςκλπ.). Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν θα περιέχονται στην κυριότητα του νοσοκομείου, εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά. Στην περίπτωση που κάποιο μηχάνημα τεθεί σε κατάσταση EndOfService (EOS) / EndOfLife (EOL) από τον κατασκευαστικό οίκο στο διάστημα ισχύος της σύμβασης και ο ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της λειτουργίας του λόγω έλλειψης ανταλλακτικών, το σύστημα αυτό θα τίθεται αυτόματα εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η ανάλογη αμοιβή από τη σύμβαση.

▣ Διορθωτικές ενέργειες–ανακλήσεις

Στη σύμβαση θα καλύπτονται όλες οι διορθωτικές ενέργειες σχετικές με βελτιώσεις–ανακλήσεις που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. Ο ανάδοχος θα δεσμεύεται ότι θα ενεργεί σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου και θα παρέχει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, χωρίς επιπλέον κόστος τις απαραίτητες εργασίες ,αντικατάστασης ανταλλακτικών όπως αυτά περιγράφονται στην εκάστοτε διορθωτική ενέργεια.

▣ Τεχνικά Δελτία

Ο ανάδοχος μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί καθώς και όλα τα υλικά και ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί. Στο τεχνικό δελτίο θα παρατίθενται λεπτομερή έκθεση επί της κατάστασης του εξοπλισμού με τις σχετικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις του μηχανικού ,καθώς και τα αποτελέσματα της μέτρησης ηλεκτρικής ασφάλειας ανά τύπο μηχανήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την διατήρηση ιστορικού τεχνικών δελτίων των μηχανημάτων.

▣ Αναλώσιμα

Από την κάλυψη εξαιρούνται όλα τα αναλώσιμα υλικά(μπαταρίες ,καλώδια , περιχειρίδες, κλπ.) , καθώς και όλες οι βλάβες που προέρχονται από μη ορθή χρήση των μηχανημάτων, για τα οποία θα ενημερώνεστε με οικονομική προσφορά μετά από επίσκεψη του τεχνικού μας. Οι ποσότητες και τα είδη του πίνακα αναλωσίμων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην διετή σύμβασή συντήρησης θα παραδοθούν με την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος δεν θα φέρει ευθύνη όταν η δυσλειτουργία του μηχανήματος προέρχεται από:

▣ Την χρήση μη πιστοποιημένων και ελεγμένων αναλωσίμων στα μηχανήματα από τον κατασκευαστικό οίκο.

▣ Διακυμάνσεις κεντρικής παροχής του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίες είναι εκτός των ορίων του κατασκευαστή.

▣ Πτώση, θραύση οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα χειριστή.

▣ Αποκατάσταση βλάβης από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

▣ Δεν τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστικού οίκου.

Στις περιπτώσεις αυτές τα αναγκαία ανταλλακτικά και η εργασία επιβαρύνουν το Νοσοκομείο

20. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ VIVID 95

Περιλαμβάνει την πλήρη συντήρηση κι επισκευή του συστήματος υπερηχοτομογραφίας

συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών, εξαιρουμένων ηχοβόλων κεφαλών και ειδικότερα :

- Εργασίες προληπτικής συντήρησης (μία επίσκεψη ετησίως) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, εξαιρουμένων Σαββατοκύριακων κι επίσημων αργιών του κράτους.

- Εργασίες επανορθωτικής συντήρησης βλαβών από συνήθη και ορθή χρήση (απεριόριστες επισκέψεις ανά έτος) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, εξαιρουμένων Σαββατοκύριακων κι επίσημων αργιών του κράτους. Ο χρόνος ανταπόκρισης μετά από τηλεφωνική ή γραπτή κλήση του Νοσοκομείου σας, θα είναι

εντός 24 ωρών από την αναγγελία της βλάβης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του Νοσοκομείου σας.

- Ανταλλακτικά για την επίλυση βλαβών που προέρχονται από συνήθη χρήση. Τα χαλασμένα ανταλλακτικά θα επιστρέφονται στην εταιρεία μας για τη διαδικασία της ανακύκλωσής τους.

- Προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση (τηλεφωνική εξυπηρέτηση, ανταπόκριση τεχνικού, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών)

- InsiteRemote Diagnostics: Ψηφιακές Υπηρεσίες διάγνωσης και παρακολούθησης του συστήματος μέσω τηλεδιάγνωσης με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης κατασκευής από εξειδικευμένο μηχανικό της εταιρείας μας εξουσιοδοτημένο από τον οίκο. Σε αρκετές περιπτώσεις έχει πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση λειτουργίας των συστημάτων υπερηχοτομογραφίας κι επαναπρογραμματισμού του software εξ' αποστάσεως (InSite).

- Εξασφάλιση μέγιστου χρόνου εκτός λειτουργίας – ακινητοποίησης του συστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. Στο χρόνο DOWN TIME εξαιρούνται η προληπτική συντήρηση, τυχόν εργασίες αναβάθμισης και οι μη συμπεριληφθείσες υπηρεσίες.

Από τις καλύψεις της διετούς σύμβασης συντήρησης εξαιρούνται :

- Παντός είδους αναλώσιμα (φίλμ, χαρτί εκτύπωσης και φίλμ, μελάνι, οπτικοακουστικά μέσα αποθήκευσης, CD/DVD, gel, καλύμματα κεφαλών, pads, καλώδια ΗΚΓ, κασέτες, οδηγοί βιοψίας, μαντιλάκια, ηχεία, μπαταρίες, μπαταρίες UPS)

- Εκτυπωτικών και περιφερειακών συστημάτων (εκτυπωτές, UPS, συσκευές εγγραφής CD/DVD, H/W, DELL PC, σταθμός εργασίας echorac , DICOM) και των εξαρτημάτων τους

- Παντός είδους ηχοβόλων κεφαλών. Η αντικατάστασή της σε ενδεχόμενη βλάβη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν έγκρισης της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας μας με όλα τα νόμιμα στοιχεία της συγκεκριμένης δαπάνης.

21. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ MONITOR - ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

Αντικείμενο συντήρησης:

- 4 Μόνιτορ CU-152RK LifeScope G5 + 4 ενισχυτές AY-663P
- 1 Κεντρικός Σταθμός CNS-6201K
- 4 Τηλεμετρίες GZ-130P

MONITOR

Συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού. Να διεξάγεται 1 φορά ετησίως σε προκαθορισμένη ημερομηνία ,σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου, και να πραγματοποιούνται τα κάτωθι:

1) Έλεγχος μηχανήματος και κρίσιμων μερών αυτού όπως πλαστικά, οθόνη, καταγραφικό (αν διαθέτει), μπαταρία, υποδοχείς συνδέσεως καλωδίων, καλώδια-probes-transducers,περιχειρίδα, ρυθμίσεις μενού κ.λπ.

2) Καθαρισμός.

3) Έλεγχος-πιστοποίηση λαμβανομένων τιμών όλων των μετρούμενων παραμέτρων.

4) Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας σύμφωνα με την κλάση του μηχανήματος.

5) Έκδοση πιστοποιητικών.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού. Να διεξάγεται 1 φορά ετησίως και να πραγματοποιούνται τα κάτωθι:

- 1) Έλεγχος μηχανήματος και κρίσιμων μερών αυτού όπως κεντρική μονάδα, οθόνη, καταγραφικό,εκτυπωτής, ρυθμίσεις μενού κ.λπ.
- 2) Καθαρισμός.
- 3) Έλεγχος – πιστοποίηση απεικονιζόμενων τιμών.
- 4) Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας σύμφωνα με την κλάση του μηχανήματος.
- 5) Έκδοση πιστοποιητικών.

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΣ

Συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού. Να διεξάγεται 1 φορά ετησίως σε προκαθορισμένη ημερομηνία ,σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου, και να πραγματοποιούνται τα κάτωθι:

- 1) Έλεγχος μηχανήματος, συνδεσιμότητας με το δίκτυο και κρίσιμων μερών αυτού όπως πλαστικά, οθόνη, μπαταρία, υποδοχείς συνδέσεως καλωδίων, καλώδια-probes-transducers, ρυθμίσεις μενού κ.λπ.
- 2) Καθαρισμός.
- 3) Έλεγχος – πιστοποίηση λαμβανομένων τιμών όλων των μετρούμενων παραμέτρων.
- 4) Έκδοση πιστοποιητικών.

▣ Περιγραφή εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών

1. Η προληπτική συντήρηση να περιλαμβάνει μία επίσκεψη το χρόνο για τον έλεγχο των ανωτέρω μηχανημάτων (βάσει των οδηγιών του Κατασκευαστή) καθώς και απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για ενδεχόμενες βλάβες .

2. Στην τιμή συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά, πλην των αναλωσίμων μερών των μηχανημάτων (όπως καλώδια, οξύμετρα, θερμόμετρα κ.λ.π, τα οποία βρίσκονται εξωτερικά των μηχανημάτων, καθώς και μπαταρίες). Τα προαναφερόμενα αναλώσιμα απαιτείται να αντικαθίστανται με γνήσια του κατασκευαστικού οίκου NIHONKOHDEN να δοθεί τιμοκατάλογος από τον ανάδοχο για ένα έτος.

3. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται όπως ορίζει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε προκαθορισμένη ημερομηνία και σε συνεργασία από κοινού με τα τμήματα και το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

Ο συντηρητής δεν θα ευθύνεται για βλάβες που διαπιστωμένα έγινε προσπάθεια επισκευής των μηχανημάτων, από άλλους τεχνικούς εκείνων της συντηρήτριας ή προηγήθηκε λάθος χειρισμός από τους χρήστες του μηχανήματος ή από την χρήση μη γνήσιων αναλωσίμων. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των μηχανημάτων, η Εταιρεία πρέπει να ανταποκριθεί εντός 16 εργάσιμων ωρών από την έγγραφη αναγγελία της βλάβης, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Η υποχρέωση αυτή της συντηρήτριας, ισχύει για τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00). Συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων και αργιών.

4. Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας για επισκευή. Σε περίπτωση αδυναμίας αποκατάστασης της βλάβης εντός 2 εργάσιμων ημερών από την μεταφορά του μηχανήματος στην έδρα της εταιρείας, θα σας παρέχεται ίδιο ή ισοδύναμο μηχάνημα σε αντικατάσταση με δαπάνες της συντηρήτριας.

22. ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ELISA 500 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ LOWENSTEIN

Η συντήρηση του ιατρικού εξοπλισμού να πραγματοποιείται από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο για την Ελλάδα και από τεχνικούς που να είναι εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι από την κατασκευάστρια εταιρεία

1. Αντικείμενο Συντήρησης

Η συντήρηση για **δύο έτη** του (1) αναπνευστήρα Elisa 500S/N05200701 του κατασκευαστικού οίκου Lowenstein της ΜΕΘ.

2. Υποχρεώσεις Συντηρητή

α) Ο Συντηρητής θα πραγματοποιεί μία φορά το έτος την προληπτική συντήρηση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του αναπνευστήρα, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει:

- Κιτ υλικών συντήρησης, έτους
- Μπαταρία αυτονομίας, όποτε απαιτηθεί

β) Επιπλέον ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τα οποία κατά τη συντήρηση διαπιστωθεί ανάγκη αντικατάστασης δεν περιλαμβάνονται. Ο Συντηρητής για τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα αυτά θα υποβάλλει σχετική προσφορά στο Νοσοκομείο. Η εργασία τοποθέτησης των ανταλλακτικών και αναλωσίμων αυτών θα γίνεται χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για το Νοσοκομείο.

γ) Έκτακτες κλήσεις για την αποκατάσταση προβλήματος δεν περιλαμβάνονται και για τις οποίες ο Συντηρητής θα υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλληλη προσφορά.

δ) Ο Συντηρητής οφείλει να προσέρχεται στο Νοσοκομείο για τη συντήρηση ή την αποκατάσταση προβλήματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 έως 16.00.

ε) Ο Συντηρητής μετά από το τέλος κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίου επίσκεψης με περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν.

στ) Σε περίπτωση βλάβης που είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του Συντηρητή με δικά του μέσα και έξοδα.

ζ) Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

η) Όποιες αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού οίκου για τη διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστο λειτουργικό επίπεδο θα γίνονται από το Συντηρητή χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

Όρος που ισχύει και για όλο τον παραπάνω εξοπλισμό: «Σε περίπτωση που το μηχάνημα λόγω παλαιότητας ("EndofLife") δεν χαρακτηρίζεται από εγγύηση επάρκειας των ανταλλακτικών του, ο Συντηρητής υποχρεούται να αναφέρει τον περιορισμό αυτό στην προσφορά του. Σε περίπτωση που η επισκευή βλάβης κατά τη διάρκεια της σύμβασης καταστεί αδύνατη λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης των απαιτούμενων υλικών, η σύμβαση θα λύεται, αυτομάτως και αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Παράλληλα ο Συντηρητής θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την αδυναμία αυτή και να διακόψει την τιμολόγηση από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης.

23. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Αντικείμενο Συντήρησης

Αποτελεί η συντήρηση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας για **δύο έτη** του σωληνωτού ταχυδρομείου της κατασκευάστριας εταιρείας TELECOM Ολλανδίας τύπος ATLAS NW 110 που περιλαμβάνει 1 κέντρο μονάδας ελέγχου ATLAS, 10 σταθμούς LUNA, 1 σταθμό TAURUS, 6 διακλαδωτήρες 3W, 1 μοτέρ SB 200, 1 βαλβίδα MSV και τις αντίστοιχες σωληνώσεις.

Υποχρεώσεις Συντηρητή

α) Ο Συντηρητής υποχρεούται να έρχεται μια φορά το τρίμηνο για προληπτική συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας του σωληνωτού ταχυδρομείου και όποια φορά χρειαστεί χωρίς χρέωση μετά από κλήση του Νοσοκομείου εκτός και αν η βλάβη προκληθεί από βαριά αμέλεια του χρήστη.

β) Η προληπτική συντήρηση του συστήματος περιλαμβάνει:

Άνοιγμα όλων των σταθμών για λεπτομερή καθαρισμό

Ρύθμιση και προγραμματισμό των λειτουργιών τους

Καθαρισμό και ρύθμιση στους διακλαδωτήρες

Έλεγχο των σωλήνων και των καλωδίων

γ) Ο Συντηρητής υποχρεούται να επισκευάζει κάθε βλάβη ή εμπλοκή του σωληνωτού ταχυδρομείου το αργότερο μέσα σε 48 ώρες από την ώρα της ειδοποίησής του.

δ) Ο Συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση της ομαλής, συνεχούς και απρόσκοπτου λειτουργίας του σωληνωτού ταχυδρομείου. Είναι δε υπόλογος έναντι του Νοσοκομείου για την έγκαιρη ενημέρωση για τις απαιτούμενες εργασίες ή ενέργειες για την βελτίωση της λειτουργίας του ή την πρόληψη βλάβης από τη συνήθη χρήση.

ε) Στις υποχρεώσεις του Συντηρητή περιλαμβάνονται και όλες οι τηλεφωνικές συνδέσεις με σύστημα του σωληνωτού ταχυδρομείου μέσω modem, όσες και αν είναι μέσα στο έτος.

στ) Τα υλικά συντήρησης επιβαρύνουν το Συντηρητή ενώ τα υλικά επισκευής βλάβης, επιβαρύνουν το Νοσοκομείο.

ζ) Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

η) Ο Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες εξουσιοδοτήσεις ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή άδειες διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητά του αλλά και την καταλληλότητά του να αναλάβει την εν λόγω συντήρηση.

24.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος μαγνητικής Τομογραφίας τύπου OPTIMA MR360 ADVANCE/5433265 του Οίκου GE Medical Systems

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την **διετή συντήρηση** - επισκευή με ανταλλακτικά του συστήματος μαγνητικής Τομογραφίας τύπου OPTIMA MR360 ADVANCE/5433265 του Οίκου GE Medical Systems, του Νοσοκομείου μας.

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης η εταιρεία θα έχει την πλήρη ευθύνη για την πλήρη συντήρηση –επισκευή με ανταλλακτικά του μηχανήματος χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. Στην σύμβαση περιλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών, των κάθε είδους υλικών και της αμοιβής των τεχνικών που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση του μηχανήματος και του chiller του μηχανήματος καθώς επίσης και των εργασιών προληπτικής συντήρησης που θα πραγματοποιούνται στο διάστημα που ισχύει η σύμβαση. Το σύνολο της σχετικής δαπάνης βαρύνει τον Προμηθευτή.

Δηλαδή, αναλαμβάνει την επισκευή του εξοπλισμού σε περίπτωση δυσλειτουργιών και βλαβών (που δεν προέρχονται από κακή χρήση) για απεριόριστο αριθμό κλήσεων, και την αντικατάσταση όλων ανεξαρτήτως των ανταλλακτικών που απαιτούνται, σε χρόνο ανταπόκρισης πολύ σύντομο και όχι πέραν των 24 ωρών. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η Εταιρεία υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης ίσης με το 20/οο της τιμής αγοράς του μηχανήματος για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η αποκατάσταση των βλαβών πρέπει να είναι ταχεία. Ο μέγιστος χρόνος που το μηχάνημα θα παραμείνει εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των δέκα ημερών ετησίως εξαιρουμένων των ημερών προληπτικής συντήρησης και τυχόν αναβαθμίσεων του συστήματος. Σε περίπτωση που το μηχάνημα παραμείνει εκτός λειτουργίας πέραν των δέκα ημερών, η προμηθεύτρια Εταιρεία υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης προς το Νοσοκομείο, που θα ανέρχεται στο ποσό που αντιστοιχεί στο 20/οο της τιμής αγοράς του μηχανήματος, ημερησίως. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι γνήσια και εγκεκριμένα από την κατασκευάστρια Εταιρεία.

Τέλος η εταιρία αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, συμπεριλαμβανομένων και όλων των υλικών συντήρησης.

Από τις υποχρεώσεις της σύμβασης εξαιρείται η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση των :

- Παντός είδους αναλωσίμων (φίλμ, χαρτί εκτύπωσης, μαγνητο-οπτικοί δίσκοι αποθήκευσης, μελάνι, καλώδια ασθενών, αφρώδη στηρίγματα ασθενών, λαβές, ηλεκτρόδια, σκιαγραφικά, μπαταρίες, ECG καλώδια)
- Περιφερειακών συστημάτων τρίτων προμηθευτών και των εξαρτημάτων τους.

25.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ VIVID IQ ME S/N: 622797WXC & 6216079WXC ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

Η συντήρηση του ιατρικού εξοπλισμού να πραγματοποιείται από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο για την Ελλάδα και από τεχνικούς που να είναι εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι από την κατασκευάστρια εταιρεία

Η Σύμβαση Πλήρους Συντήρησης να περιλαμβάνει την πλήρη συντήρηση κι επισκευή των συστήματος υπερηχοτομογραφίας συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών, εξαιρουμένων ηχοβόλων κεφαλών και ειδικότερα :

- Την αξία εργασιών προληπτικής συντήρησης (μία επίσκεψη ετησίως) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, εξαιρουμένων Σαββατοκύριακων κι επίσημων αργιών του κράτους.
- Την αξία εργασιών επανορθωτικής συντήρησης βλαβών από συνήθη και ορθή χρήση (απεριόριστες επισκέψεις ανά έτος) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, εξαιρουμένων Σαββατοκύριακων κι επίσημων αργιών του κράτους. Ο χρόνος ανταπόκρισης μετά από τηλεφωνική ή γραπτή κλήση του Νοσοκομείου σας, θα είναι εντός 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του Νοσοκομείου.
- Την αξία ανταλλακτικών για την επίλυση βλαβών που προέρχονται από συνήθη χρήση. Τα χαλασμένα ανταλλακτικά θα επιστρέφονται στην εταιρεία για τη διαδικασία της ανακύκλωσής τους.
- Την προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση (τηλεφωνική εξυπηρέτηση, ανταπόκριση τεχνικού, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών)
- Insite Remote Diagnostics: Ψηφιακές Υπηρεσίες διάγνωσης και παρακολούθησης του συστήματος μέσω τηλεδιάγνωσης με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης κατασκευής (εφόσον διατίθεται ψηφιακή γραμμή διαδικτύου από το Νοσοκομείο μας) από εξειδικευμένο μηχανικό της εταιρείας εξουσιοδοτημένο από τον οίκο.
- Την εξασφάλιση μέγιστου χρόνου εκτός λειτουργίας – ακινητοποίησης του συστήματος δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες. Στο χρόνο DOWN TIME να εξαιρούνται η προληπτική συντήρηση, οι τυχόν εργασίες αναβάθμισης και οι μη συμπεριληφθείσες υπηρεσίες.

Από τις καλύψεις της διετούς σύμβασης συντήρησης εξαιρούνται :

- Παντός είδους αναλώσιμα (φίλμ, χαρτί εκτύπωσης και φίλμ, μελάνι, οπτικοακουστικά μέσα αποθήκευσης, CD/DVD, gel, καλύμματα κεφαλών, pads, καλώδια ΗΚΓ, κασέτες, οδηγοί βιοψίας, μαντιλάκια, ηχεία, μπαταρίες, μπαταρίες UPS)
- Εκτυπωτικών και περιφερειακών συστημάτων (εκτυπωτές, UPS, συσκευές εγγραφής CD/DVD, H/W, DELL, PC, σταθμός εργασίας echorac , DICOM) και των εξαρτημάτων τους
- Παντός είδους ηχοβόλων κεφαλών. Η αντικατάστασή της σε ενδεχόμενη βλάβη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν έγκρισης της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας με όλα τα νόμιμα στοιχεία της συγκεκριμένης δαπάνης .

Η προληπτική συντήρηση να γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που ορίζει ο οίκος κατασκευής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εξαιρουμένων Σαββατοκύριακων και επίσημων αργιών του κράτους. Η ανταπόκριση της τεχνικής υπηρεσίας της εταιρείας εφόσον η βλάβη δεν μπόρεσε να

επιλυθεί τηλεφωνικώς εξ' αποστάσεως, θα είναι το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την αναγγελία της βλάβης του συστήματος, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (08:00 – 16:00), εξαιρουμένων Σαββατοκύριακων και επίσημων αργιών του κράτους.

Από την αποκατάσταση λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από την Εταιρία παράγοντες, όπως:

- βίαιη καταστροφή,
- όλες οι επίσημα αναγνωριζόμενες περιπτώσεις ανώτερης βίας
- μη σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή χρήση
- σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης του μηχανήματος από το Νοσοκομείο ή τρίτους ή χρήση από μη εκπαιδευμένο προσωπικό
- σε περίπτωση που υπάρχουν ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή αερισμού, μαγνητική ή άλλη βλαπτική παρεμβολή, χρήση ακατάλληλης πηγής ηλεκτρικής ισχύος (με τάση άλλη από την προβλεπόμενη, χωρίς γείωση κ.λπ.).

Η Εταιρεία να διαθέτει βλαβοληπτικό κέντρο στελεχωμένο με άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό (υπηρεσία Help Desk) για την λήψη και διαχείριση των κλήσεων για τεχνική υποστήριξη και βλάβη των συστημάτων. Το υπεύθυνο προσωπικό του βλαβοληπτικού κέντρου να αναθέτει την εκάστοτε βλάβη σε σχετικό εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος να επικοινωνεί άμεσα τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail με το Νοσοκομείο ώστε να διαπιστώσει τη σοβαρότητα της βλάβης και ενδεχομένως να δώσει οδηγίες για την πιθανή επίλυσή της. Σε περίπτωση που η βλάβη δεν δύναται να λυθεί τηλεφωνικώς ο τεχνικός να επισκέπτεται άμεσα (εντός του προβλεπόμενου από τη σύμβαση χρονικού διαστήματος) το Νοσοκομείο για την επιτόπια διερεύνηση του προβλήματος.

Η Εταιρεία να διαθέτει οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία (SERVICE), στελεχωμένη με άρτια εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, αποτελούμενο από εξειδικευμένους τεχνικούς – μηχανικούς βιοϊατρικής τεχνολογίας με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον οίκο κατασκευής.

26. ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ LEICA M530 OHX με S/N 150623001 ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

Η συντήρηση του ιατρικού εξοπλισμού να πραγματοποιείται από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο για την Ελλάδα και από τεχνικούς που να είναι εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Αντικείμενο Συντήρησης:

Η συντήρηση για ένα έτος του Μικροσκοπίου LEICA M530 OHX με S/N:150623001.

Υποχρεώσεις συντηρητή:

Ο Συντηρητής θα πραγματοποιεί την προληπτική συντήρηση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του μικροσκοπίου, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει

1. Επίσκεψη εξειδικευμένου τεχνικού LEICA στον χώρο μας.
2. Έλεγχος όλων των μηχανικών μερών.
3. Έλεγχος των κινήσεων του ποδοδιακόπτη.
4. Έλεγχος σε όλα τα μοτέρ του μικροσκοπίου.
5. Έλεγχος τάσεων .

6. Έλεγχος των ηλεκτρονικών του μικροσκοπίου μέσω ειδικού διαγνωστικού εξοπλισμού.
7. Καθαρισμός των οπτικών.
8. Επιδιόρθωση τεχνικών ζητημάτων που είναι δυνατόν να επισκευαστούν επί τόπου, και δεναπαιτούν ανταλλακτικό.
9. Έλεγχος χρόνου ζωής λυχνιών.
10. Εκκαθάριση σφαλμάτων.

Συμπεριλαμβάνεται μια (1) Έκτακτη κλήση για την αποκατάσταση προβλήματος.

Ο Συντηρητής οφείλει να προσέρχεται στο Νοσοκομείο για τη συντήρηση ή την αποκατάσταση προβλήματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 έως 16.00.

Ο Συντηρητής μετά από το τέλος κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίου επίσκεψης με περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν.

Σε περίπτωση βλάβης που είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του Συντηρητή με δικά του μέσα και έξοδα.

Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Όποιες αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού οίκου για τη διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστο λειτουργικό επίπεδο θα γίνονται από το Συντηρητή χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

Ανταλλακτικά για τα οποία κατά τη συντήρηση ή βλάβη διαπιστωθεί ανάγκη αντικατάστασης δεν περιλαμβάνονται. Ο Συντηρητής για τα ανταλλακτικά αυτά θα υποβάλλει σχετική προσφορά στο Νοσοκομείο. Να δοθεί λίστα ανταλλακτικών με αντίστοιχο κόστος το οποίο να είναι δεσμευτικό μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η εργασία τοποθέτησης των ανταλλακτικών αυτών θα γίνεται χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για το Νοσοκομείο

27. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ IOLMASTER 700

Η συντήρηση του ιατρικού εξοπλισμού να πραγματοποιείται από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο για την Ελλάδα και από τεχνικούς που να είναι εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι από την κατασκευάστρια εταιρεία

Αντικείμενο Συντήρησης:

Η συντήρηση για ένα έτος με του Μηχανήματος Οπτικής Βιομετρίας IOLMASTER 700.

Υποχρεώσεις συντηρητή:

Ο Συντηρητής θα πραγματοποιεί την προληπτική συντήρηση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του μηχανήματος, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

Συμπεριλαμβάνεται μια (1) Έκτακτη κλήση για την αποκατάσταση προβλήματος.

Ο Συντηρητής οφείλει να προσέρχεται στο Νοσοκομείο για τη συντήρηση ή την αποκατάσταση προβλήματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 έως 16.00.

Ο Συντηρητής μετά από το τέλος κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίου επίσκεψης με περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν.

Σε περίπτωση βλάβης που είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του Συντηρητή με δικά του μέσα και έξοδα.

Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Όποιες αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού οίκου για τη διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστο λειτουργικό επίπεδο θα γίνονται από το Συντηρητή χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

Ανταλλακτικά για τα οποία κατά τη συντήρηση ή βλάβη διαπιστωθεί ανάγκη αντικατάστασης δεν περιλαμβάνονται. Ο Συντηρητής για τα ανταλλακτικά αυτά θα υποβάλλει σχετική προσφορά στο Νοσοκομείο. Να δοθεί λίστα ανταλλακτικών με αντίστοιχο κόστος το οποίο να είναι δεσμευτικό μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η εργασία τοποθέτησης των ανταλλακτικών αυτών θα γίνεται χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για το Νοσοκομείο.

28. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Συστήματος δοκιμασίας κόπωσης CS-200 EXCELLENCE ERGO με S/N: 035.01314, του οίκου Schiller με κυλιόμενο τάπητα Marathon με S/N: CMT2312 και εργομετρικό ποδήλατο 910 Plus με S/N:30001909

Αντικείμενο της Σύμβασης διेतούς Συντήρησης είναι η εργασία για τη συντήρηση και η εργασία για την αποκατάσταση βλαβών, καθώς και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά των κάτωθι μηχανημάτων:

Σύστημα δοκιμασίας κόπωσης CS-200 EXCELLENCE ERGO με S/N: 035.01314, του οίκου Schiller με κυλιόμενο τάπητα Marathon με S/N CMT2312 και εργομετρικό ποδήλατο 910 Plus με S/N:30001909

Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς της συντηρήτριας εταιρείας, ειδικά εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο.

Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται μία φορά ετησίως ή όπως ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία και θα περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων, όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για τη διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

Η ανταπόκριση του τεχνικού προσωπικού της συντηρήτριας εταιρείας για αποκατάσταση βλαβών – δυσλειτουργιών του συντηρούμενου εξοπλισμού, να γίνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης εκ μέρους του Νοσοκομείου, όπως ορίζεται παρακάτω.

Η ειδοποίηση της συντηρήτριας εταιρείας θα γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

A. Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

B. Μέσω τηλεφωνικής κλήσεως σε τηλεφωνικό αριθμό λήψεως βλαβών.

Οι σχετικές εργασίες θα διενεργούνται από το τεχνικό προσωπικό της συντηρήτριας εταιρείας από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρα 08:00 – 16:00, εξαιρουμένων Αργιών και Σαββάτου – Κυριακής. Στις περιπτώσεις ειδοποίησης της συντηρήτριας εταιρείας περί βλάβης εντός των εξαιρουμένων ημερών, ο χρόνος προσέλευσης θα ξεκινά την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα και με τις ώρες που προβλέπονται ανωτέρω.

Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλάβης, να εκδίδει SERVICEREPORT (SR). Το SR αυτό θα υπογράφεται από τον Τεχνικό της

συντηρήτριας εταιρείας και από τον υπεύθυνο του Νοσοκομείου στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του SR που προορίζεται για το Νοσοκομείο.

Το Νοσοκομείο υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο χώρο εργασίας στους Τεχνικούς της συντηρήτριας εταιρείας ώστε να είναι δυνατή η άνετη, ασφαλής κι αποδοτική (άνευ εμποδίων) εργασία αυτών.

Το Νοσοκομείο υποχρεούται να παραδίδει στους Τεχνικούς της συντηρήτριας εταιρείας τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές, τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κ.λπ., και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μη δυσχεραίνεται το έργο τους.

Το Νοσοκομείο υποχρεούται να διαφυλάξει τα αναφερόμενα μηχανήματα από τεχνικές παρεμβάσεις οποιονδήποτε ξένων προς τη συντηρήτρια εταιρεία Τεχνικών. Ρητά συμφωνείται ότι η συντηρήτρια εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω μηχανημάτων από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της συντηρήτριας εταιρείας .

Η τιμολόγηση του ποσού της διετούς αμοιβής θα γίνει: Σε κάθε έτος από τέσσερις (04) τριμηνιαίες ισόποσες δόσεις

Τα υλικά συντήρησης καθώς και οποιοδήποτε απαραίτητο ανταλλακτικό απαιτηθεί για την αποκατάσταση βλάβης, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών, θα αντικαθίστανται δωρεάν, εκτός αναλωσίμων και υλικών που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή (π.χ. αισθητήρας οξυγόνου, nafiontubεκλπ.). Όλα τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες επισκευής και συντήρησης των μηχανημάτων, θα είναι γνήσια του ίδιου Οίκου κατασκευής με αυτόν του μηχανήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα αποτελέσματος των συντηρήσεων και τυχόν επισκευών που θα πραγματοποιηθούν.

Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες ετησίως. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα στη συντηρήτρια εταιρεία παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες αζημίως για το Νοσοκομείο. Ο χρόνος ακινητοποίησης παύει να μετράει :

Για το διάστημα που ο Ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο δανεικό μηχανήμα ίδιου ή παρόμοιου τύπου.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Στο χρόνο ακινητοποίησης δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος των προληπτικών συντηρήσεων και οι βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση των μηχανημάτων ή σε παρέμβαση τρίτων, μη εξουσιοδοτημένων από τη συντηρήτρια εταιρεία.

Ρητά συμφωνείται ότι τα ανταλλακτικά και η εργασία αποκατάστασης βλάβης που θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Νοσοκομείο.

29. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ NKV 330 N1HON KOHDEN

Αντικείμενο της διετούς συντήρησης είναι η συντήρηση και επισκευή δυο (2) αναπνευστήρων

NKV – 330 N1HON KOHDEN με S/N: 00907 & 00950

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον οίκο κατασκευής για τη διενέργεια της συντήρησης και επισκευής.

Η διετή συντήρηση, η οποία περιλαμβάνει:

Μια προληπτική συντήρηση ετησίως όπως ορίζει η κατασκευάστρια εταιρεία

Απεριόριστο αριθμό βλαβών

Servicekits (εσωτερικό φίλτρο, φίλτρο HEPA, φίλτρο σκόνης, φίλτρο ανεμιστήρα, αισθητήρα οξυγόνου)και αντικατάσταση δύο (2) μπαταριών.

Τις υποχρεωτικές βελτιώσεις ή τεχνικές μετατροπές που εκδίδει το εργοστάσιο κατασκευής

Δεν περιλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά, καθώς και αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε υπαιτιότητα χρήστη ή σε εξωγενείς παράγοντες

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου από ειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας.

Σε κάθε επίσκεψη υποχρεούται η εταιρεία να ενημερώνει το Τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου και να αναγράφει την εργασία που εκτέλεσε σε σχετικό έντυπο (Δελτίο Εργασίας Τεχνικού) στο οποίο θα υπογράφει μαζί με τον αρμόδιο τεχνικό ή ιατρό χειριστή ή την προϊσταμένη του τμήματος.

Ο ανάδοχος οφείλει να προσέρχεται στο Νοσοκομείο για τη συντήρηση ή την αποκατάσταση του προβλήματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 16:00.

Σε περίπτωση βλάβης που είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του Συντηρητή με δικά του μέσα και έξοδα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

30. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ULTRA VIOLET DEVICES , UVDI 360 με S/N: 22739 – 22838 – 22839

- Εφ' άπαξ προληπτική συντήρηση ετησίως σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. (η εταιρεία θα έχει τον πλήρη έλεγχο και θα μας ενημερώνει εγκαίρως για να συντονιστεί αναλόγως διαθεσιμότητας)

- Εργασία και τα υλικά συντήρησης

-Διακρίβωση και πιστοποίηση καλής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου

-Εφαρμογή εργοστασιακών διαταγών αλλαγής ή μετατροπής και αναβαθμίσεων.

-Επανορθωτική συντήρηση (επισκευές) χωρίς περιορισμό ως προς τη συχνότητα ή το συνολικό αριθμό (δεν περιλαμβάνει αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε υπαιτιότητα χρήστη ή σε εξωγενείς παράγοντες.

-Όλα τα ανταλλακτικά (συμπεριλαμβάνονται και τρεις (3) λυχνίες ανά έτος) .

-Εξ' αποστάσεως είτε τηλεφωνική είτε ψηφιακή υποστήριξη από εξειδικευμένο τεχνικό (07:30πμ 03:30μμ) και ημέρες (Δ-Π) εξαιρουμένων αργιών από τη δήλωση βλάβης σε συνεργασία με τον αρμόδιο του τμήματος με την προϋπόθεση της σωστής ενημέρωσης (πχ. περιγραφή της βλάβης με φωτογραφίες/βίντεο) εφόσον είναι απαραίτητο.

-Μετά το τέλος κάθε συντήρησης ή επισκευής, θα προσκομιστεί Δελτίο εργασίας (ΔΕ) όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που εκτελέστηκαν, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και η λειτουργική κατάσταση του κάθε μηχανήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: -Οι λάμπες UVC του συστήματος δεν θεωρούνται ανταλλακτικά και δεν καλύπτονται από την ανωτέρω σύμβαση και σε κάθε περίπτωση συστήνεται η αντικατάστασή του όταν συμπληρώσουν 4000 ώρες λειτουργίας)

-Όλα τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα θα είναι γνήσια ως αποστέλλονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

- Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου, από την οποία να προκύπτει ότι αποτελεί εξουσιοδοτημένο συνεργάτη / αντιπρόσωπο για την εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του εξοπλισμού.

-Να κατατεθεί βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο ή από εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό κέντρο αυτού εκπαίδευσης τεχνικών που είναι εξουσιοδοτημένοι να εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, προληπτικής συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού.

-Η ως άνω εμπειρία αποτελεί εγγύηση για την ορθή και βέλτιστη επισκευή αλλά και καθοδήγηση /επισκευές σε περίπτωση βλαβών με άμεση ανταπόκριση.

31.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (9) ΚΛΙΝΩΝ LINET & (3) ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον οίκο κατασκευής για τη διενέργεια της συντήρησης και επισκευής.

Αντικείμενο της Σύμβασης διेतούς Συντήρησης θα είναι η εργασία για τη συντήρηση και η εργασία για την αποκατάσταση βλαβών, καθώς και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά των κάτωθι μηχανημάτων:

Εννέα (9) κλίνες του οίκου Linet μοντέλο MULTICARE S/N: 20200220929 20200220925 20200220934 20200220922 20200220941 20200259681 20200259682 20152299674 20150099675.

Τρεις (3) αντλίες αεροστρωμάτων του οίκου Linet μοντέλο VIRTUOSO S/N: 20200256658 20200223062 20200223065.

Τα εν λόγω μηχανήματα ευρίσκονται εγκατεστημένα και λειτουργούν σε χώρους του Νοσοκομείου με υφιστάμενη εφάπαξ συντήρηση εντός προδιαγραφών κατασκευαστή.

Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων θα γίνονται από Τεχνικούς της συντηρήτριας εταιρείας με ειδικά εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο.

Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων θα γίνει μία φορά ετησίως και θα περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων, όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για τη διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση όπως ορίζει ο κατασκευαστής

Η ανταπόκριση του τεχνικού προσωπικού της συντηρήτριας εταιρείας για αποκατάσταση βλαβών – δυσλειτουργιών του συντηρούμενου εξοπλισμού, θα γίνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης εκ μέρους του Νοσοκομείου, όπως ορίζεται παρακάτω.

Η ειδοποίηση της συντηρήτριας εταιρείας θα γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω τηλεφωνικής κλήσεως σε τηλεφωνικό αριθμό λήψεως βλαβών.

Οι σχετικές εργασίες θα διενεργούνται από το τεχνικό προσωπικό της συντηρήτριας εταιρείας από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρα 08:00 – 16:00, εξαιρουμένων Αργιών και Σαββάτου – Κυριακής.

Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλάβης, να εκδίδει SERVICE REPORT (SR). Το SR αυτό θα υπογράφεται από τον Τεχνικό της συντηρήτριας εταιρείας και από τον υπεύθυνο του Νοσοκομείου στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του SR.

Υποχρεώσεις του Νοσοκομείου είναι να διαθέτει κατάλληλο χώρο εργασίας στους Τεχνικούς της συντηρήτριας ώστε να είναι δυνατή η άνετη, ασφαλής κι αποδοτική (άνευ εμποδίων) εργασία αυτών.

Το Νοσοκομείο υποχρεούται να παραδίδει στους Τεχνικούς της συντηρήτριας εταιρείας τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές, τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κ.λπ., και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μη δυσχεραίνεται το έργο τους.

Το Νοσοκομείο υποχρεούται να διαφυλάξει τα αναφερόμενα μηχανήματα από τεχνικές παρεμβάσεις οποιονδήποτε ξένων προς τη συντηρήτρια εταιρεία Τεχνικών. Ρητά συμφωνείται ότι η συντηρήτρια εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω μηχανημάτων από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της συντηρήτριας εταιρείας.

Τα υλικά συντήρησης καθώς και οποιοδήποτε απαραίτητο ανταλλακτικό απαιτηθεί για την αποκατάσταση βλάβης, θα αντικαθίστανται δωρεάν, εκτός αναλωσίμων και υλικών που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή. Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες αυτονομίας των κλινών οι οποίες αντικαθίστανται σε οριζόμενα από τον κατασκευαστή χρονικά διαστήματα. Όλα τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες επισκευής και συντήρησης των μηχανημάτων, θα είναι γνήσια και αμεταχείριστα του ίδιου Οίκου κατασκευής με αυτόν των μηχανημάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα αποτελέσματος των συντηρήσεων και τυχόν επισκευών που θα πραγματοποιηθούν.

Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες ετησίως. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα στη συντηρήτρια εταιρεία παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες αζημίως για το Νοσοκομείο. Ο χρόνος ακινητοποίησης παύει να μετράει :

Για το διάστημα που ο Ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο δανεικό μηχάνημα ίδιου ή παρόμοιου τύπου.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Στο χρόνο ακινητοποίησης δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος των προληπτικών συντηρήσεων και οι βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση των μηχανημάτων ή σε παρέμβαση τρίτων, μη εξουσιοδοτημένων από τη συντηρήτρια εταιρεία.

Ρητά συμφωνείται ότι τα ανταλλακτικά και η εργασία αποκατάστασης βλάβης που θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Νοσοκομείο.

32. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ GANSHORN

Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον οίκο κατασκευής για τη διενέργεια της συντήρησης και επισκευής.

Αντικείμενο της Σύμβασης διετούς Συντήρησης θα είναι η εργασία για τη συντήρηση και η εργασία για την αποκατάσταση βλαβών, καθώς και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά του συστήματος διάχυσης GANSHORN S/N: I1012231302948.

Το εν λόγω μηχάνημα βρίσκεται εγκατεστημένο και λειτουργεί σε χώρο του Νοσοκομείου με υφιστάμενη εφάπαξ συντήρηση εντός προδιαγραφών κατασκευαστή.

Η συντήρηση και οι επισκευές του συστήματος θα γίνονται από Τεχνικούς της συντηρήτριας εταιρείας με ειδικά εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο.

Η γενική συντήρηση του συστήματος θα γίνει μία φορά ετησίως και θα περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων, βαθμονομήσεις όγκου - αερίων όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για τη διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση όπως ορίζει ο κατασκευαστής.

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει και (2) δυο τουλάχιστον έκτακτες επισκέψεις σε περίπτωση βλάβης. Η ανταπόκριση του τεχνικού προσωπικού της συντηρήτριας εταιρείας για αποκατάσταση βλαβών –

δυσλειτουργιών του συντηρούμενου εξοπλισμού, θα γίνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης εκ μέρους του Νοσοκομείου, όπως ορίζεται παρακάτω.

Η ειδοποίηση της συντηρήτριας εταιρείας θα γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω τηλεφωνικής κλήσεως σε τηλεφωνικό αριθμό λήψεως βλαβών.

Οι σχετικές εργασίες θα διενεργούνται από το τεχνικό προσωπικό της συντηρήτριας εταιρείας από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρα 08:00 – 16:00, εξαιρουμένων Αργιών και Σαββάτου – Κυριακής.

Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλάβης, να εκδίδει SERVICE REPORT (SR). Το SR αυτό θα υπογράφεται από τον Τεχνικό της συντηρήτριας εταιρείας και από τον υπεύθυνο του Νοσοκομείου στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του SR.

Υποχρεώσεις του Νοσοκομείου είναι να διαθέτει κατάλληλο χώρο εργασίας στους Τεχνικούς της συντηρήτριας ώστε να είναι δυνατή η άνετη, ασφαλής κι αποδοτική (άνευ εμποδίων) εργασία αυτών.

Το Νοσοκομείο υποχρεούται να παραδίδει στους Τεχνικούς της συντηρήτριας εταιρείας τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές, τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κ.λπ., και απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μη δυσχεραίνεται το έργο τους.

Το Νοσοκομείο υποχρεούται να διαφυλάξει το αναφερόμενο σύστημα από τεχνικές παρεμβάσεις οποιονδήποτε ξένων προς τη συντηρήτρια εταιρεία Τεχνικών. Ρητά συμφωνείται ότι η συντηρήτρια εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω μηχανημάτων από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της συντηρήτριας εταιρείας.

Τα υλικά συντήρησης καθώς και οποιοδήποτε απαραίτητο ανταλλακτικό απαιτηθεί για την αποκατάσταση βλάβης, θα αντικαθίστανται δωρεάν, εκτός αναλωσίμων και υλικών που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή.

Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες ετησίως. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα στη συντηρήτρια εταιρεία παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες αζημίως για το Νοσοκομείο. Ο χρόνος ακινητοποίησης παύει να μετράει :

Για το διάστημα που ο Ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο δανεικό μηχάνημα ίδιου ή παρόμοιου τύπου.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Στο χρόνο ακινητοποίησης δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος των προληπτικών συντηρήσεων και οι βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση των μηχανημάτων ή σε παρέμβαση τρίτων, μη εξουσιοδοτημένων από τη συντηρήτρια εταιρεία.

Ρητά συμφωνείται ότι τα ανταλλακτικά και η εργασία αποκατάστασης βλάβης που θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Νοσοκομείο.

33. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ LEICA PROVEO 8 με S/N:081123002 ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

Η συντήρηση – αποκατάσταση βλάβης του ιατρικού εξοπλισμού να πραγματοποιείται από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο για την Ελλάδα και από τεχνικούς που να είναι εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Αντικείμενο Συντήρησης:

Η συντήρηση – αποκατάσταση βλάβης με ανταλλακτικά για ένα έτος του Μικροσκοπίου LEICA PROVEO 8 με S/N:081123002.

Υποχρεώσεις συντηρητή:

Ο Συντηρητής θα πραγματοποιεί την προληπτική συντήρηση και τον έλεγχο - αποκατάσταση καλής λειτουργίας του μικροσκοπίου, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει

1. Επίσκεψη εξειδικευμένου τεχνικού LEICA στον χώρο μας.
2. Έλεγχος όλων των μηχανικών μερών, βραχιόνων και μηχανισμών κίνησης.
3. Έλεγχος των λειτουργιών focus, zoom, X/Y, χειριστηρίων, οθόνης και κινήσεων του ποδοδιακόπτη.
4. Έλεγχος σε όλα τα μοτέρ του μικροσκοπίου.
5. Έλεγχος τάσεων .
6. Έλεγχος των ηλεκτρονικών του μικροσκοπίου μέσω ειδικού διαγνωστικού εξοπλισμού.
7. Καθαρισμός και ευθυγράμμιση των οπτικών.
8. Επιδιόρθωση τεχνικών ζητημάτων που είναι δυνατόν να επισκευαστούν επί τόπου, και δεν απαιτούν ανταλλακτικό.
9. Έλεγχος χρόνου ζωής λυχνιών.
10. Εκκαθάριση σφαλμάτων.
11. Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, καλωδιώσεων και ηλεκτρικών συνδέσεων
12. Επιβεβαίωση της ασφαλούς και ορθής λειτουργίας του συστήματος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
13. Έκδοση Τεχνικής Αναφοράς Εργασιών με καταγραφή των ελέγχων, των μετρήσεων, των ευρημάτων και των εργασιών που πραγματοποιηθήκαν

Ο Συντηρητής αναλαμβάνει το κόστος όλων των ανταλλακτικών και το κόστος εργασίας για την πραγματοποίηση απεριόριστου αριθμού επανορθωτικών συντηρήσεων (αποκατάστασης βλαβών)

Ο Συντηρητής μετά από το τέλος κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίου επίσκεψης με περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν.

Σε περίπτωση βλάβης που είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του Συντηρητή με δικά του μέσα και έξοδα.

Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

Όποιες αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού οίκου για τη διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστο λειτουργικό επίπεδο θα γίνονται από το Συντηρητή χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

Ανταλλακτικά για τα οποία κατά τη συντήρηση ή βλάβη διαπιστωθεί ανάγκη αντικατάστασης περιλαμβάνονται εκτός αν η βλάβη προκλήθηκε λόγω υπαιτιότητας χειριστή (μη ορθή χρήση) καθώς και για βλάβες που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές.

Τα αναλώσιμα λειτουργίας του μικροσκοπίου και των αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται

Ο Συντηρητής οφείλει να προσέρχεται στο Νοσοκομείο για τη συντήρηση ή την αποκατάσταση

προβλήματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 έως 14.00 εντός 48 ωρών από την τηλεφωνική ή γραπτή κλήση του Νοσοκομείου μας.

Ο Συντηρητής μετά από το τέλος κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίου επίσκεψης με περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν.

Σε περίπτωση βλάβης που είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα του Συντηρητή με δικά του μέσα και έξοδα.

34.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) CD ROBOT (ΣΥΣΤΗΜΑ MiPublisher του Οίκου MILLENSYS)

Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών με ανταλλακτικά δυο (2) Συστημάτων MiPublisher του Οίκου MILLENSYS με S/N: X72C010134 & X72C016269 που το κάθε ένα οποίο αποτελείται από:

DiscProducer PP100 Epson

Workstation DELL

SOFTWARE

Οθόνη

Να παρέχονται εργασίες και ανταλλακτικά.

Να παρέχεται απομακρυσμένη ανταπόκριση για απεριόριστο αριθμό έκτακτων κλήσεων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι Δευτέρα έως και Παρασκευή, πλην αργιών, 09:00-17:00.

Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί απομακρυσμένα, να παρέχεται απεριόριστος αριθμός τεχνικών επεμβάσεων στον χώρο του εργαστηρίου της εταιρείας.

Να περιλαμβάνεται μία (1) επίσκεψη μηχανικού στον χώρο του Νοσοκομείου.

Μία προληπτική συντήρηση ανά έτος, η οποία να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Τον έλεγχο ασφαλείας, μετρήσεις τάσεων παλμών, κλπ.,

Τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής αποδόσεως,

Πλήρης έλεγχος όλων των καρτών των συστημάτων.

Απομάκρυνση σκόνης εσωτερικά και εξωτερικά.

Έλεγχος και ρύθμιση των τάσεων των τροφοδοτικών των συστημάτων.

Έλεγχος μηχανολογικών τμημάτων

Καθαρισμός φίλτρων & ανεμιστήρων

Έλεγχος log files

Ενημέρωση λογισμικού (windows updates)

Ενημέρωση firmware Καθαρισμός βραχίονα

Έλεγχος στομίου, καθαρισμός & ευθυγράμμιση κεφαλής

Ενημέρωση οδηγών εγκατάστασης (H/Y-ρομποτικό)

Βαθμονόμηση συστημάτων

Αναβαθμίσεις και επεκτάσεις που προσφέρονται από τον κατασκευαστικό οίκο δωρεάν και αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας και της απόδοσης του συστήματος, διατηρώντας το παράλληλα σε εξελιγμένο τεχνολογικά επίπεδο.

Τα ανταλλακτικά συντήρησης και επισκευής βλαβών εφόσον απαιτηθούν παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και αποτελούν αυθεντικά ανταλλακτικά του οίκου για τα οποία παρέχεται πλήρης εγγύηση ενός (1) έτους από την ημερομηνία εγκατάστασής τους.

Στα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται μελάνια, Maintenance Kit και Drives.

Η εγγύηση δεν ισχύει για περιπτώσεις κακοποίησης των εξαρτημάτων όπως θραύση από πτώση, έγχυση υγρών, τοποθέτηση της συσκευής σε διαφορετική τάση, κλπ.

Να προσφέρεται μόνιμη παραχώρηση εφεδρικού MiPublisher (CD ROBOT) για άμεση αντικατάσταση σε περιπτώσεις βλαβών.

Όλες οι εργασίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες και πρωτόκολλα του κατασκευαστικού οίκου και με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και οργάνων από κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους μηχανικούς της εταιρείας από τον Κατασκευαστικό Οίκο.

Ο συντηρητής υποχρεούται να αποδείξει την ικανότητα του να διαθέτει γνώσια και αμεταχείριστα ανταλλακτικά, προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή, για τον σκοπό αυτό στις προσφορές πρέπει να περιλαμβάνεται με ποινή απόρριψης της προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου συντηρητή ότι εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή, επάρκεια και τοποθέτηση των απαιτούμενων αμεταχείριστων γνήσιων (προβλεπόμενων από τον κατασκευαστή) ανταλλακτικών και αναλωσίμων στον προαναφερόμενο προς συντήρηση εξοπλισμό, κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου. Η γνησιότητα των χρησιμοποιημένων υλικών να μπορεί να πιστοποιηθεί όταν και εάν ζητηθεί από το Νοσοκομείο, με τα αντίστοιχα έγγραφα(π.χ. Δελτία Αποστολής κ.λπ.).

Ο Συντηρητής μετά από το τέλος κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίου επίσκεψης με περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
35	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	10.838,10
36	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν. ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	25.179,00
37	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ, ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	6.169,80
38	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ	22.617,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	64.803,90

35. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αντικείμενο Συντήρησης

Αποτελεί η συντήρηση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας για δύο έτη των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (BMS) των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων α) του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου και β) του κτιρίου Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της κατασκευάστριας εταιρείας HONEYWELL που

περιλαμβάνουν κεντρική μονάδα με το κατάλληλο software, τους επιμέρους τοπικούς πίνακες ελέγχου, αισθητήρια και κινητήρες.

Υποχρεώσεις Συντηρητή

α) Ο Συντηρητής υποχρεούται να έρχεται μια φορά το τετράμηνο για προληπτική συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και άψογη λειτουργία τους.

β) Ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά για τα οποία διαπιστωθεί ανάγκη αντικατάστασης, δεν περιλαμβάνονται. Ο Συντηρητής για τα υλικά αυτά θα υποβάλλει κάθε φορά σχετική προσφορά στο Νοσοκομείο.

γ) Έκτακτες τηλεφωνικές κλήσεις ή και μεταβάσεις του Συντηρητή στο Νοσοκομείο για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων δεν συμπεριλαμβάνονται και για τα οποία ο Συντηρητής θα υποβάλλει κατάλληλη προσφορά. Χρόνος ανταπόκρισης το αργότερο σε 24 ώρες από την έγγραφη αναφορά του Νοσοκομείου.

δ) Ο Συντηρητής θα γνωμοδοτεί σε θέματα επεκτάσεων ή νέων εγκαταστάσεων όποτε του ζητηθεί και αφού υποβάλλει στο Νοσοκομείο κατάλληλη προσφορά για τις υπηρεσίες αυτές.

ε) Ο Συντηρητής μετά από το τέλος κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίου επίσκεψης με περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν, της κατάστασης των συστημάτων και τυχόν ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν.

στ) Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

ζ) Ο Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες εξουσιοδοτήσεις ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή άδειες διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητά του αλλά και την καταλληλότητά του να αναλάβει την εν λόγω συντήρηση.

36. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν. ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αντικείμενο Συντήρησης

Η συντήρηση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας για δύο έτη των μηχανημάτων επεξεργασίας νερού της Μ.Τ.Ν. τα οποία περιγράφονται ακολούθως:

Φίλτρο νήματος 10" 20 micron 2 τεμάχια

Φίλτρο θολότητας ECF40/542 1 τεμάχιο

Αποσκληρυντής ECB100/FA5 2 τεμάχια

Φίλτρο Άνθρακα ECF30/542 2 τεμάχια

Φίλτρο νήματος 10" 10 micron 2 τεμάχια

Πρώτη αντίστροφη ώσμωση TBW23L 1 τεμάχιο

Δεύτερη αντίστροφη ώσμωση TBW22L 1 τεμάχιο

Δεξαμενή αποθήκευσης παραγομένου νερού 1000 λίτρα 2 τεμάχια

Αντλία θαλάμου BGM09 2 τεμάχια

Συσκευή αποστείρωσης UVPURO1S

Φίλτρο μικροβίων 10" 2 τεμάχια

και των συστημάτων επεξεργασίας νερού των λεβητοστασιών:

Κεντρικού Κτιρίου Νοσοκομείου που αποτελείται από: Αποσκληρυντή TO2 10x54 2 ½" (2 τεμάχια)

Κτιρίου Διοίκησης που αποτελείται από: Αποσκληρυντή TS015/255T (1 τεμάχιο)

Κτιρίου Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που αποτελείται από: ΑποσκληρυντήPARKTANKSRT-1252-P3ET/ B12052BB, 12X52, Κεφαλή ECB60/2001E (2 τεμάχια)

2.. Υποχρεώσεις Συντηρητή

α) Ο Συντηρητής θα επισκέπτεται τέσσερις (4) φορές το χρόνο το Νοσοκομείο για προληπτική συντήρηση σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Πλήρη έλεγχο και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας του συστήματος δεξαμενισμού του απιονισμένου νερού.

Απολύμανση και αποστείρωση του συστήματος δεξαμενισμού και διανομής απιονισμένου νερού.

Για το αυτόματο σύστημα φίλτρου θολότητας:

Πλήρη έλεγχο και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.

Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεων τους.

Έλεγχος και ρύθμιση ωρολογιακών μηχανισμών τους.

Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.

Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους.

Για τα αυτόματα συστήματα αποσκληρύνησης:

Πλήρης έλεγχος ρύθμισης ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.

Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματης αναγέννησης τους.

Έλεγχος και ρύθμιση των ωρολογιακών μηχανισμών τους.

Έλεγχος και ρύθμιση των χρόνων των διαφόρων σταδίων της αναγέννησής τους.

Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.

Έλεγχος και ρύθμιση του ρυθμού πλήρωσης των δεξαμενών αποθήκευσης αλατιού με νερό πόλεως και καθαρισμό των δεξαμενών.

Για τα αυτόματα συστήματα φίλτρανσης ενεργού άνθρακα:

Πλήρη έλεγχο και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.

Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεων τους.

Έλεγχος και ρύθμιση ωρολογιακών μηχανισμών τους.

Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.

Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους.

Για τα αυτόματα συγκροτήματα αντίστροφης ώσμωσης:

Πλήρης έλεγχος και ρύθμισή τους.

Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού παραγωγής επεξεργασμένου νερού.

Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού απορριπτόμενου νερού.

Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στο συγκρότημα.

Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την προφίλτραση.

Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στις αντλίες υψηλής πίεσης.

Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από τις αντλίες υψηλής πίεσης.

Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού.

Έλεγχος και καλυμπράρισμα του οργάνου μέτρησης αγωγιμότητας.

Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Για το σύστημα διανομής απιονισμένου νερού:

Έλεγχος καλής λειτουργίας των αντλιών του θαλάμου

Έλεγχος καλής λειτουργίας της συσκευής αποστείρωσης

Αλλαγή των φίλτρων μικροβίων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ & ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

Έλεγχος: Λύσιμο βαλβίδων

Service βαλβίδων

Έλεγχος σωστής λειτουργίας

Μέτρηση σκληρότητας νερού

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Πλήρη έλεγχο και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας του συστήματος δεξαμενισμού του απιονισμένου νερού.

Για το αυτόματο σύστημα φίλτρου θολότητας:

Πλήρη έλεγχο και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.

Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεων τους.

Έλεγχος και ρύθμιση ωρολογιακών μηχανισμών τους.

Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.

Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους.

Για τα αυτόματα συστήματα αποσκλήρυνσης:

Πλήρης έλεγχος ρύθμισης ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.

Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματης αναγέννησης τους.

Έλεγχος και ρύθμιση των ωρολογιακών μηχανισμών τους.

Έλεγχος και ρύθμιση των χρόνων των διαφόρων σταδίων της αναγέννησής τους.

Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.

Έλεγχος και ρύθμιση του ρυθμού πλήρωσης των δεξαμενών αποθήκευσης αλατιού με νερό πόλεως.

Για τα αυτόματα συστήματα φίλτρανσης ενεργού άνθρακα:

Πλήρη έλεγχο και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.

Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεων τους.

Έλεγχος και ρύθμιση ωρολογιακών μηχανισμών τους.

Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.

Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους.

Για τα αυτόματα συγκροτήματα αντίστροφης ώσμωσης:

Πλήρης έλεγχος και ρύθμισή τους.

Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού παραγωγής επεξεργασμένου νερού.

Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού απορριπτόμενου νερού.

Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στο συγκρότημα.

Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την προφίλτραση.

Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στις αντλίες υψηλής πίεσης.

Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από τις αντλίες υψηλής πίεσης.

Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού.

Έλεγχος και καλυμπράρισμα του οργάνου μέτρησης αγωγιμότητας.

Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Χημικός καθαρισμός των μεμβρανών για την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου

Χημικός καθαρισμός των μεμβρανών για την απομάκρυνση των επικαθήσεων στις μεμβράνες των αλάτων

Απολύμανση των μεμβρανών

Για το σύστημα διανομής απιονισμένου νερού:

Έλεγχος καλής λειτουργίας των αντλιών του θαλάμου

Έλεγχος καλής λειτουργίας της συσκευής αποστείρωσης

Αλλαγή των φίλτρων μικροβίων

ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Πλήρη έλεγχο και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας του συστήματος δεξαμενισμού του απιονισμένου νερού.

Απολύμανση και αποστείρωση του συστήματος δεξαμενισμού και διανομής απιονισμένου νερού.

Για το αυτόματο σύστημα φίλτρου θολότητας:

Πλήρη έλεγχο και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.

Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεων τους.

Έλεγχος και ρύθμιση ωρολογιακών μηχανισμών τους.

Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.

Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους.

Για τα αυτόματα συστήματα αποσκλήρυνσης:

Πλήρης έλεγχος ρύθμισης ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.

Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματης αναγέννησης τους.

Έλεγχος και ρύθμιση των ωρολογιακών μηχανισμών τους.

Έλεγχος και ρύθμιση των χρόνων των διαφόρων σταδίων της αναγέννησής τους.

Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.

Έλεγχος και ρύθμιση του ρυθμού πλήρωσης των δεξαμενών αποθήκευσης αλατιού με νερό πόλεως και καθαρισμό των δεξαμενών.

Για τα αυτόματα συστήματα φίλτρανσης ενεργού άνθρακα:

Πλήρη έλεγχο και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.

Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεων τους.

Έλεγχος και ρύθμιση ωρολογιακών μηχανισμών τους.

Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.

Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους.

Για τα αυτόματα συγκροτήματα αντίστροφης ώσμωσης:

Πλήρης έλεγχος και ρύθμισή τους.

Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού παραγωγής επεξεργασμένου νερού.

Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού απορριπτόμενου νερού.

Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στο συγκρότημα.

Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την προφίλτραση.

Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στις αντλίες υψηλής πίεσης.

Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από τις αντλίες υψηλής πίεσης.

Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού.

Έλεγχος και καλυμπράρισμα του οργάνου μέτρησης αγωγιμότητας.

Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Για το σύστημα διανομής απιονισμένου νερού :

Έλεγχος καλής λειτουργίας των αντλιών του θαλάμου.

Έλεγχος καλής λειτουργίας της συσκευής αποστείρωσης.

Αλλαγή των φίλτρων μικροβίων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ & ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

Έλεγχος: Λύσιμο βαλβίδων

Service βαλβίδων

Έλεγχος σωστής λειτουργίας

Μέτρηση σκληρότητας νερού

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Πλήρη έλεγχο και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας του συστήματος δεξαμενισμού του απιονισμένου νερού.

Για το αυτόματο σύστημα φίλτρου θολότητας:

Πλήρη έλεγχο και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.

Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεων τους.

Έλεγχος και ρύθμιση ωρολογιακών μηχανισμών τους.

Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.

Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους.

Για τα αυτόματα συστήματα αποσκήρυξης:

Πλήρης έλεγχος ρύθμισης ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.

Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματης αναγέννησης τους.

Έλεγχος και ρύθμιση των ωρολογιακών μηχανισμών τους.

Έλεγχος και ρύθμιση των χρόνων των διαφόρων σταδίων της αναγέννησής τους.

Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.

Έλεγχος και ρύθμιση του ρυθμού πλήρωσης των δεξαμενών αποθήκευσης αλατιού με νερό πόλεως.

Για τα αυτόματα συστήματα φίλτρανσης ενεργού άνθρακα:

Πλήρη έλεγχο και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.

Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεων τους.

Έλεγχος και ρύθμιση ωρολογιακών μηχανισμών τους.

Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.

Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους.

Για τα αυτόματα συγκροτήματα αντίστροφης ώσμωσης:

Πλήρης έλεγχος και ρύθμισή τους.

Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού παραγωγής επεξεργασμένου νερού.

Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού απορριπτόμενου νερού.

Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στο συγκρότημα.

Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την προφίλτρανση.

Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στις αντλίες υψηλής πίεσης.

Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από τις αντλίες υψηλής πίεσης.

Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού.

Έλεγχος και καλυμπράρισμα του οργάνου μέτρησης αγωγιμότητας.

Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Χημικός καθαρισμός των μεμβρανών για την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου

Χημικός καθαρισμός των μεμβρανών για την απομάκρυνση των επικαθήσεων στις μεμβράνες των αλάτων

Απολύμανση των μεμβρανών

Για το σύστημα διανομής απιονισμένου νερού :

Έλεγχος καλής λειτουργίας των αντλιών του θαλάμου.

Έλεγχος καλής λειτουργίας της συσκευής αποστείρωσης.

Αλλαγή των φίλτρων μικροβίων.

β) Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της Μ.Τ.Ν. ή των λεβητοστασίων και μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για το χρόνο εκτέλεσής τους.

γ) Στις εργασίες συντήρησης και / ή επισκευής δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων που υφίστανται φθορά λόγω κανονικής λειτουργίας. Αν προκύψει ανάγκη αντικατάστασης των εξαρτημάτων αυτών, θα τιμολογηθούν ξεχωριστά κατόπιν υποβολής στο Νοσοκομείο κατάλληλης προσφοράς.

δ) Περιλαμβάνονται δύο (2) έκτακτες κλήσεις για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων όποτε και αν αυτές προκύψουν (είτε εργάσιμη μέρα, είτε Σαββατοκύριακο, είτε αργία). Για την παραπάνω περίπτωση, αν προκύψει ανάγκη αντικατάστασης εξαρτημάτων, αυτά θα τιμολογηθούν ξεχωριστά μετά από σχετική προσφορά του Συντηρητή. Οποιοσδήποτε άλλες κλήσεις εκτός των παραπάνω δύο (2) κλήσεων, δεν περιλαμβάνονται και για τις οποίες ο Συντηρητής θα υποβάλλει στο Νοσοκομείο σχετική προσφορά.

ε) Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

στ) Ο Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες εξουσιοδοτήσεις ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή άδειες διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητά του αλλά και την καταλληλότητά του να αναλάβει την εν λόγω συντήρηση. Ο Συντηρητής θα πρέπει να υποβάλλει τουλάχιστον:

i) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001

ii) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παραγωγής (Παράρτημα V της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ) για συστήματα καθαρισμού ύδατος για παραγωγή και αραίωση διαλυμάτων αιμοκάθαρσης

iii) Κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού για τη συντήρηση του συγκεκριμένου συστήματος επεξεργασίας νερού και βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου του συστήματος για εκπαίδευση του εν λόγω προσωπικού στην τεχνική υποστήριξη του συστήματος

iv) Περιγραφή του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού του για τη συντήρηση του συγκεκριμένου συστήματος επεξεργασίας νερού

37. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ, ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1.Αντικείμενο Συντήρησης

Αποτελεί η συντήρηση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας για δύο έτη του ηλεκτρικού υποσταθμού (Υ/Σ), των τεσσάρων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) και βασικών συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) του Νοσοκομείου και του κτιρίου Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που αναλύονται ως ακολούθως:

A. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

α. Ένα Πίνακα Μ.Τ. 20 Κ.Β. του οίκου ABB τύπος UNIAIR με ένα γενικό διακόπτη και δύο μερικούς διακόπτες και πεδίο μετρήσεων.

β. Δύο Μετασχηματιστές Ξηρού Τύπου 20 / 0.4 KVA 1600 KVA του οίκου MAGLIANO τύπος TR4

γ. Ένα Γενικό Πίνακα Διανομής Χ.Τ. 400 / 231V.

δ. Έναν Πίνακα κανονικών φορτίων Χ.Τ.

ε. Έναν Πίνακα αναγκαίων φορτίων Χ.Τ.

στ. Έναν Πίνακα κρίσιμων φορτίων Χ.Τ.

ζ. Δύο Πίνακες μεταγωγής κανονικών / αναγκαίων και αναγκαίων / κρίσιμων φορτίων.

η. Δύο Πίνακες διόρθωσης συντελεστή ισχύος.

θ. Δύο διατάξεις παροχής βοηθητικής τάσης 110DC.

ι. Ένα εφεδρικό Η/Ζ 250 KVA 400 /231 V πλήρες TYPEA46.1L8 SERIALNUM 99092/01 με μηχανή VOLVO PENTA τύπος TD 1210G και γεννήτρια STAMFORD – NEWAGE τύπος 3680L8.

κ. Ένα εφεδρικό Η/Ζ 550 KVA 400 /231 V πλήρες τύπου C550D5 CUMMINS POWER GENERATION SERIAL NUMBER A08KAKB880 με πετρελαιοκινητήρα CUMMINS INC, QSX 15G8 και γεννήτρια STAMFORD – NEWAGE HC5C.

λ. Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) RIELLO, MODEL: UPSMST 30 A0, INPUT 380-415V 3W+N+PE, 50/60 Hz Icc=6kA, 54A, OUTPUT 380/400/415V 3w+N+PE, 50/60 Hz 46A, 30000VA – 27000W, 40+40X12Vdc, 240+240Vdc, 74A (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ).

μ. Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) AROS SENTINEL XR4000 4000VA – 2400W + 3 BATTERY PACKS TYPE CXR 10814, 108V DC TO PACK, 18 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΟ ΚΑΘΕ PACK, 12V – 7AH Ο ΚΑΘΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ (ΜΕΘ).

ν. Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) AROS SENTINEL 6 2000 POWER, 230V – 9A, 2000VA – 1400W + 3 BATTERY PACKS TYPE CSE09614, 96V DC TO PACK, 16 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΟ ΚΑΘΕ PACK, 12V – 7AH Ο ΚΑΘΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ).

ξ. Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) AROS SENTINEL 6 3000 POWER, 230V –

13,6A, 3000VA – 1400W + 4 BATTERY PACKS TYPE CSE09614, 96V DC TO PACK, 16

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ PACKS ΚΑΙ 8 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ PACK,

12V – 7ΑΗ Ο ΚΑΘΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ).

ο. Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) Tescom, model PRIMEPLUS 1106SRTXL 6KVACODE: UPS.0516 + 1BATTERYPACK (ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ)

Β. ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

α. Δύο γενικούς διακόπτες Μ.Τ. (εισόδου, εξόδου) ILVIEFUNISEC 24 KV, πεδίο μετρήσεων,

δύο μερικούς διακόπτες Μ.Τ. ILVIEFUNISEC και δύο αυτόματους διακόπτες ABB τύπου HD4.

β. Δύο Μετασχηματιστές Ξηρού Τύπου 20 / 0.4 KVA 1250 KVA του οίκου SCHNEIDER ELECTRIC

γ. Ένα Πίνακα Ζεύξης Μ/Σ.

δ. Ένα Πίνακα Παραλληλισμού Η/Ζ.

ε. Δύο Πεδία Χ.Τ. (κανονικά – αναγκαία φορτία)

στ. Δύο Πίνακες διόρθωσης συντελεστή ισχύος.

ζ. Δύο εφεδρικά Η/Ζ ALFAGENAD410 μηχανή DAEWOODoosanP158LE-1 και γεννήτρια MeccAlteECO 40-1S/4.

η. Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) 10 KVARELLOMULTISENTRYMST-10.

θ. Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) 1 KVA.

2. Υποχρεώσεις Συντηρητή

α) Ο Συντηρητής να μπορεί σύμφωνα με το Νόμο να αναλάβει έργα επίβλεψης, παρακολούθησης λειτουργίας και συντήρησης Υ/Σ αυτού του μεγέθους και να διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης και λειτουργίας Υ/Σ και Η/Ζ. Ο Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες άδειες ή εξουσιοδοτήσεις ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητα, την καταλληλότητα και την εμπειρία του για την ανάληψη της εν λόγω συντήρησης.

β) Μία φορά το έτος θα γίνεται η συντήρηση του Υ/Σ (έλεγχοι – μετρήσεις στους πίνακες μέσης τάσης, στους διακόπτες μέσης τάσης, στους μετασχηματιστές, στους πίνακες χαμηλής τάσης, στις γειώσεις).

Μία φορά το έτος θα γίνεται η συντήρηση των τεσσάρων Η/Ζ (αντικατάσταση του ελαίου, συμπλήρωση ή αντικατάσταση αν προκύπτει ανάγκη του ψυκτικού υγρού, αντικαταστάσεις φίλτρων ελαίου - ψυκτικού υγρού – αέρα – νερού – πετρελαίου, έλεγχος φόρτισης – τάσης συσσωρευτών, έλεγχος διαρροών σωληνώσεων, έλεγχος στάθμης ελαίου, κατάστασης ιμάντων).

Η συντήρηση των UPS θα γίνεται μία φορά το έτος.

Ο Συντηρητής μετά το τέλος της συντήρησης οφείλει να απομακρύνει με δική του ευθύνη από το χώρο όλα τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν (λάδια – φίλτρα) και να παραδώσει το χώρο καθαρό.

Ο Συντηρητής στη διάρκεια του έτους θα επισκεφθεί επιπρόσθετα το Νοσοκομείο άλλη μία φορά (εξάμηνη επιθεώρηση) για επιθεώρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων και ρυθμίσεις προστασιών, οργάνων και διατάξεων, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία τους.

γ) Ο Συντηρητής θα συμβουλεύει την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για θέματα που αφορούν στην καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Θα γνωμοδοτεί σε θέματα επεκτάσεων ή νέων εγκαταστάσεων και που σχετίζονται με τη λειτουργία του Υ/Σ, των Η/Ζ και των συγκεκριμένων UPS αλλά και σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων.

δ) Ο Συντηρητής υποχρεούται να ανταποκριθεί άμεσα τηλεφωνικά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου, σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής παροχής μη υπαιτιότητας της ΔΕΗ και εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου δε δύναται να αποκαταστήσει τη βλάβη με συνέπεια να παρεμποδίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου και του Ψυχιατρικού Τομέα.

Ο Συντηρητής υποχρεούται να ανταποκριθεί για την αποκατάσταση της βλάβης και με επί τόπου μετάβαση εντός 24 ωρών εφόσον το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και μετά από τις τηλεφωνικές του οδηγίες. Στην περίπτωση αυτή, το Νοσοκομείο θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετακίνησης και τις ώρες που απασχολήθηκε ο Συντηρητής, μετά από υποβολή σχετικής προσφοράς.

ε) Η συντήρηση και επιθεώρηση των εγκαταστάσεων θα γίνονται σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για το χρόνο υλοποίησής τους.

στ) Οι αντικαταστάσεις των υλικών – αναλωσίμων για την διετή συντήρηση των Η/Ζ που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα επιβαρύνουν αποκλειστικά το Συντηρητή.

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ
2 Η/Ζ 410 KVA	
Φίλτρο Λαδιού	2
Φίλτρο Πετρελαίου	2
Έλαιο Λίπανσης	56
Η/Ζ 550 KVA	
Φίλτρο Λαδιού	1
Φίλτρο Πετρελαίου	1
Φίλτρο Αέρα	1
Φίλτρο Νερού	1
Έλαιο Λίπανσης	83
Η/Ζ 250 KVA	
Φίλτρο Λαδιού	2
Φίλτρο Πετρελαίου	2
Φίλτρο Αέρα	2
Έλαιο Λίπανσης	38

Οι αντικαταστάσεις οποιωνδήποτε άλλων υλικών - ανταλλακτικών για την διετή συντήρηση των εγκαταστάσεων ή την αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος των εγκαταστάσεων επιβαρύνουν εξ' ολοκλήρου το Νοσοκομείο και για τα οποία ο Συντηρητής θα υποβάλλει κάθε φορά σχετική προσφορά.

ζ) Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

38. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

1. Αντικείμενο Συντήρησης

Αποτελεί η συντήρηση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας για δύο έτη των κέντρων τροφοδοσίας ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου τα οποία έχουν ως εξής:.

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Περιγραφή	Κατασκευαστής	Μοντέλο	Τεμάχια
Συλλέκτες φιαλών	deltaP		2
Πίνακας ελέγχου δύο συλλεκτών φιαλών	deltaP		1
Συγκρότημα ρυθμιστών δεξαμενής υγρού οξυγόνου	deltaP		1
Και όλα τα λοιπά εξαρτήματα που απαρτίζουν το συγκρότημα.			

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΑΛΩΝ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Περιγραφή	Κατασκευαστής	Μοντέλο	Τεμάχια
Συλλέκτες φιαλών			3
Πίνακας ελέγχου δύο συλλεκτών φιαλών			1
Πίνακας ελέγχου ενός συλλέκτη φιαλών			1
Και όλα τα λοιπά εξαρτήματα που απαρτίζουν το συγκρότημα.			

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΟΥ

Περιγραφή	Κατασκευαστής	Μοντέλο	Τεμάχια
Αντλία κενού	BGS	170PBO	2
Αντλία κενού	PVR	EU 160 B	1
Φίλτρα Βακτηρίων	DomnickHunter	MV32G	2
Ηλεκτρικό Πίνακα			1
Κενοφυλάκια			2
Και όλα τα λοιπά εξαρτήματα που απαρτίζουν το συγκρότημα.			

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

Περιγραφή	Κατασκευαστής	Μοντέλο	Τεμάχια
Αεροσυμπιεστές	KAESER	AIRTOWER 26	2
Αεροσυμπιεστές	ATLAS COPCO	GA 15	1
Αεροφυλάκια			2
Συγκροτήματα επεξεργασίας αέρα	ETHAFILTER	EVO MED 18	2
Και όλα τα λοιπά εξαρτήματα που απαρτίζουν το συγκρότημα.			

2. Υποχρεώσεις Συντηρητή

α) Ο Συντηρητής υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες ελέγχων, συντήρησης και αντικατάστασης αναλώσιμων υλικών στα μηχανήματα με την αντίστοιχη περιοδικότητα όπως αναφέρονται ακολούθως:

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ
Έλεγχος στεγανότητας όλων των λυομένων συνδέσμων.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος βαλβίδων αντεπιστροφής των συλλεκτών υψηλής πίεσης.	ΤΡΙΜΗΝΟ

Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρύθμιση πιέσεων των ρυθμιστών πίεσης 1ου σταδίου.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρύθμιση πιέσεων των αισθητηρίων συναγερμού.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος καλής λειτουργίας βαλβίδων εκκένωσης εκτάκτου ανάγκης.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος καλής λειτουργίας του πνευματικού εναλλάκτη.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος καλής λειτουργίας του συγκροτήματος τροφοδότησης εκτάκτου ανάγκης.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος καλής λειτουργίας των ρυθμιστών δεξαμενής υγρού οξυγόνου.	ΤΡΙΜΗΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΑΛΩΝ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ
Έλεγχος στεγανότητας όλων των λυομένων συνδέσμων.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος βαλβίδων αντεπιστροφής των συλλεκτών υψηλής πίεσης.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρύθμιση πιέσεων των ρυθμιστών πίεσης 1ου σταδίου.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρύθμιση πιέσεων των αισθητηρίων συναγερμού.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος καλής λειτουργίας βαλβίδων εκκένωσης εκτάκτου ανάγκης.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος καλής λειτουργίας του πνευματικού εναλλάκτη.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος καλής λειτουργίας του συγκροτήματος τροφοδότησης εκτάκτου ανάγκης.	ΤΡΙΜΗΝΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ
Γενικός οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας του συγκροτήματος.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος στάθμης και ποιότητας λαδιού αντλιών κενού και συμπλήρωση λαδιού.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος καλής λειτουργίας και πιθανή ρύθμιση κενοστατών.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικού πίνακα.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Εκκένωση πιθανών συμπτυκνωμάτων από τα Κενοφυλάκεια και τα φίλτρα.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Εναλλαγή λειτουργίας φίλτρων κενού.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος στεγανότητας.	ΤΡΙΜΗΝΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ
Αντικατάσταση ελαίου λίπανσης αντλιών κενού.	ΕΤΟΣ
Αντικατάσταση ελαιοδιαχωριστή αντλιών κενού.	ΕΤΟΣ
Αντικατάσταση φλάντζας ελαιοδιαχωριστή αντλιών κενού.	ΕΤΟΣ
Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού αντλιών κενού.	ΕΤΟΣ
Αντικατάσταση ελαστικού τμήματος συμπλέκτη αντλιών κενού.	ΕΤΟΣ
Αντικατάσταση στοιχείων φίλτρων ιατρικού κενού.	ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ
Γενικός οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας του συγκροτήματος.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος καλής λειτουργίας εξυδατώσεων.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος κορεσμού φίλτρων επεξεργασίας αέρα.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικού πίνακα.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος καλής λειτουργίας και πιθανή ρύθμιση πρεσοστατών.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος στάθμης και ποιότητας λαδιού αεροσυμπιεστών και συμπλήρωση λαδιού.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος φίλτρων αναρρόφησης αεροσυμπιεστών.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων αφόρτου εκκινήσεως.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος κατάστασης ιμάντων αεροσυμπιεστών και πιθανή τάνυσή τους.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος ικανοποιητικής σύσφιξης κοχλίων και περικοχλίων αεροσυμπιεστών.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Καθαρισμός όλων των εναλλακτών θερμότητας αέρος-αέρος.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των μανομέτρων.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Καταγραφή ενδείξεων ωρομετρητών αεροσυμπιεστών.	ΤΡΙΜΗΝΟ
Εναλλαγή λειτουργίας συγκροτημάτων επεξεργασίας αέρα.	ΤΡΙΜΗΝΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ
Αντικατάσταση λαδιού αεροσυμπιεστών.	ΕΤΟΣ
Αντικατάσταση φίλτρου αναρρόφησης αεροσυμπιεστών.	ΕΤΟΣ
Αντικατάσταση ελαιοδιαχωριστή αεροσυμπιεστών.	ΕΤΟΣ
Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού αεροσυμπιεστών.	ΕΤΟΣ
Αντικατάσταση μικρονικών στοιχείων φίλτρων συγκροτημάτων επεξεργασίας αέρα.	ΕΤΟΣ
Αντικατάσταση υπομικρονικών στοιχείων φίλτρων συγκροτημάτων επεξεργασίας αέρα.	ΕΤΟΣ
Αντικατάσταση στοιχείων φίλτρων ενεργού άνθρακα συγκροτημάτων επεξεργασίας αέρα.	ΕΞΑΜΗΝΟ
Αντικατάσταση στοιχείων φίλτρων αποστείρωσης συγκροτημάτων επεξεργασίας αέρα.	ΕΞΑΜΗΝΟ
Αντικατάσταση καταλυτικών στοιχείων φίλτρων CO συγκροτημάτων επεξεργασίας αέρα.	ΕΞΑΜΗΝΟ
Αντικατάσταση σιγαστήρων εκτόνωσης συγκροτημάτων επεξεργασίας αέρα.	ΕΤΟΣ

β) Ο Συντηρητής θα συμβουλεύει την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για θέματα που αφορούν στην καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Θα γνωμοδοτεί σε θέματα επεκτάσεων ή νέων εγκαταστάσεων αλλά και σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων.

γ) Περιλαμβάνονται απεριόριστος αριθμός εκτάκτων τηλεφωνικών κλήσεων από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για τις οποίες ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τηλεφωνικά οδηγίες για την

αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος. Σε περίπτωση μη εξεύρεσης λύσης τηλεφωνικά, ο Συντηρητής υποχρεούται να προσέλθει στο Νοσοκομείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τέτοιες περιπτώσεις, ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει μέχρι και δύο (2) έκτακτες επισκέψεις στη διάρκεια της σύμβασης ανά έτος χωρίς επιπλέον χρέωση του Νοσοκομείου και οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις επισκέψεις που πραγματοποιεί για την ετήσια – εξαμηνιαία συντήρηση ή τριμηνιαίο έλεγχο των εγκαταστάσεων.

δ) Η προμήθεια και αντικατάσταση των αναλωσίμων που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα επιβαρύνουν αποκλειστικά το Συντηρητή.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
Έλαιο λίπανσης αντλιών κενού
Ελαιοδιαχωριστής αντλιών κενού
Φλάντζα ελαιοδιαχωριστή αντλιών κενού
Φίλτρο λαδιού αντλιών κενού
Ελαστικό τμήμα συμπλέκτη αντλιών κενού
Λάδι αεροσυμπιεστών
Φίλτρο λαδιού αεροσυμπιεστών
Ελαιοδιαχωριστής αεροσυμπιεστών
Φίλτρο αναρρόφησης αεροσυμπιεστών
Στοιχείο μικρονικού φίλτρου ξηραντών
Στοιχείο υπομικρονικού φίλτρου ξηραντών
Στοιχείο φίλτρου ενεργού άνθρακα ξηραντών
Στοιχείο φίλτρου αποστείρωσης ξηραντών
Στοιχείο καταλυτικού φίλτρου ξηραντών
Σιγαστήρες εκτόνωσης ξηραντών
Στοιχεία φίλτρων βακτηρίων συγκροτήματος κενού

Η προμήθεια και η αντικατάσταση οποιωνδήποτε άλλων αναλωσίμων και ανταλλακτικών υλικών για τη συντήρηση ή την αποκατάσταση προβλήματος των εγκαταστάσεων επιβαρύνουν εξ' ολοκλήρου το Νοσοκομείο και για τα οποία ο Συντηρητής θα υποβάλλει κάθε φορά σχετική προσφορά.

ε) Η συντήρηση και επιθεώρηση των εγκαταστάσεων θα γίνονται σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για το χρόνο υλοποίησής τους.

στ) Η απομάκρυνση των αντικατασταθέντων υλικών θα γίνεται από το Συντηρητή στα αντίστοιχα δοχεία απορριμμάτων.

ζ) Ο Συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης.

η) Ο Συντηρητής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες εξουσιοδοτήσεις ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή άδειες διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητά του αλλά και την καταλληλότητά του να αναλάβει την εν λόγω συντήρηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) το οποίο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, σε μορφή αρχείου .PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτημένο ξεχωριστά και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) επίσης έχει αναρτηθεί και σε μορφή αρχείου .XML για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΕΕΕΣ Promitheus ESPDint (<https://espdint.eprocurement.gov.gr/>) τη σχετική απάντησή τους..

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς με την προσφορά τους, συμπληρωμένο σε μορφή PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/2016 και τη διακήρυξη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, όπου θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος Παραρτήματος. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο και οι παραπομπές να είναι σε πρωτότυπα φυλλάδια, εσώκλειστα prospectus, manual του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των ισχυριζόμενων (π.χ. «βλέπετε prospectus Νοσελίδα....»). Εάν η προσφορά έχει αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα αναφέρονται αναλυτικά οι αποκλίσεις αυτές. Το φύλλο συμμόρφωσης θα συνταχθεί με την παρακάτω μορφή:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(Αύξων αριθμός)	(της διακήρυξης)	ΝΑΙ	(Η απάντηση του προσφέροντα σχετικά με τη συμφωνία ή μη με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης)	(Σαφής παραπομπή στα επισυναπτόμενα έγγραφα-εγχειρίδια προς τεκμηρίωση της απάντησης)
		ΝΑΙ		
		ΝΑΙ		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστεθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί της μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής, που περιγράφονται στην παρ. 2.2.3..5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·

(γ) τόσο ο υπεύθυνος δηλώνων, όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπερβολικών, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΒΕΖΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ
Δημιουργός Ακρ. Αντιγράφου