



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Τρίπολη 24-09-2026
Αριθμ. Πρωτ. : 8

Δ/ση: Διοικητικού –Οικονομικού
Υποδ/ση: Οικονομικού
Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
ΤΚ: 22131 Τρίπολη
Αρμόδιος Υπάλληλος : Πασπάτη Βασιλική
Τηλέφωνο: 2713 601713
e-mail: prosfores@panarkadiko.eu

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών λειτουργίας του, προτίθεται να προβεί σε διερεύνηση της αγοράς για την προμήθεια **«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» CPV:34000000-7»,** και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τεχνικοοικονομικές προτάσεις, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και η εξασφάλιση των οικονομικών πόρων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΙΔΩΝ

A.A	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	34000000-7	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΑΘΑΡΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ	TEM	1
2.	34000000-7	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ	TEM	1
3.	34000000-7	ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΑΤΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	TEM	2
4.	34000000-7	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	TEM	8

5.	34000000-7	ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΤΙΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ.	ΤΕΜ	30
----	------------	---	-----	----

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΑΘΑΡΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ

1. Να είναι κλειστού τύπου με καπάκι.
2. Ο μολυσματικός εξοπλισμός θα τοποθετείται σε υδατοδιαλυτές σακούλες.
3. Να έχει χειρολαβές και να είναι αθόρυβο.
4. Να φέρει τροχούς και φρένο για επίτευξη ακινητοποίησης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση.
5. Να είναι ανθεκτικό στις κρούσεις και στις καταπονήσεις, που τυχόν προκαλούνται κατά τη μετακίνηση και μεταφορά του.
6. Να καθαρίζεται εύκολα και να απολυμαίνεται καθημερινά. Να είναι ανοξειδωτο, ανθεκτικό στην απολύμανση με χλωρίνη και να μη σκουριάζει.
7. Να φέρει οπή στον πυθμένα για την απομάκρυνση των υγρών κατά το πλύσιμό του.

2. ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

1. Να είναι αποκλειστικής χρήσης για Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα.
2. Να είναι κλειστού τύπου με καπάκι.
3. Να φέρει το διακριτικό σήμα του βιολογικού κινδύνου.
4. Να έχει χειρολαβές και να είναι αθόρυβο.
5. Να φέρει τροχούς και φρένο για επίτευξη ακινητοποίησης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση.
6. Να είναι ανθεκτικό στις κρούσεις και στις καταπονήσεις, που τυχόν προκαλούνται κατά τη μετακίνηση και μεταφορά του.
7. Να καθαρίζεται εύκολα και να απολυμαίνεται καθημερινά. Να είναι ανοξειδωτο, ανθεκτικό στην απολύμανση με χλωρίνη και να μη σκουριάζει.
8. Να φέρει οπή στον πυθμένα για την απομάκρυνση των υγρών κατά το πλύσιμό του.

3. ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΑΤΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

1. Το προσφερόμενο ειδικό στατό να αποτελείται από τροχήλατη βάση πέντε τροχών.
2. Η βάση να είναι σταθερή και να μη χρειάζεται αντίβαρα.
3. Να διαθέτει κεντρική κολώνα με διαβαθμίσεις σε εκατοστά, έτσι ώστε ο χρήστης να γνωρίζει επακριβώς το ύψος του κάθε άγκιστρου και κατ' επέκταση την υδροστατική πίεση.
4. Να διαθέτει τέσσερα άγκιστρα, ρυθμιζόμενα σε ύψος.

- 5.Το κάθε άγκιστρο να διαθέτει ειδικό μηχανισμό ελατηρίου, που να αυξομειώνει το ύψος του.
- 6.Το κάθε άγκιστρο να διαθέτει κομβίο ελατηρίου, που να το ασφαλίζει και να το απασφαλίζει στην επιθυμητή σχέση.
- 7.Ο μηχανισμός του να είναι καθαρά μηχανικός και να μη χρησιμοποιούνται υδραυλικά ή ηλεκτρικά συστήματα.
- 8.Το κάθε άγκιστρο να είναι σε θέση να συγκρατεί ασκό 10 λίτρων τουλάχιστον, συνολικά δηλαδή ασκούς 40 λίτρων.
- 9.Το κάθε άγκιστρο να ρυθμίζεται καθ' ύψος από τα 170cm έως τα 260cm περίπου.
- 10.Η χρήση του να είναι απλή και εύκολη για όλο το προσωπικό.

4. ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΤΙΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ.

Τροχήλατες βάσεις τοποθέτησης χαρτοκυτίων hospital boxes των 40lt τα οποία θα φέρουν καπάκι χρώματος (κίτρινο ή κόκκινο) με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

- 1.Η βάση να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, ώστε να επιτυγχάνεται ο εύκολος καθαρισμός του και η απολύμανσή του.
- 2.Οι διαστάσεις του να είναι συμβατές με εκείνες των κίτρινων και κόκκινων hospital boxes 40lt και οι διαστάσεις τους είναι: μήκους 30cm, πλάτους 30cm, και ύψους 50cm.
- 3.Να φέρει πλαστικό καπάκι κίτρινου ή κόκκινου χρώματος και να ανοίγει ποδοκίνητα.
- 4.Να διαθέτει χειρολαβή για την εύκολη μετακίνησή του.
- 5.Να διαθέτει τέσσερις τροχούς για την εύκολη μετακίνηση του και φρένο για την ακινητοποίηση του.
- 6.Η βάση να είναι ανοιχτή από όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να φαίνεται το hospital box και περιμετρικά να είναι υπερυψωμένη για να συγκρατεί με ασφάλεια το κυτίο.
- 7.Ο οίκος να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001.
- 8.Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει βεβαίωση διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1948/20044.
- 9.Να φέρει σήμανση ce mark.

5. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

- 1.Τροχήλατο μεταφοράς καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού κατασκευασμένο από ανοξείδωτο σκελετό.
- 2.Να διαθέτει τρία ράφια για την τοποθέτηση ιματισμού.
- 3.Το τροχήλατο μεταφοράς ιματισμού να διαθέτει 2 αποσπώμενους σάκους για την τοποθέτηση του ακάθαρτου ιματισμού με διαφορετική χρωματική σήμανση και 1 σακούλα απορριμμάτων.
- 4.Να φέρει λαβή ωθήσεως και 4 τροχούς εκ των οποίων οι 2 να διαθέτουν φρένο και προστατευτικά κρούσης στις γωνίες.

5.Το τροχήλατο τραπέζι μεταφοράς ιματισμού να έχει διαστάσεις περίπου 135 X65 X 100cm.

Κατάθεση απαντήσεων στο **email:prosfores@panarkadiko.eu** μέχρι την **02/10/2026** και ώρα **15:00μμ.**

Η παρούσα πρόσκληση δεν αποτελεί διαγωνιστική διαδικασία ούτε δημιουργεί υποχρέωση ανάθεσης. Η συμμετοχή είναι μη δεσμευτική, τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς προετοιμασίας μελλοντικής διαδικασίας.

**Η Διοικήτρια του Π.Γ.Ν.
Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»**

Ευδοξία Παπαγεωργίου

EVDOXIA
PAPAGEORGIOU
24.09.2026 13:19